



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 2
ze dne 26. 3. 2020

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**STŘÍKAČKY INJEKČNÍ TROJDÍLNÉ LL, STŘÍKAČKY LAVÁŽNÍ
NESTERILNÍ A STERILNÍ**

Zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.
Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: „STŘÍKAČKY INJEKČNÍ TROJDÍLNÉ LL, STŘÍKAČKY LAVÁŽNÍ NESTERILNÍ A STERILNÍ“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 11. 3. 2020, který byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2020-008960.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1

V příloze č. 3 je u některých položek ve sloupci Značení stupnice uvedeno rozmezí 1 ml – 10 ml, resp. 1 ml – 5 ml. Chápeme správně, že u těchto položek může být stupnice objemu značena v tomto rozmezí, tedy např. po 2 ml, a není vyžadováno značení po 1 ml?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Ano, stupnice objemu může být značena v rozmezí 1 ml – 10 ml nebo 1 ml - 5 ml, tedy např. 2 ml.

Dotaz č. 2

Požaduje zadavatel celkové plnění zakázky nebo připouští i její dílčí plnění dle uvedených druhů stříkaček? Vzhledem k rozdílnosti požadovaných druhů stříkaček a rozsahu jejich velikostí považujeme nerozdělení zakázky na části (např. dle již stanovených druhů) za diskriminační, neboť neumožňuje některým dodavatelům podání jejich nabídky. Žádáme tedy o zvážení rozdělení zakázky na samostatné části a umožnění nabídnutí jen některých druhů stříkaček.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Po důkladné úvaze zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na části.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje u každého druhu stříkačky předložení vzorků, a to v rozsahu 2 krabic od každého druhu. Stříkačky jsou většinou baleny v krabicích po cca 50 – 100 ks. Vzhledem k tomu, že stříkačky nejsou předmětem hodnocení a dodané vzorky tak budou sloužit pouze k ověření splnění zadávacích podmínek, považujeme dodání až 200 ks vzorků jednotlivé stříkačky za nadbytečně vysoké (a to i vzhledem k současné době, kdy se může jednat o nedostatkové zboží). Navíc dodavatelé mohou mít různé velikosti balení, zatímco jeden bude muset dodat kusů 200, u druhého se může jednat pouze o 100 ks, tedy neporovnatelně odlišné množství. Stříkačky jsou baleny samostatně po jednom kuse ve sterilním balení a dodání konkrétního množství (např. 20 ks) by tak nemělo být problémem. Žádáme zadavatele o zvážení počtu požadovaných vzorků a o uvedení konkrétního množství ks, které jsou povinni dodavatelé zadavateli předložit.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel zvážil požadované množství předložených vzorků a požaduje pouze dodání 20 ks u vyznačených druhů uvedených v příloze č. 3, tj. celkem 60 ks vzorků.

V Českých Budějovicích dne 26. 3. 2020

Michaela Michalcová
Obchodní oddělení – veřejné zakázky