

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 2
ze dne 14. 5. 2020

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a vyšetření retikulocytů se zápůjčkou dvou hematologických analyzátorů“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uveden zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „**Dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a vyšetření retikulocytů se zápůjčkou dvou hematologických analyzátorů**“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 27.4.2020, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2020-014383 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

„Kontinuální míchání obsahu zkumavek dle požadavků SLP (dnem vzhůru) těsně před aspirací v kazetě, nikoliv jednotlivě po zkumavkách“.

Zadavatel požaduje konkrétní technické provedení, a to stanovením způsobu míchání „v kazetě, nikoliv jednotlivě po zkumavkách“, odpovídající technickému řešení pouze určité vybrané skupiny dodavatelů/výrobců jako je Beckman Coulter nebo Abbott. Bezodůvodně tak znemožňuje účast dodavatelů/výrobců, kteří rovněž poskytují kontinuální míchání obsahu zkumavek dle požadavků SLP (dnem vzhůru) těsně před aspirací, ovšem jiným technickým provedením než v kazetě.

Naopak míchání po jednotlivé zkumavce, těsně před aspirací, je jediný způsob, kterým se dá zabezpečit shodné promíchání každé jednotlivé zkumavky před jejím změřením, na rozdíl od míchání v kazetě, kde je každá zkumavka promíchána, před jejím změřením, v jiném časovém úseku, což dokonce může mít vliv na výslednou kvalitu měření, a proto se od tohoto staršího způsobu míchání upouští.

Požadavek na míchání obsahu zkumavek v kazetě, je tak pouze diskriminačním požadavkem na omezení hospodářské soutěže.

Bude Zadavatel akceptovat i jiný způsob kontinuálního míchání obsahu zkumavek dle požadavků SLP (dnem vzhůru) těsně před aspirací, než je míchání v kazetě?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat jiný způsob míchání obsahu zkumavek než je míchání v kazetě.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 1 – Soupis dodávek – ceník, je uveden počet měření tělních tekutin.

Bude odběratel požadovat dodávku kontrolního materiálu i pro Body Fluid (tělní tekutiny)? V případě, že ano, žádáme o stanovení četnosti měření kontrol BF. Zda-li BF kontrolní materiál používáte každý den na všech třech hladinách (Low/normal/High) nebo v jiném periodickém a hladinovém rozložení? V případě jiného rozložení, žádáme o specifikování užívání četnosti měření BF kontrol a potřeb různých hladin.

Odpověď č. 2:

Požadujeme dodávku kontrolního materiálu i pro Body Fluid. Měření kontrolního materiálu bude prováděno 2x denně každý den na všech třech hladinách (tz. Low, Normal, High).

V Českých Budějovicích dne 14. 5. 2020

Ing. Michaela Michalcová
Obchodní oddělení – veřejné zakázky