

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Magnetická rezonance
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 8. 6. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

ZADAVATEL OBDRŽEL V RÁMCI PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝ DOTAZ:

NA PROHLÍDCE MÍSTA PLNĚNÍ JE ZJIŠTĚNO, ŽE VYŠETŘOVNA MR JE PODSKLEPENÁ. PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE ZADAVATEL ŘEŠIL NOSNOST PODLAHY PRO TRANSPORT A UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTROJE. ŽÁDÁME PROTO ZADAVATELE O POSKYTNUTÍ STATICKÉHO POSUDKU – POTVRZENÍ NOSNOSTI PODLAHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE A V PROSTORU TRANSPORTNÍ CENY. PŘEDPOKLÁDANÁ NOSNOST PŘÍSTROJE 6.000 KG

ODPOVĚĎ:

ZADAVATEL INFORMUJE, ŽE HMOTNOST STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTROJE JE 5.840KG. ZE STATICKÉHO VÝPOČTU VYPLÝVÁ, ŽE STROPNÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA S DOSTATEČNOU REZERVOU A ÚNOSNOSTÍ A NOVÝ PŘÍSTROJ BEZPEČNĚ „UNESOU“. ZADAVATEL PŘIKLÁDÁ STATICKÝ VÝPOČET JAKO PŘÍLOHOU DANÉHO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

S pozdravem,

.....
Mgr. Kateřina Koláčková

Příloha:
Statický výpočet