

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

**na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
– veřejná zakázka malého rozsahu**

„LŮŽKA PRO STANDARDNÍ PÉČI NS, a.s.“

Zadavatel Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 260 95 181
DIČ: CZ 699005400
statutární zástupce: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
a
Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas

(email: matas@nemst.cz +420 728 784 906).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
- 1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.
- 1.3. Zadavatel veřejnou zakázku realizuje prostřednictvím svého elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je současně jeho profilem zadavatele, na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html, když výzvu k podání nabídek adresuje kvalifikovaným dodavatelům na základě jejich registrace v elektronickém nástroji zadavatele.

2. Všeobecné podmínky

- 2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.
- 2.2. Klasifikace předmětu zakázky

Kód CPV	Popis
33 – Zdravotnické přístroje	33192120-9 – Nemocniční lůžka

Předpokládaná cena: 890 000,- Kč bez DPH.

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podání cenové nabídky projektu na dodávky:
20ks Lůžko elektricky polohovatelné pro standardní péči, 23ks Pasivní antidekubitní matrace - riziko III. Stávající lůžka již nesplňují požadavky kladené na bezpečí a komfort pacientů.
Jedná se o obnovu lůžkového fondu budovy Interny.

min. technická specifikace předmětu	Splňuje ANO	Nesplňuje NE
20x Lůžko elektricky polohovatelné pro standardní péči		
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad		
stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)		
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)		
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 200kg		
integrovane prodloužení lůžka minimálně o 15 cm, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra,		
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta		
čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádivý a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů		
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta		
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta		
oboustranně mechanické rychlospuštění zádivého dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi		
kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů, spár a vrypů) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu (vysunutí a zasunutí čela musí být schopna provést samostatně jedna sestra)		
kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů, spár a vrypů) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (ovládání na nebo nad úroveň ložné plochy). Postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů!		
plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokadí spuštění při zatížení pacientem zevnitř		
pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s možností rychlého odpojení konektorem umístěným na snadno přístupném místě		
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)		
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, ovládací páka dobře dostupná z čela i boků		
svod elektrického potenciálu		
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu na centrálním sesterském panelu		
integrovaná bezpečnostní LED svítidla nebo osvětlení lůžka		
systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nezabrzdnutého lůžka, automatická brzda, apod.)		
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a		

prevenci závad		
bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s háčkem na uchycení při transportu		
příslušenství:		
hrazda se samonavíjecí rukojetí		
infuzní stojan NR/chrom výškově stavitelný		
držák sáčku na moč		
polička na psaní sklopná k umístění na nožní čelo		
23x Pasivní antidekubitní matrace - riziko III		
jádro matrace ze studené PUR pěny, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m ³ a odporem proti stlačení 170N (+/- 10%), na celém povrchu vrstva min. 5cm z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m ³ a odporem proti stlačení 130N (+/- 10%), požadovaný odpor proti stlačení vyjádřen jako ILD 40% dle EN ISO 2439: 2008, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka		
potah velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze tří stran (270°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené		
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)		
na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci		
nosnost min. 200kg		
tvar a rozměry plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm		

4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do konce 3Q 2020.

4.2. Předpokládaná realizace dodávky
 - zahájení - 3Q 2020
 - dokončení - do 30.10.2020.

4.3. Místem plnění je budova Interny NS, a.s.

5. Lhůta pro podání nabídek

5.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne **13.7.2020 10:00 hod.**

5.2. Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

5.3. Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html.

5.4. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

5.5. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

- 5.6. Nabídka bude podána v českém jazyce.
- 5.7. Účastník může podat pouze jednu nabídku, v elektronické podobě.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

- 6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Technická specifikace

- 7.1. Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:
- 01_příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky
 - 02_příloha č.2 - Krycí list
 - 03_příloha č.3 - Čestné prohlášení
- 7.2. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.
- 7.3. Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.
- 7.4. Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, **jedná se o vymezení předpokládaného standardu** a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
- 7.5. **Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.**

8. Způsob hodnocení nabídek

- 8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, **přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**
- 8.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)

9. Další podmínky

- 9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.
- 9.2. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.
- 9.3. Variantní řešení se nepřipouští.

Ve Strakonicih dne 18.6.2020.

.....
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
IČ: 26095181, DIČ: CZ699005400

Přílohy:

1. Technické specifikace předmětu zakázky
2. Krycí list
3. Čestné prohlášení

