

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
– veřejná zakázka malého rozsahu

„ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO ECHOKARDIOLOGII - POŘÍZENÍ “

Zadavatel Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 260 95 181
DIČ: CZ 699005400
statutární zástupce: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
a
Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas

(email: matas@nemst.cz +420 728 784 906).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
- 1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.
- 1.3. Zadavatel veřejnou zakázku realizuje prostřednictvím svého elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je současně jeho profilem zadavatele, na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html, když výzvu k podání nabídek adresuje kvalifikovaným dodavatelům na základě jejich registrace v elektronickém nástroji zadavatele.

2. Všeobecné podmínky

- 2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.
- 2.2. Klasifikace předmětu zakázky

Kód CPV	Popis
33 – Zdravotnické přístroje	33112 – Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

Předpokládaná cena: 1 999 000,- Kč bez DPH.

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podání cenové nabídky projektu na dodávku: moderního dedikovaného echokardiografického ultrazvuku vyšší třídy vybaveného pro kardiologickou a vaskulární diagnostiku pacientů Nemocnice Strakonice, a.s.. Nový dedikovaný echokardiografický ultrazvuk bude využit pro specializovanou kardiologickou diagnostiku s použitím rozšířených funkcí, ke zjištění podstaty kardiologických problémů a efektivní časné nasazení vhodné léčby. Jedná se o obnovu nyní používaného univerzálního ultrazvukového přístroje Aloka, kde se po 8 letech provozu projevuje ztráta penetrace a tím ztráta kvality zobrazení. Rovněž častější poruchovost a dostupnost náhradních dílů, činí značné problémy při zajištění časné diagnostiky urgentních pacientů s podezřením na srdeční nedostatečnost.

Obecné základní požadavky:

- Vysoce mobilní systém s nízkou hmotností,
- Snadná ergonomická přizpůsobitelnost libovolné obsluze,
- Zobrazení na barevném monitoru s velkou úhlopříčkou pro poskytnutí dostatečného prostoru, pro zobrazení a doprovodné informace potřebné k efektivnímu procesu diagnostiky,
- Připojitelnost nejméně tří sond současně,
- 2D zobrazení, harmonické zobrazení,
- M mód s možností úhlově nezávislého nastavení,
- CW doppler,
- CFM _ barevné mapování,
- Podpora TEE 2D a TEE 3D/4D sond,
- Prostředky pro optimalizaci zobrazení a redukci šumu v obraze jako je například metoda redukující ultrazvukové speckle,
- Sonda sektorová pro kardiologickou diagnostiku,
- Sonda lineární pro vaskulární diagnostiku,
- Sonda jícnová TEE 2D,
- Ukládání na USB.

min. technická specifikace předmětu v příloze 04_Technická specifikace-Kardio UZ.

4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do konce 3Q 2020.

4.2. Předpokládaná realizace dodávky

- zahájení - 3Q 2020
- dokončení - do 30.10.2020.

4.3. Místem plnění je budova Interny NS, a.s.

5. Lhůta pro podání nabídek

5.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne **13.8.2020 10:00 hod.**

5.2. Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

5.3. Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html.

- 5.4. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněnou osobou.
- 5.5. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
- 5.6. Nabídka bude podána v českém jazyce.
- 5.7. Účastník může podat pouze jednu nabídku, v elektronické podobě.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

- 6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Technická specifikace

- 7.1. Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:
 - 01_příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky
 - 02_příloha č.2 - Krycí list
 - 03_příloha č.3 - Čestné prohlášení
 - 04_Technická specifikace – Kardio UZ
- 7.2. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.
- 7.3. Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.
- 7.4. Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, **jedná se o vymezení předpokládaného standardu** a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
- 7.5. **Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.**

8. Způsob hodnocení nabídek

- 8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, **přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**
- 8.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)

9. Další podmínky

- 9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.
- 9.2. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.

9.3. Variantní řešení se nepřipouští.

Ve Strakonících dne 13.7.2020.

.....
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Přílohy:

1. Technické specifikace předmětu zakázky
2. Krycí list
3. Čestné prohlášení
4. Technická specifikace – Kardio UZ