

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 1
ze dne 28. 8. 2020

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Dodávka diagnostik pro plně automatický analyzátor VITEK 2 60 ke stanovení kvantitativní citlivosti k antimikrobiálním látkám“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uveden zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podlimitní veřejnou zakázku na „Dodávka diagnostik pro plně automatický analyzátor VITEK 2 60 ke stanovení kvantitativní citlivosti k antimikrobiálním látkám“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2020-028159, který byl dne 13.8.2020 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Ve specifikacích požadujete kartu N295, u níž byla ukončena výroba. Bude zadavatel akceptovat namísto ní kartu N255?

AST - N- 255 (gramnegativní tyčky) 12,000

AST - N- 295 (gramnegativní tyčky - R) 500

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat kartu N255.

V Českých Budějovicích dne 28. 8. 2020

Ing. Michaela Michalcová
Referát veřejných zakázek