



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 **ze dne 02. 10. 2020**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Stříkačky injekční trojdílné LL, stříkačky lavážní sterilní II.“

Zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.
Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „**Stříkačky injekční trojdílné LL, stříkačky lavážní sterilní II.**“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2020-031314, který byl dne 07. 09. 2020 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje dotazy k zadávací dokumentaci ze dne 1. 10. 2020 v souladu s § 98 ZZVZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění

Dotaz k části 2 Stříkačky injekční trojdílné LL:

Dotaz:

„Ve specifikaci ZD Zadavatel požaduje u stříkaček táhlo pístu s kroužkem. Bude Zadavatel akceptovat i stříkačky bez kroužku?“

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat táhlo pístu bez kroužku.

Požadované stříkačky jsou používány k úkonům typu výplach žaludku nebo odtažení ze sondy před krmením pacienta, kdy je nutné, aby manipulace s nimi byla bezpečná, aby se daly pevně uchopit a nevykluzovaly z ruky.

V Českých Budějovicích dne 02. 10. 2020

Hana Beznosková
Referát veřejných zakázek
Nemocnice České Budějovice, a.s.