

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**Veřejná zakázka: Laparoskopická věž****ZADAVATEL**

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ699005400

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel dne 6. 11. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1

Zadavatel požaduje digitální full HD kamerovou jednotkou s podporou identifikace tkáňových lézí pro plnohodnotné 2D a 3D zobrazení pomocí integrované funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení s kamerovou hlavou pro IR aplikace pomocí ICG kontrastu.

Dotaz: Nabízíme systém se všemi požadovanými funkcemi v plnohodnotném 4K rozlišení 3840 x 2160 pixelů, tudíž lepší než požadované Full HD s up-scaling rozlišením obrazu blízkému rozlišení 4K. U tohoto systému jsou odlišné některé požadované parametry. Námi nabízený systém má kamerovou jednotku s výstupy 1 x 12G/3G-SDI, 2 x Display Port a 1 x DVI-D, které jsou pro plnohodnotné 4K zobrazení zásadní. Dále 4K 1-čipovou CMOS kamerovou hlavu s funkcí úzkopásmového a ICG zobrazení bez optického zoomu, ale s digitálním zoomem, který lze ovládat tlačítkem na kamerové hlavě, díky vysokému nativnímu rozlišení je optický zoom neopodstatněný. Tato kamerová hlava je sterilizovatelná v plynu nebo plasmě nebo lze sterilitu zajistit v praxi běžně využívanými sterilními návleky. K tomuto systému nabízíme LED zdroj světla s jednou LED lampou s požadovaným výkonem a navíc delší životností až 30.000 hodin s nižšími provozními náklady na servis. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené období technické řešení, které nemá vliv na medicínský účel použití a navíc nabízí lepší rozlišení videořetězce a delší životnost světelného zdroje než je požadováno?

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel trvá na nastavení technických podmínek dle zadávací dokumentace a účastníkem nabízené řešení nebude akceptovat.

DOTAZ č. 2:

Zadavatel požaduje monitor s minimálním rozlišením 4096 x 2160 a kontrastním poměrem 1450:1.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat monitor s rozlišením 3840 x 2160 pixelů, které odpovídá plnohodnotnému 4K rozlišení s kontrastním poměrem 1300:1?

ODPOVĚď č. 2

Zadavatel trvá na nastavení technických podmínek dle zadávací dokumentace a účastníkem nabízené řešení nebude akceptovat.

DOTAZ č. 3:

Zadavatel požaduje odsávací pumpu se sacím výkonem minimálně 40 l/min a nejvyšším podtlakem až 95 kPa.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat odsávací pumpu se sacím výkonem 30 l/min a podtlakem 85 kPa?
Tyto hodnoty jsou plně dostačující pro laparoskopické výkony.

ODPOVĚď č. 3

Zadavatel trvá na nastavení technických podmínek dle zadávací dokumentace a účastníkem nabízené řešení nebude akceptovat.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Táboře dne 10.11. 2020

.....
Ing. Miroslav Kubeš
Ekonomický náměstek
Nemocnice Tábor, a.s.