

POČET ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ÚDAJE Z NABÍDEK

Dodávka CT přístroje

Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
Zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová, e-mail: recte@recte.cz, telefon: +420 734 260 410

Elektronické nabídky byly po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 14. 12. 2020 do 9:00 hodin otevřeny oprávněnými osobami zadavatele. Z detailu jednotlivých nabídek je zřejmé, že nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, jsou autentické a nebylo s nabídkami před jejím otevřením manipulováno.

V souladu s čl. 10 odst. 6 zadávací dokumentace zadavatel zveřejní počet účastníků, kteří předložili do zadávacího řízení svou nabídku a údaje z nabídek, které odpovídají číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

PŘIJATÉ ELEKTRONICKÉ NABÍDKY ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – VÝPIS Z PROFILU ZADAVATELE

Poř. číslo	Název účastníka	IČO	Stav	Datum doručení
1			otevřená	07.12.2020 11:06:49
2			otevřená	10.12.2020 13:31:22
3			otevřená	11.12.2020 12:56:30

Nabídka účastníka zadávacího řízení pod pořadovým číslem 1

Nabídková cena účastníka bez DPH 14 700 000,00 Kč

Technická úroveň nabízeného plnění

Otvor gantry 78 cm
Nejmenší šířka detektorového elementu v ose Z 0,5 mm
Dávka pro nízkokontrastní rozlišení (LCR) v 5 mm @ 0,3% min. při dávce v – mGy 3,3 mGy
(120 kV, Phantom Catphan 20mm/ řez 10 mm)
Rekonstrukce obrazu pomocí AI – Deep learning reconstruction ano

Nabídka účastníka zadávacího řízení pod pořadovým číslem 2

Nabídková cena účastníka bez DPH 12 900 000,00 Kč

Technická úroveň nabízeného plnění

Otvor gantry 78 cm
Nejmenší šířka detektorového elementu v ose Z 0,5 mm
Dávka pro nízkokontrastní rozlišení (LCR) v 5 mm @ 0,3% min. při dávce v – mGy

(120 kV, Phantom Catphan 20mm/ řez 10 mm)
Rekonstrukce obrazu pomocí AI – Deep learning reconstruction

3,1 mGy
ano

Nabídka účastníka zadávacího řízení pod pořadovým číslem 3

Nabídková cena účastníka bez DPH

14 258 000,00 Kč

Technická úroveň nabízeného plnění

Otvor gantry

78 cm

Nejmenší šířka detektorového elementu v ose Z

0,65 mm

Dávka pro nízkokontrastní rozlišení (LCR) v 5 mm @ 0,3% min. při dávce v – mGy

(120 kV, Phantom Catphan 20mm/ řez 10 mm)

10,7 mGy

Rekonstrukce obrazu pomocí AI – Deep learning reconstruction

ne

Vyhotoveno dne: 14. 12. 2020, RECTE.CZ, s.r.o.