

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

**na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
– veřejná zakázka malého rozsahu**

FAKOEMULSIFIKÁTOR PRO CPZ

Zadavatel Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 260 95 181
DIČ: CZ699005400
statutární zástupce: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
a
Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas

(email: matas@nemst.cz, tel. +420 728 784 906).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
- 1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.

2. Všeobecné podmínky

- 2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.
- 2.2. Klasifikace předmětu zakázky

Kód CPV	Popis
33162100-4	Přístroje pro operační sály

Předpokládaná cena: 1 400 000,- Kč bez DPH

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podání cenové nabídky na Fakoemulsifikátor pro CPZ.

Předmětem je dodávka fakoemulsifikačního systému pro oční odd. včetně příslušenství, dle Technické specifikace.

Specifikace přístroje:

- Duálně segmentová peristaltická pumpa s velmi rychlým nástupem vakua a precizní kontrolou fluidiky pro jednotlivé kroky operace
- Možnost využití aktivní i gravitační fluidiky
- Bezpečné provedení celé operativy při nízkých hodnotách irigačního tlaku (méně než 70 cmH₂O), podle nastavení cílového nitroočního tlaku (IOP)
- Detekce hladiny irigační tekutiny v irigačním vaku, upozornění v případě nízké hladiny
- Fakoemulzifikační nástavec provádějící longitudinální i torzní pohyb
- Fakoemulzifikační nástavec s integrovaným tlakovým senzorem, umožňující rychlejší reakci na udržování nastaveného nitroočního tlaku (IOP) a přesné ovládání fluidiky
- Vitrektom s vysokou sekací frekvencí až 5000 cpm
- Maximální hodnota vakua je až 700 mmHg ve všech krocích operace
- Bezdrátový, programovatelný, lineárně ovládaný pedál s možností naprogramování ovládacích funkcí, nastavitelná vibrační zpětná vazba, dobíjecí stanice integrovaná v přístroji
- Videosystém zobrazující nastavené a aktuální hodnoty v průběhu operace na monitoru kamery operačního mikroskopu
- Pravidelný upgrade systému
- Kompatibilita se stávajícími fakoemulzifikačními nástavci (OZIL handpiece)
- Součástí kupní smlouvy je odkup stávajícího zařízení

4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do 1Q. 2021.

4.2. Předpokládaná realizace dodávky

- zahájení - **1Q/2021**
- dokončení - **max. do 31. 3. 2021.**

4.3. Místem plnění je oddělení CPZ NS, a.s..

5. Lhůta pro podání nabídek

5.1 Datum ukončení příjmu nabídek: **12.02.2021 10:00 hodin.**

5.2 Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL:

https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

5.3 Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html

5.4 Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Technická specifikace

7.1. Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:

- 01_příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky
- 02_příloha č.2 - Krycí list
- 03_příloha č.3 - Čestné prohlášení
- 04_příloha č.4 - Technologické minimum parametrů přístroje

7.2. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.

7.3. Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.

7.4. Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, **jedná se o vymezení předpokládaného standardu** a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

7.5. **Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.**

8. Způsob hodnocení nabídek

8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, **přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**

8.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)

9. Další podmínky

- 9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.
- 9.2. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.
- 9.3. Variantní řešení se nepřipouští.

Ve Strakonících dne 26.1.2021.

.....
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Jiří Švec, člen představenstva

Přílohy:

1. Technické specifikace předmětu zakázky
2. Krycí list
3. Čestné prohlášení
4. Technologické minimum parametrů přístroje