

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 1
ze dne 19. 5. 2021

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Koronární stenty lékové DES 7“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Koronární stenty lékové DES 7“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2021-017459, který byl dne 13. 5. 2021 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 3.2.7. Část 7 – Koronární stenty lékové DES 7 požaduje: „Možnost zkrácení DAPT na 1 měsíc v případě nutnosti prokázaná randomizovanou studií a uvedená výrobcem v návodu k užití.“ Znamená to, že na této možnosti trvá, nebo lze nabídnout i stent bez této možnosti prokázané randomizovanou studií?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Ano, zadavatel na této možnosti trvá.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 3.2.7. Část 7 – Koronární stenty lékové DES 7 požaduje: „Délky stentu (mm): minimálně 10-35 (v průměrech 3,0 a 3,5).“ Bude zadavatel akceptovat délky 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40mm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Ano, zadavatel akceptuje uvedené délky.

V Českých Budějovicích
Dne 19. 5. 2021

Zdeňka Nigrinová
referát veřejných zakázek