

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Modulární celotělový pletysmograf vč. měření transferfaktoru
Druh zadávacího řízení:	Otevřená výzva
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 19.07.2021

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V příloze č. 4 technické specifikace zboží požadujete: Elektronické ovládání výšky stativu bodypletysmografu. Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme celotělový plethysmograf s 3D mechanickým nastavením stativu? Každý pacient si může jednoduše přizpůsobit polohou průtokoměru ve všech třech směrech i s možností vysunutí průtokoměru mimo kabinu.Odpověď:

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat účastníkem nabízené řešení. Zadavatel trvá na parametrech stanovených v rámci veřejné zakázky.

Dotaz č. 2

V příloze č. 4 technické specifikace zboží požadujete: Elektromagnetické uzavírání dveří kabiny bodypletysmografu. Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme celotělový plethysmograf s mechanickým uzavíráním dveří? Dveře lze zavřít zvenku i zevnitř. Pacient si může dveře otevřít i v případě výpadku proudu.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat účastníkem nabízené řešení. Zadavatel trvá na parametrech stanovených v rámci veřejné zakázky.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková