

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název zakázky: **Diagnostické soupravy pro kombinaci PCR izolátoru a MIC cycler**

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:

Zadavatel: Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589

397 01 Písek

IČ: 260 95 190

zastoupený MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva

Předmět:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostik pro automatický PCR izolátor Nextractor NX485 a MIC-4-Chanel cycler po dobu 2 let.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Jedná se o rámcovou smlouvu s předpokládaným plněním ve výši 24 044 400,00 Kč.

b) použitý druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky.

c) označení účastníků zadávacího řízení:

GALI spol. s r.o.; Ke Stadionu 179, 513 01 Semily; IČ: 260 09 951

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:

GALI spol. s r.o.; Ke Stadionu 179, 513 01 Semily; IČ: 260 09 951

Odůvodnění: jediný účastník zadávacího řízení

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi:

Bez poddodavatelů

g) odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Nebylo použito.

h) odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Automatický PCR izolátor Nextractor NX485, který je ve vlastnictví Nemocnice Písek, a.s., je uzavřeným systémem, pro jehož provoz mohou být použity výhradně originální reagenty výrobce.

MIC-4-Channel cycler, který má Nemocnice Písek, a.s. ve výpůjčce, není možné v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 20. 7. 2020 softwarově upravit pro využití jiných diagnostických souprav, než dodávaných půjčitelem. Pro jeho provoz musí být rovněž použity výhradně originální reagenty výrobce.

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Nebylo použito.

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:

Nebylo použito.

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Z důvodu jediného uchazeče/dodavatele zadavatel požadoval pro zjednodušení administrace průběhu zadávacího řízení předložení nabídky v listinné podobě.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Střet zájmů nebyl zjištěn.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

Předmětem zakázky je dodávka reagentů jejichž členění do částí nemá žádné opodstatnění.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

Požadavek nebyl v zadávací dokumentaci uveden.

V Písku 7. 6. 2021



MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Písek, a.s.



Ing. Dana Čagánková
člen představenstva
Nemocnice Písek, a.s.