

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ze dne 12. 10. 2021

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Informační systém pro videomanagement operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „Informační systém pro videomanagement operačních sálů Nemocnice České Budějovice, a.s.“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 4. 10. 2021, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2021-035984 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

V části seznam monitorů (zobrazovacích zařízení) dle Přílohy č. 1 smlouvy (Technická specifikace) upřesňujeme, že součástí dodávky monitorů v tabulce označené * (Bez nutnosti MDE certifikace) je dodání kaleného nebo lepeného krycího skla včetně vypáleného rámečku černé barvy z vnitřní strany skla odpovídajícího velikosti displeje, případně wallboxu pro upevnění monitoru, pokud je tento wallbox zapotřebí. Osazení krycích skel v rámci etapy č. 1 bude netěsné z důvodu chybějícího odvětrání stavebních nik. U ostatních etap bude osazení krycího skla provedeno včetně utěsnění. Na takto osazených monitorech (za sklem, bez MDE certifikace) bude zobrazován jakýkoliv videosignál v rámci informačního systému pro videomanagement. „X“ ve sloupci Záznam ve shora uvedeném seznamu monitorů vyjadřuje záznam 3D signálu. Streamingem se rozumí schopnost streamovat jakýkoliv kanál do vnitřní sítě nemocnice.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

V části Ovládání periférií dle Přílohy č. 1 smlouvy (Technická specifikace) upřesňujeme, že požadujeme v rámci dodaného informačního systému ovládat vzduchotechniku, operační svítidla a standardní osvětlení operačního sálu. Akceptujeme využití zrcadlení nástěnného ovládacího panelu ovládajícího tyto periferie umístěného u vstupu do operačního sálu.

V Českých Budějovicích dne 12. 10. 2021

Ing. Pavel Majer

Vedoucí oddělení informačních technologií