

Příloha č. 1 ZD Technická specifikace

Zařízení pro překládání pacienta - určené k přeložení pacienta z lůžka na operační stůl nebo z operačního stolu na lůžko, umožňující překonávání jejich rozdílných výšek a sloužící k oddělení čistých a nečistých částí vstupního traktu operačních sálů

Požadované parametry	ANO	NE
Pracovní prostor uzavíratelný „oknem“ v případě nepoužívaného zařízení		
Základna pevně spojená s podlahou, nesoucí pohyblivou - plovoucí překládací desku		
Nosnost min. 180 kg		
Rozměry překládací desky: délka desky min. 1900 mm, šířka min. 1100 mm		
Výškové nastavení překládací desky v rozsahu 570 - 1030 mm	uvedte	
Překládací deska s tzv. nekonečným pásmem		
Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům		
Výsuv překládací desky 70cm na každou stranu od boku základny tj. k lůžku/vozíku, nebo k operačnímu stolu	uvedte	
Čištění pásu automaticky nebo manuálně - umožňuje ruční umytí, osušení a dezinfekci	uvedte	
Vyhřívání překládacího pásu		
Dálkové bezdrátové ovládání.		
Ovládací LCD displej s komunikací v ČJ		
Zařízení je vybaveno snímači snímající pozici lůžka a operačního stolu a jejich výšku		
Zařízení je vybaveno snímači polohy pacienta, neumožňují přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl		
Automatické nastavení výšky desky do překládací pozice		
Instalace překládacího zařízení součástí nabídkové ceny		

Parametry v modrých polích budou předmětem hodnocení