



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 4
ze dne 29. 11. 2021

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Intravenózní kanyly pro Jihočeské nemocnice“

Zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.
Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 93 804

Shora uveden zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „**INTRAVENÓZNÍ BEZPEČNOSTNÍ KANYLY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE**“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2021-041289, který byl dne 4. 11. 2021 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda-li připouští v technické specifikaci „Upravena_P2ZD_Specifikace_soupis_cenik_k_DI_3_211126“ u variant prodloužených kanyl („Délka v mm 50 – 64“) uvedených v tabulce i variantu bez fixačních křidélek?

Název	Port	Uzavřený systém membránou	Velikost G	Délka v mm	průměr	Fixační křídla	Barva
Kanyla bezpečnostní	bez portu	ne	22	50-64	0,9	ano	modrá
Kanyla bezpečnostní	bez portu	ne	20	50-64	1,1	ano	růžová
Kanyla bezpečnostní	bez portu	ne	18	50-64	1,3	ano	zelená

Odpověď:

Ano, zadavatel upravil přílohu s názvem Upravena_P2ZD_Soupis_dodavek_cenik_k_DI_3_z_20211126, ve které upravil výše uvedené položky na variantu bez fixačních křidel a poskytuje ji účastníkům jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 na profilu zadavatele pod názvem: Upravena_P2ZD_Soupis_dodavek_cenik_k_DI_4_z_20211129. Nepředložení aktuální přílohy povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**Dotaz:**

Dále si dovoluujeme upozornit zadavatele, že nová verze tabulky "Upravena_P2ZD_Specifikace_soupis_cenik_k_DI_3_211126" neodpovídá změnám provedeným na základě předcházejícího vysvětlení ze dne 24.11.2021. Např. odpovědi na dotaz č. 8, kde došlo k úpravě na kanyl níže na kanyly s fixačními křídly.

Název	Port	Uzavřený systém membránou	Velikost G	Délka v mm	průměr	Fixační křídla	Barva
Kanyla bezpečnostní	bez portu	ano	22	25	0,9	ne	modrá
Kanyla bezpečnostní	bez portu	ano	20	25	1,1	ne	růžová
Kanyla bezpečnostní	bez portu	ano	18	32	1,3	ne	zelená
Kanyla bezpečnostní	bez portu	ano	24	19	0,7	ne	žlutá

Odpověď:

Zadavatel upravil přílohu s názvem Upravena_P2ZD_Soupis_dodavek_cenik_k_DI_3_z_20211126, ve které upravil výše uvedené položky na variantu s fixačními křídly a poskytuje ji účastníkům jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 na profilu zadavatele pod názvem: Upravena_P2ZD_Soupis_dodavek_cenik_k_DI_4_z_20211129. Nepředložení aktuální přílohy povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

V Českých Budějovicích dne 29. 11. 2021

Ing. Michaela Michalcová
Veřejné zakázky – obchodní oddělení

Přílohy:

Upravena_P2ZD_Soupis_dodavek_cenik_k_DI_4_z_20211129