

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ze dne 10. 12. 2021

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Speciální zdravotnický nábytek pro Centrální sterilizaci nemocnice České Budějovice“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „Speciální zdravotnický nábytek pro Centrální sterilizaci nemocnice České Budějovice“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 29. 11. 2021, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2021-044236 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Obracíme se na Vás s prosbou o prodloužení termínu podání nabídky min. do 15.01.2021 vzhledem k tomu, že téměř polovina času k vypracování závazné nabídky spadá do vánočního období, kdy výrobní závody a dodavatele strategických surovin (nerez, hliník) mají závodní dovolenou.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel trvá na termínu podání nabídky dne 29.12.2021 v 10:00 hod. Závodní dovolená není zákonná překážka pro vypracování nabídky a zadavatel VZ nemůže zvýhodňovat některého dodavatele, který si chce brát dovolenou na úkor dodavatele, pro kterého je přednější zpracování nabídky.

Dotaz č. 2:

Prosíme o akceptování úhlu otevření dveří min. 220°. Dle našich zkušeností je toto dostatečný úhel i u samostatně stojících nábytků. U nábytků instalovaných vedle sebe technicky ani nelze dveře otevřít na větší úhel než max. 180°.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel trvá na úhlu otevření dveří min 260°. Důvodem je, že kterákoliv ze skříní může být umístěna samostatně bez návaznosti na další nábytek, a v takovém případě je úhel otevření dveří pouze 220° nedostatečný.

Dotaz č. 3:

Dotaz k položkám č.7: Sestava místnost 4.042 a č.8: Sestava místnost 4.057

V dokumentaci je uvedeno:spodní skříňka otevřená barva dveří RAL1013. Prosíme o upřesnění, zda máme nabídnout otevřenou skříňku nebo skříňku s dvířky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel požaduje otevřenou skříňku dle specifikace v zadávací dokumentaci, nikoliv skříňku s dvířky.

V Českých Budějovicích dne 10. 12. 2021

Ing. Michaela Michalcová

Referát veřejných zakázek