

Technická specifikace pro část 1 – parní sterilizátor

- Parní sterilizátor o objemu komory cca 450 l (+- 10%), 6 sterilizačních jednotek, neprokládací, s vlastním elektrickým vyvíječem páry. Přístroj musí být nový, ne demo či repasovaný.
- Vybaven monitoringem cyklu – písemný výpis o průběhu cyklu, připojení k počítači.
- Standard programového vybavení – režimy při 121 a 134 st.C, zkouška těsnosti, Bowie-Dick test.
- SW ovládání a komunikace s obsluhou na displeji v českém jazyce.
- Dodávka včetně 1 ks zavážecího a 1 ks transportního vozíku a úpravny vody s výkonem cca 30 l vody za hodinu.

Servisní podmínky:

- Záruční doba 24 měsíců ode dne předání do rutinního provozu.
- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů a zákonem stanovených prohlídek (BTK, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, elektrovizy apod.), včetně veškerého potřebného materiálu.
- Příjezd na pracoviště do 8 h od nahlášení závady, pokud byla nahlášena v době od 6:00 h do 12:00 h, pokud bude porucha nahlášena v době od 12:00 h do 20:00 h, bude požadován příjezd technika v době od 6:00h do 8:00 h dalšího dne.
- Odstranění závady do 48 h od nahlášení závady.

Technická specifikace pro část 2 – plazmový sterilizátor

- Plazmový sterilizátor o vnitřních rozměrech komory (šxvxh)cca 400 mm x 500 mm x min 725 mm (+- 10%), s vyjímatelnou střední policí, jednodveřový. Přístroj musí být nový, ne demo či repasovaný.
- Délka standardního sterilizačního cyklu max. 55 minut, sterilizační teplota max. 55 st.C.
- Ovládání v českém jazyce – displej.
- Garance šetrnosti ke sterilizaci nástrojů – požadujeme generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře – doložte studiemi.
- Přiložte aktuální ceník sterilizačního media a obalů pro sterilizaci.

Servisní podmínky:

- Záruční doba 24 měsíců ode dne předání do rutinního provozu.
- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů a zákonem stanovených prohlídek (BTK, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, elektrovizy apod.), včetně veškerého potřebného materiálu.
- Příjezd na pracoviště do 8 h od nahlášení závady, pokud byla nahlášena v době od 6:00 h do 12:00 h, pokud bude porucha nahlášena v době od 12:00 h do 20:00 h, bude požadován příjezd technika v době od 6:00h do 8:00 h dalšího dne.
- Odstranění závady do 48 h od nahlášení závady.