

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice
Zastoupený MUDr. Ing. Michalem Šnorkem PhD., předsedou představenstva a
MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva
IČ: 26068877

„RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení“

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, která je zadávána podle § 56 Zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále též „Zákon“) v „Otevřeném řízení“, je sepsána tato

PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Předmět veřejné zakázky	„RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení“
-------------------------	--

Zakázka nebyla rozdělena na části, poněvadž se jedná o 1 ks přístroje

Nabídky byly podány v elektronické formě.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení jaká část VZ bude event. plněna poddodavatelem

Obchodní firma	AURA Medical s.r.o.
Sídlo	K Verneráku 1193/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
IČ	65412559
Název části, která je plněna subdodavatelem/identifikace subdodavatele	0
Cena uvedená ve smlouvě	5.950.000,- Kč bez DPH

Identifikační údaje všech účastníků, kteří podali nabídku

poř. číslo:	obchodní firma:	sídlo:	IČ:
1.	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4, Kunratice, 148 00 Praha 4 I	65412559
2.	EXRAY s.r.o.	Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí	01647580
3.			

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

-----	0
-------	---

Odůvodnění výběru nabídky

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky na základě níže uvedených kritérií

Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria s přiřazenou váhou kritéria:

A) Dílčí hodnotící kritérium **Nabídková cena (bez DPH) - váha kritéria 70 %**

B) Dílčí hodnotící kritérium **Kvalita - technická úroveň, uživatelská přístupnost - váha kritéria 30 %** s následujícími subkritérii:

Tepelná kapacita anody s aktivním chlazením (min. 5 MHU) (parametr - skutečná výše hodnoty) váha **50 %** (tj. 15 % k celku),

Velikost pixelu detektoru (max. 160 µm) (parametr - skutečná výše hodnoty) váha **10 %** (tj. 3 % k celku),

Variabilně isocentrický motorizovaný pohyb (parametr - ANO/NE) váha **10 %** (tj. 3 % k celku),

Dedikovaný antikolizní senzory na Flat panel detektoru pro zabránění mechanické kolize pohybu (parametr - ANO/NE) váha **10 %** (tj. 3 % k celku),

Zobrazovaná velikost objektu (celk. objem) min. 160 mm x 160 mm x 160 mm (parametr - skutečná výše hodnoty) váha **20 %** (tj. 6 % k celku).

- **nabídka AURA Medical s.r.o.:**

Nabídková cena (bez DPH) – (nabízená hodnota **5.950.000,- Kč**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **70 b.**)

Tepelná kapacita anody - (nabízená hodnota **10 MHU**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **15 b.**)

Velikost pixelu detektoru (nabízená hodnota **100 µm**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **3 b.**)

Variabilně isocentrický motorizovaný pohyb - (splnění parametru **ANO**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **3 b.**)

Dedikovaný antikolizní senzory – (splnění parametru **ANO**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **3 b.**)

Zobrazovaná velikost objektu (celk. objem – součin uvedených hodnot v mm) – (nabízená hodnota 198 x 196 x 180 mm, tj. součin 6 985 440); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **6 b.**)

Celkový počet bodů pro nabídku AURA Medical s.r.o. – 100 b.

- nabídka EXRAY s.r.o.:

Nabídková cena (bez DPH) – (nabízená hodnota **6.312.000,- Kč**); (dosažený počet bodů - 94,26 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **65,99 b.**)

Tepelná kapacita anody – (nabízená hodnota **10 HMU**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **15 b.**)

Velikost pixelu detektoru (nabízená hodnota **149 μm**); (dosažený počet bodů - 67,11 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **2,01 b.**)

Variabilně isocentrický motorizovaný pohyb – (splnění parametru **ANO**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **3 b.**)

Dedikovaný antikolizní senzory – (splnění parametru **ANO**); (dosažený počet bodů - 100 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **3 b.**)

Zobrazovaná velikost objektu (celk. objem – součin uvedených hodnot v mm) – (nabízená hodnota 160 x 160 x 160 mm, tj. součin 4 096 000); (dosažený počet bodů - 58,64 b.); (dosažený počet bodů dle váhy - **3,52 b.**)

Celkový počet bodů pro nabídku EXRAY s.r.o. – 92,52 b.

Tabulka č. 1- Celkový počet dosažených bodů

Dodavatel	Počet bodů
AURA Medical s.r.o.	100
EXRAY s.r.o.	92,52

Po provedeném hodnocení stanovila hodnotící komise celkové pořadí nabídek na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky následovně:


Tabulka č. 2- Celkové pořadí

Účastník	Nabídková cena (bez DPH)
-----------------	-------------------------------------


AURA Medical s.r.o.	5.950.000,- Kč
EXRAY s.r.o.	6.312.000,- Kč

Na základě vyhodnocení stanovených kritérií byla nabídka dodavatele **AURA Medical s.r.o.** shledána jako nejvýhodnější, neboť tato splňuje ve všech ohledech požadavky Zadavatelem specifikované v zadávacích podmínkách a vyhovuje též požadavkům vyplývajícím ze Zákona. Vzhledem k tomu hodnotící komise jednomyslně doporučila zadavateli, aby rozhodl o akceptaci této nabídky.

V Českých Budějovicích dne 7.11. 2019



Nemocnice České Budějovice a.s.
MUDr. Ing. Michal Šnorek PhD.
předseda představenstva



Nemocnice České Budějovice a.s.
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva