

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	MAGNETICKÁ REZONANCE
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	260 95 190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetické rezonance.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž:

- a) Vystěhování původního přístroje vč. Jeho likvidace, nastěhování a umístění nového přístroje včetně napojení na technologie.
- b) V případě nutnosti zpracování projektu pro případné stavební práce (zajišťuje zadavatel) bude dodavatel povinen zajistit potřebnou součinnost ve smyslu stavebně technických požadavků pro případné stavební úpravy, aby přístroj mohl být uveden do provozu

Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

3 Cena sjednaná ve smlouvě

Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 24 997 000 Kč bez DPH.

4 Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 4, Praha , 14800	65412559
2	Stargen EU s.r.o.	Malešická 2251/51, Praha 3, 130 00	28487150
3	Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, Michle, Praha 4, 140 00	04179960
4	Philips Česká republika, s.r.o.	Rohanské nábřeží 678/23, Praha 186 00	63985306

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
Stargen EU s.r.o.	Malešická 2251/51, Praha 3, 130 00	28487150

Odůvodnění:

Komise posoudila technické podmínky nabízeného plnění a došla k závěru, že účastník nesplnil podmínky stanovené zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

Komise našla rozpor mezi účastníkem předloženým technickým popisem nabízené magnetické rezonance Signa Voyager a originálními produktovými daty dostupnými na internetu. Dle těchto originálních produktových dat účastník nesplňuje požadavky zadavatele na gradientní systém (amplituda ≥ 45 mT/m v ose (x, y a z) a slew rate ≥ 200 mT/m/ms v ose (x, y a z)). V originálních produktových datech jsou uvedeny pro přístroj Signa Voyager následující hodnoty:

Gradient Performance

Peak amplitude 36 mT/m

Peak Slew-rate 150 T/m/s

Komise se rozhodla vyzvat k vysvětlení tohoto rozporu a doložení případného splnění parametrů originálními produktovými listy výrobce.

Účastník na základě výzvy zaslal požadované vysvětlení nejasností, které komise posoudila. Komise na základě doručení vysvětlení nejasností došla k závěru, že účastník nabízené plnění nesplňuje podmínky stanovené zadavatelem v rámci zadávacích podmínek.

Zadavatel požadoval hodnotu amplitudy gradientu v ose x, y a z ≥ 45 mT/m a hodnotu slew-rate gradientu v ose x, y a z ≥ 200 mT/m/ms. Účastník však v rámci vysvětlení konkrétně v originálním produktovém listu uvádí hodnoty 36 mT/m pro maximální amplitudu a 150 T/m/s pro maximální slew-rate gradientního pole. Tyto hodnoty nesplňují požadavky zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že výše uvedený nedostatek nelze žádným způsobem zhojit, doporučila hodnotící komise vyloučit nabídku účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel přijal doporučení komise a rozhodl o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, Michle, Praha 4, 140 00	04179960
----------------------------	--	----------

Odůvodnění:

Komise posoudila technické podmínky nabízeného plnění a došla k závěru, že účastník nesplnil podmínky stanovené zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

Komise našla rozpor mezi účastníkem předloženým technickým popisem nabízené magnetické rezonance MAGNETOM SOLA a produktovými daty. Dle předložených produktových dat účastník nesplňuje požadavky zadavatele na min. 15-kanálovou povrchovou body cívku, případně kombinaci více těchto cívek určených pro vyšetření břišních orgánů, malé pánve a pro vyšetření periferních tepen dolních končetin s minimálním pokrytím 100 cm.

Daná nesrovnalost nelze žádným způsobem zhojit, neboť i v případě vysvětlení dané nesrovnalosti by došlo ze strany účastníka ke změně nabídky, což je z hlediska zákona nepřipustné.

Komise na základě této skutečnosti doporučila zadavateli rozhodnout o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel přijal doporučení komise a rozhodl o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Pořadové číslo	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 4, Praha , 14800	65412559

8 Odůvodnění výběru dodavatele

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel vyloučil účastníka, který se umístil jako první a druhý v pořadí, bylo komisi doporučeno přidělit veřejnou zakázku účastníkovi AURA Medical s.r.o., který splnil veškeré náležitosti definované zadavatelem a zákonem v rámci zadávací dokumentace.

9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

11 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

12 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Jedná se o dodávku jednoho přístroje, kterou nelze rozdělit na části.