

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

INTRAOPERAČNÍ NEUROMONITORING PRO ORL OPERATIVU

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
IČO: 260 95 157

Shora uvedený zadavatel zahájil ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon o ZVZ**“), veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Intraoperační neuromonitoring pro ORL operativu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), a to pomocí elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek EZAK dostupného na https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html (dále jen „EZAK“), který slouží zároveň i pro příjem nabídek. Zadavatel obdržel elektronickou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, na kterou odpovídá uveřejněním odpovědi na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu:

Dobrý den,
Pro mapování struktury a lokalizaci nervů při operacích štítné žlázy a průušních žláz je vhodnější monopolární stimulační sonda, protože stimul se šíří z hrotu sondy všemi směry. Bipolární sondou se stimul šíří pouze mezi hroty sondy.
Bude zadavatel akceptovat nabídku monopolární místo bipolární stimulační elektrody?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stimulační elektrodě bipolární pro parotis a štítnou žlázu.

Lhůta pro podání elektronických nabídek se nemění.

Dodavatel musí svou nabídku předložit nejpozději do **8.4.2021 - 8:00 hodin**.

Nabídka bude doručena elektronickou poštou na adresu: sekretariat@nemjh.cz.

Vzhledem k elektronickému doručení nabídek je otevírání obálek neveřejné.

.....
za správnost Jana Sochorová v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům