

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název zakázky: **Diagnostické soupravy pro automatický analyzátor COBAS**

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:

Zadavatel: Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589

397 01 Písek

IČ: 260 95 190

zastoupený MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva

Předmět:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostik pro analyzátory COBAS 6000 a COBAS 8000 pro uskutečnění analýz (včetně kalibrací a kontrol) po dobu 3 let

Cena sjednaná ve smlouvě:

Jedná se o rámcovou smlouvu s předpokládaným plněním ve výši 50 466 043,24 Kč.

b) použitý druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky.

c) označení účastníků zadávacího řízení:

ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, IČ: 496 17 052

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:

ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, IČ: 496 17 052

Odůvodnění: jediný účastník zadávacího řízení

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi:

Bez poddodavatelů

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Nebylo použito.

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Analyzátory COBAS jsou modulární analytické systémy, které používají 3 měřicí principy: ISE pro měření elektrolytů, fotometrickou jednotku pro klasickou fotometrii a turbidimetrii a elektrochemiluminiscenční měření heterogenní imunoanalýzy. Splňují tak požadavky na konsolidaci laboratoře, tedy měření co největšího počtu biochemických parametrů z jedné zkumavky krve na jednom místě. Primární zkumavky označené čárovým kódem se vkládají do pětimístných stojánků v libovolném pořadí s možností přednostního vložení statimových vyšetření. Řídící software provádí obousměrný přenos dat, vyhodnocení a dokumentaci výsledků kontroly kvality a vzorků. Informace o činidlech, kalibracích a kontrolách jsou ukládány automaticky prostřednictvím dvourozměrných čárových kódů. Pro tento uzavřený analytický systém s identifikací reagensů přes čárové kódy musí být použity originální reagenty výrobce systému.

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Nebylo použito.

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:

Nebylo použito.

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Z důvodu jediného uchazeče/dodavatele zadavatel požadoval pro zjednodušení administrace průběhu zadávacího řízení předložení nabídky v listinné podobě.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Střet zájmů nebyl zjištěn.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

Předmětem zakázky je dodávka reagentů pro automatické analyzátory, jejichž členění do částí nemá žádné opodstatnění.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

Požadavek nebyl v zadávací dokumentaci uveden.

V Písku

MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

Ing. Dana Čagánková
člen představenstva
Nemocnice Písek, a.s.