

## Nemocnice České Budějovice, a.s.

České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

### ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice**

O vyhlášení této nadlimitní veřejné zakázky a o obsahu zadávacích podmínek na dodávku **SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice** (dále rovněž „veřejná zakázka“) rozhodl statutární orgán zadavatele. Předběžné oznámení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2014 pod evidenčním číslem 484334 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo předběžné oznámení zveřejněno dne 1. 4. 2014 pod značkou 2014/S064-108647.

Oznámení o veřejné zakázce na dodávku **SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice** bylo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) zveřejněno dne 10. 7. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 484334 a v Úředním věstníku Evropské unie. Dne 10. 7. 2014 byly zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky zveřejněny na certifikovaném profilu zadavatele <http://e.zak.nemcb.cz>.

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou souhrnem požadavků zadavatele uvedených v Kvalifikační dokumentaci, Zadávací dokumentaci a jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky (Obchodní podmínky zadavatele stanovené formou Kupní smlouvy, technická specifikace plnění apod.) a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v těchto zadávacích podmínkách, ale rovněž příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

#### Předpokládané lhůty nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

|                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Předběžné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek                                       | 27. 03. 2014                   |
| Rozhodnutí zadavatele o obsahu zadávacích podmínek                                     | 07. 07. 2014                   |
| Odeslání Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a TEDu                       | 09. 07. 2014                   |
| Zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a v TED                    | 10. 07. 2014                   |
| Lhůta pro doručení nabídek na adresu zadavatele                                        | do 11:00 hodin<br>01. 09. 2014 |
| Termín otevírání obálek na adrese zadavatele                                           | od 11:05 hodin<br>01. 09. 2014 |
| Posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů                                 | 01. 09. 2014                   |
| Posouzení a hodnocení nabídek dle vyhlášených zadávacích podmínek na adrese zadavatele | 08. 09. 2014                   |
| Příprava podkladů pro jednání zadavatele                                               | 04. 09. 2014                   |
| Rozhodnutí zadavatele - <i>předpoklad</i>                                              | 04. 09. 2014                   |
| Oznámení rozhodnutí zadavatele - <i>předpoklad</i>                                     | 05. 09. 2014                   |
| Předpokládaný termín podpisu smlouvy - <i>předpoklad</i>                               | 26. 09. 2014                   |

## Článek 1

### Základní údaje o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce

#### 1. Údaje o zadavateli:

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.  
Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01  
Zastoupený: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva  
IČ: 260 68 877  
Kontaktní osoba: MUDr. Jaroslav Novák, MBA, místopředseda představenstva  
Certifikovaný profil: <http://ezak.nemcb.cz>  
*další identifikační údaje jsou obsaženy v Obchodních podmínkách zadavatele*

#### 2. Údaje o pověřené osobě:

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.  
Sídlo: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava  
IČ: 619 72 690  
Kontaktní osoba: Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžšíková  
E-mail, telefon: recte@recte.cz, +420 597 461 313

V předmětném zadávacím řízení na dodavatele přístrojové techniky **SPECT/CT kamera** a předinstalčních úprav pracoviště a pozáručního servisu na 8 let po uplynutí záruční lhůty **pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice** zastupuje jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností v souladu s ust. § 151 shora citovaného zákona zadavatele společnost RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž jí není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům (ust. § 151 odst. 2 zákona). Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu příslušných lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou, pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak. S ohledem na tuto skutečnost jsou všichni účastníci tohoto zadávacího řízení (před podáním nabídky „dodavatel“, po podání nabídky „uchazeč“) povinni veškeré doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě, **kromě nabídek, které musí být doručeny ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele.**

#### 3. Údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice**  
Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky  
Druh zadávacího řízení: otevřené zadávací řízení na dodávky (§ 8 zákona)  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 27.000.000,-- Kč bez DPH

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV (Common Procurement Vocabulary):  
33100000 – 1 Zdravotnické přístroje

#### Stručný popis veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridního zobrazovacího systému SPECT/CT s plně digitální dvouhlavou scintilační kamerou a s integrovaným plně diagnostickým CT a jeho uvedení do klinického provozu. Vyžadována je záruka minimálně 24 měsíců a zajištění následného pozáručního full-servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční lhůty. Součástí veřejné zakázky jsou i před instalační úpravy pracoviště k zabezpečení radiační ochrany.

# KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

## Článek 2

### Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

1. Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s ust. § 50 a následující zákona.
2. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže:
  - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 zákona,
  - splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 zákona,
  - svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku,
  - splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 zákona.
3. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle ust. § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
4. V případě, že bude dodavatel prokazovat splnění požadované kvalifikace jiným způsobem (např. předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu v rámci Systému certifikovaných dodavatelů), musí postupovat v souladu se zákonem.
5. V případě, kdy bude za uchazeče podepisovat čestná prohlášení osoba na základě plné moci, musí být součástí nabídky uchazeče rovněž plná moc udělená této osobě.
6. V případě, kdy dojde k rozporům mezi údaji obsaženými v originále nabídky a její kopii, pro posouzení správnosti a úplnosti předložené nabídky je vždy rozhodující originál nabídky uchazeče.
7. Další informace k prokázání splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů jsou upraveny zákonem.

## Článek 3

### Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 zákona způsobem podle ust. § 53 odst. 3 zákona.
2. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů, pokud ve své nabídce předloží doklady a listiny vyjmenované v ust. § 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona.
3. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek.

## Článek 4

### Požadavky na prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách prokázali svou ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou uchazeče.
2. Dodavatel prokáže splnění své ekonomické a finanční způsobilosti, pokud ve své nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče.
3. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek.

## Článek 5

### Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách prokázali splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 písm. a) a b) zákona.
2. Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů, pokud ve své nabídce předloží:
  - 2.1 výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán,

- 2.2 oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na činnost odpovídající předmětu podnikání - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona nebo obdobný.

## Článek 6

### Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

1. Zadavatel po dodavateli požaduje, aby ve svých nabídkách prokázali splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona

#### Rozsah požadovaných informací a dokladů podle ust. § 56 odst. 5 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek (SPECT / CT přístroj) realizovaných (tj. ukončených) dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být buď osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, osvědčení vydané či podepsané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

#### Způsob prokázání podle ust. § 56 odst. 5 písm. b) zákona:

Dodavatel předloží požadované dokumenty (tj. seznam významných dodávek a osvědčení k nim), z nichž bude patrné splnění požadované úrovně kvalifikačního předpokladu. Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Dále dodavatel uvede u těchto uváděných dodávek (rovněž jako přílohu Osvědčení objednatelů), zda byly dodávky realizovány společně s jiným dodavatelem (např. jako společná nabídka v rámci sdružení), jaký byl podíl dodavatele (stanovený v %) na celkovém plnění. Shora uvedenou skutečnost prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele (viz dále Příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek).

#### Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky podle ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud v seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech bude uvedena minimálně jedna dodávka SPECT / CT přístroje ve finančním objemu minimálně 17 mil. Kč bez DPH.

2. V případě, že uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele), musí ve své nabídce předložit rovněž **čestné prohlášení podle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona** podepsané tímto subdodavatelem, **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm subdodavatel zapsán a **smlouvu** uzavřenou se subdodavatelem, a to dle ust. § 51 odst. 4 písm. b) zákona. Dodavatel je povinen takového subdodavatele rovněž uvést v subdodavatelském schématu, který bude tvořit přílohu smlouvy. Vzor subdodavatelského schématu tvoří Přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek. Subdodavatel, s pomocí něhož prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů, se musí na plnění předmětu veřejné zakázky fakticky podílet, a to v rozsahu vymezeném ve smlouvě uzavřené mezi uchazečem a jeho subdodavatelem. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla chybějící část kvalifikace prokázána, možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a vždy po předchozím písemném souhlasu zadavatele za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů původního subdodavatele ve shodném nebo větším rozsahu.

### Odůvodnění požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel stanovil počet dodávek veřejné zakázky z důvodu toho, aby měl jistotu, že má uchazeč dostatečné zkušenosti s dodávkami obdobného charakteru a že v posledních třech letech poskytl obdobné plnění i pro jiné zadavatele. Finanční objem pak byl stanoven přiměřeně s přihlédnutím k výši předpokládané ceny.

## Článek 7

### Ostatní informace

Zadavatel sděluje dodavatelům, že podle ust. § 49 zákona má dodavatel právo po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě uvedené v ust. § 49 odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že kvalifikační dokumentace je součástí zadávacích podmínek, má zadavatel za to, že je právem dodavatelů vyjasnit si veškeré podle názoru dodavatele sporné nebo nejasné podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Pokud bude mít dodavatel dotaz k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, musí postupovat podle zákona. Zadavatel na všechny takto vznesené dotazy odpoví způsobem stanoveným zákonem a současně zveřejní na svém certifikovaném profilu.

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

## Článek 8

### Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hybridního zobrazovacího systému SPECT / CT přístroje s plně digitální dvouhlavou scintilační kamerou a s integrovaným plně diagnostickým CT (dále rovněž jen „přístroj“), pozáruční servis po dobu 8 let po uplynutí záruční lhůty a předinstalační úpravy pracoviště.
2. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zpracování projektové technologické dokumentace k předmětné veřejné zakázce, předinstalační úpravy pracoviště, dodání SPECT/CT přístroje plně vyhovujícího požadavkům zadávací dokumentace na místo určené zadavatelem, jeho montáž a uvedení do klinického provozu, a to včetně provedení zkušebního provozu, integrace se stávajícím akvizičním a vyhodnocovacím systémem, provedení předávacích zkoušek přístroje v rozsahu stanoveném platnými předpisy, zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu (např. podle ust. § 22 zákona č. 123/2000, o zdravotnických prostředcích), předání uživatelské dokumentace v českém jazyce, a to 1 x v tištěné a 1 x v digitální podobě, včetně stanovených zaručovaných hodnot parametrů, zajištění záručního servisu po dobu 24 měsíců, včetně bezplatného poskytování záručního full – servisu, zajištění pozáručního full – servisu na dobu minimálně 8 let po uplynutí záruční lhůty, bezplatný update základního SW vybavení v záruční době a po celou dobu pozáručního full – servisu.
3. Požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky:

#### Základní požadavky zadavatele

SPECT/CT přístroj bude instalován na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále jen „ONM NČB“). Přístroj samotný bude umístěn ve vyšetřovně č. 2, akviziční konzole bude umístěna ve vedlejší ovladovně. Vyšetřovna č. 2 má rozměr 6 700 x 5 100 mm a ovladovna 1 583 x 5 100 mm. Umístění gama kamery bude vyžadováno v ose rovnoběžné s delší stěnou vyšetřovny, přičemž musí být současně umožněn bezpečný a bezproblémový přístup personálu ze všech stran gama kamery a bezproblémový přístup pacienta, včetně pacienta na lůžku.

#### Základní požadavky na předinstalační úpravy pracoviště

Cílem předinstalačních úprav bude připravit vyčleněné prostory ONM NČB tak, aby umožnily bezproblémovou instalaci přístroje a následně jeho okamžitý bezproblémový klinický provoz. Výsledný stav musí zcela vyhovovat legislativním, hygienickým a bezpečnostním normám a požadavkům SÚJB. Stavební předinstalační úpravy musí navíc vyhovovat stavebním normám ČSN. Nezbytné drobné stavební úpravy (bez změny dispozic místností) se budou týkat pouze vyšetřovny č. 2 a ovladovny. V průchodu mezi ovladovnou a vyšetřovnou se očekává instalace olověných dveří, které zadavatel vyžaduje posuvné. Je potřeba dostihnout stěny vyšetřovny, v takovém případě je vyžadován omyvatelný povrch. I po stavebních

úpravách musí být možný přímý vstup do ovladovny a do vyšetřovny z chodby. Vstup do vyšetřovny navíc musí umožnit průjezd patientského lůžka. Na vlastní náklady zadavatel zajistí přívodní kabel a klimatizaci a chlazení dle potřeb přístroje.

## **Technická specifikace**

### Základní požadavky na hybridní SPECT/CT zařízení

Požadován je hybridní zobrazovací systém SPECT/CT s plně digitální dvouhlavou scintilační kamerou s proměnným úhlem nastavení detektorů a s integrovaným plně diagnostickým CT, jehož součástí bude samostatná akviziční stanice, dvě vyhodnocovací stanice a další příslušenství dle specifikace v zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky (dodávky) musí splňovat veškeré zákonné předpisy České republiky.

### Základní požadavky na SPECT/CT gantry

- kompaktní gantry společná pro NM a CT
- otvor gantry minimálně 70 cm
- maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR minimálně 70 cm
- přístroj musí umožnit scintigrafické vyšetření ležícího a sedícího (popř. stojícího) pacienta a umožnit vyšetření ležícího imobilního pacienta na transportním lůžku
- proměnný úhel nastavení detektorů: pro SPECT akvizici 90° (L-mode) a 180° (H-mode), pro planární akvizici navíc 0° horizontálně (vyšetření ležícího pacienta) a 180° vertikálně s alespoň jedním detektorem zevně orientovaným (vyšetření sedícího pacienta)
- volitelná výška detektorů ve vertikálně poloze
- systém pro automatické konturování těla při celotělovém vyšetření a SPECT včetně uživatelského nastavení vzdálenosti v průběhu vyšetření
- antikolizní systém (snímače na detektorech)
- persistentní monitor na gantry pro polohování pacienta
- Integrovaný ovladač gantry a akvizice (kromě samostatné akviziční konzole)

### Základní požadavky na vyšetřovací lůžko

- maximální nosnost > 220 kg
- dolní poloha vyšetřovacího lůžka < 60 cm
- atenuace vyšetřovacího lůžka pro 140 keV ≤ 10 %
- délka celotělového scanu ≥ 200 cm
- automatický pohyb lůžka v horizontálním i vertikálním směru
- fixační pomůcky: opěrka pro fixaci hlavy při SPECT mozku, podpěrky pro horní končetiny při celotělovém snímání, podpora paží při SPECT myokardu, pomůcky pro fixaci těla a hlavy pacienta (popř. popruhy)
- musí umožnit vyšetření celého těla i cílené vyšetření (včetně SPECT a SPECT/CT) jakékoliv jeho části, a to v základním vybavení nebo např. s nástavcem

### Základní požadavky na detektory SPECT

- 2 plně digitální detektory (1 ADC/PMT)
- scintilační krystaly NaI(Tl) o tloušťce 3/8"
- počet fotonásobičů na detektor ≥ 59
- minimální rozměr FOV ≥ 53 x 38 cm
- minimální energetický rozsah 60- 600 keV
- digitální korekce homogenity a linearity v reálném čase
- vnitřní energetické rozlišení < 10%
- vnitřní prostorové rozlišení
  - FWHM, CFOV ≤ 3,8 mm
  - FWHM, UFOV ≤ 3,9 mm
  - FWTM, CFOV ≤ 7,5 mm
  - FWTM, UFOV ≤ 7,7 mm
- systémové prostorové rozlišení, LEHR kolimátor, 10 cm, bez rozptylu
  - FWHM ≤ 7,5 mm

- vnitřní homogenita
  - CFOV, diferenciální  $\leq 2,5 \%$
  - CFOV, integrální  $\leq 3 \%$
  - UFOV, diferenciální  $\leq 2,7 \%$
  - UFOV, integrální  $\leq 3,7 \%$
- vnitřní linearita
  - CFOV, diferenciální  $\leq 0,2 \text{ mm}$
  - CFOV, absolutní  $\leq 0,5 \text{ mm}$
  - UFOV, diferenciální  $\leq 0,2 \text{ mm}$
  - UFOV, absolutní  $\leq 0,7 \text{ mm}$
- prostorové rozlišení SPECT, LEHR kolimátor, s rozptylem, FBP
  - centrální  $\leq 10,7 \text{ mm}$
  - radiální  $\leq 10,9 \text{ mm}$
  - tangenciální  $\leq 7,9 \text{ mm}$
- maximální prostorové rozlišení SPECT, LEHR kolimátor, s rozptylem
  - centrální  $\leq 6,4 \text{ mm}$
  - radiální  $\leq 5,7 \text{ mm}$
  - tangenciální  $\leq 5,1 \text{ mm}$

#### Základní požadavky na kolimátory

- 1 pár kolimátorů LEHR včetně úložného a manipulačního zařízení
- 1 pár kolimátorů MEGP včetně úložného prostoru a manipulačního zařízení

#### Základní požadavky na EKG trigger (EKG zařízení pro gateované kardiologické studie)

- displej pro sledování EKG křivky
- automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice

#### Základní požadavky na CT

- zadavatel vyžaduje integrované plnohodnotné diagnostické CT
- scanovací pole  $\geq 50 \text{ cm}$
- spirálový mód akvizice
- počet řezů na rotaci  $\geq 16$
- čas rotace  $360^\circ$   $\leq 1,5 \text{ s}$
- maximální proud na rentgence  $\geq 200 \text{ mA}$
- volitelné napětí na rentgence, maximálně  $\geq 130 \text{ kV}$
- maximální výkon generátoru  $\geq 50 \text{ kW}$
- automatická korekce expozice (plně automatická regulace proudu rentgenky v reálném čase za účelem snížené dávky pacienta, při longitudinálním i angulárním pohybu)
- pokročilé iterativní rekonstrukce pro snížení radiční dávky prováděné na úrovni „raw dat“
- možnost „low-dose“ modu
- rekonstrukční matice  $512 \times 512$
- nejmenší tloušťka rekonstruovaného řezu  $\leq 1,0 \text{ mm}$
- maximální prostorové rozlišení  $> 15 \text{ lp/cm @ } 0\% \text{ MTF}$
- rozsah scanu  $\geq 100 \text{ cm}$

#### Základní požadavky na akviziční konzoli

- samostatná, nesdílená
- společná pro NM a CT systém
- bude umístěna na ovladovně sousedící s vyšetřovnou
- barevný monitor s vysokým rozlišením
- grafické rozhraní
- možnost akvizice ve více energetických oknech- minimálně 4 vyhodnocovaná energetická okna s možností zápisu minimálně do dvou různých obrazů
- nastavení energetického okna manuálně, dle zobrazeného spektra nebo ze seznamu radionuklidů definovaných systémem



- SW nástroje pro kontrolu kvalitu (pokud nejsou na vyhodnocovací stanici)
- předdefinované a uživatelsky nastavitelné akviziční protokoly
- akvizice statických, dynamických, celotělových, SPECT a SPECT/CT studií včetně hradlovaných studií v planárním a SPECT režimu
- možnost dokončit SPECT, celotělové a dynamické vyšetření v případě přerušení z důvodů mechanické kolize, např. stolu a pacienta
- možnost plánovat pacienty k vyšetření načtením dat z NIS a odeslat hotové vyšetření do vyhodnocovací stanice- tj. DICOM worklist, DICOM store a send
- podpora přenosu studie z akviziční konzole na stávající vyhodnocovací počítač XELERIS v takovém formátu, aby na něm byly zpracovatelné

#### Základní požadavky na vyhodnocovací stanice

- cílem je instalace alespoň dvou samostatných vyhodnocovacích stanic s barevnými monitory LCD nebo LED s úhlopříčkou nejméně 22" a velmi vysokým rozlišením, které musí umožnit zpracovat data planárních a tomografických studií
- grafické uživatelské prostředí
- kompletní sada programů pro zpracování scintigrafických planárních studií statických, dynamických, celotělových, tomografických studií SPECT (včetně iterativní rekonstrukce) a SPECT/CT a programy pro kvantifikaci scintigrafických studií. Mj. musí zahrnovat a umožňovat:
  - výpočet relativní funkce ledvin při statické scintigrafii (split function)
  - SPECT statické scintigrafie ledvin s možností reorientace (oblique views)
  - vyhodnocení dynamické scintigrafie ledvin včetně výpočtu clearance standardními metodami i s použitím korekce na krevní aktivitu
  - zpracování jícnového transportu, jícnového refluxu a vyprazdňování žaludku
  - analýzu perfuzně- ventilačního scanu
  - výpočet akumulace ve štítné žláze ze scintigrafie
  - program subtrakční scintigrafie pro detekci příštítných tělísek
  - programy pro obecné manuální zpracování a kvantifikaci statických a dynamických studií (ROI, funkční křivky,...)
  - program pro analýzu rovnovážné radionuklidové ventrikulografie (vč. EF) a pro analýzu prvoprůtokové angiokardiografie s výpočtem L/P zkratu (L/R shunt)
  - program pro zpracování SPECT vyšetření perfuze mozku včetně semikvantitativní segmentární analýzy perfuze mozkové kůry
- 2 specializované programy pro kvantitativní vyhodnocování kardiologických studií (perfuze i funkce) s možností korekce zeslabení pomocí CT (gated SPECT/CT) a s normálovými databázemi
  - např. Emory cardiac toolbox a 4D-MSPECT, pokud není tato kombinace možná, lze jeden z těchto programů nahradit jiným (např. programem Cedars-Sinai). Zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že musí vždy splňovat požadavky zadavatele.
- možnost tvorby vlastních zpracovatelských protokolů
- plnohodnotný SW pro zpracování diagnostické CT studie
- SW pro 3D zobrazení SPECT, SPECT/CT, CT
- SW pro rekonstrukci obrazů zahrnující korekci na zeslabení, rozptyl a vliv kolimátoru
- SW rozšířeného SPECT rekonstrukčního algoritmu („resolution recovery“), který zvyšuje obrazovou kvalitu nebo umožní při stávající obrazové kvalitě zkrátit čas akvizice
  - pro obecný SPECT, SPECT kostí, kardiální SPECT
- možnost korekce na radioaktivní přeměnu při SPECT a dynamických vyšetřeních
- podpora exportu a importu obrazových a patientských dat podle následujících standardů DICOM 3 v aktuální verzi: store, send, query/retriever, print, worklist a dále části DICOM potřebné pro zápis vyšetření na CD/DVD a uložení v centrálním nemocničním PACS, podpora exportu obrazů v běžných grafických formátech (JPEG, AVI,...), nezbytná je možnost anonymizace studie před exportem
- podpora síťového propojení se stávající gama kamerou Infinia Hawkeye, se stávajícím vyhodnocovacím systémem XELERIS 2 a s NIS k zajištění přenosu patientských studií ve formátu standardu DICOM: na PACS (s příznakem archivace při odesílání dat) a zpět, na XELERIS 2 a zpět a z Infinia Hawkeye ke zpracování



- SW pro registraci a fúzi obrazů SPECT a MR či CT jiného přístroje a pro registraci a fúzi PET/CT
- zapisovací mechanika CD/DVD pro účely archivace a přenosu dat, zápis ve formátu standardu DICOM včetně prohlížečského SW
- připojení vyhodnocovacích stanic a akviziční stanice na stávající síťové tiskárny uživatele (postscriptové)
- SW nástroje pro kontrolu kvality (pokud nejsou na akviziční konzoli)

#### Další požadovaná pomocná zařízení

- signalizace probíhajícího CT snímání na vstupech do vyšetřovny s automatickým zamezením vstupu během CT snímání
- emergency STOP tlačítka ve vyšetřovně a u akviziční konzole
- Intercom
- plošný zdroj <sup>57</sup>Co obdélníkový s rozměry dle velikosti zorného pole pro kontrolu kvality (v nabídce uvést aktivitu)
- bar phantom typ Hine-Duley pro kontrolu a kalibraci linearity
- fantomy nezbytné pro rutinní kontrolu kvality CT

#### Účel použití a z něj vyplývající klinicko-medicínské požadavky

Přístroj bude používán na ONM NČB k provádění plného spektra scintigrafických vyšetření, statických, dynamických a hradlovaných, planárních a tomografických, včetně hybridního snímání SPECT/CT. Z prováděných vyšetření dominují scintigrafická vyšetření skeletu, plic, ledvin, lymfatického systému, myokardu, mozku, zánětů a nádorů. Pro klinickou praxi je nezbytné, aby přístroj umožňoval nejen vyšetření vleže, ale i vyšetření vsedě a vstoje. Musí být možné vyšetřovat pacienty bez ohledu na věk či hmotnost. Přístroj musí umožnit vyšetření pacienta vyžadujícího podporu přístrojů (např. umělou plicní ventilaci), musí být možné vyšetřit imobilního pacienta přímo na transportním lůžku. Technická kritéria respektují výše zmíněné požadavky a požadavek na vysokou kvalitu zobrazení a minimalizaci radiační zátěže.

### Článek 9

#### Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

1. Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona však požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu veřejné zakázky, a to v tomto následujícím minimálním rozsahu (viz dále Příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek).
  - 1.1 Obchodní jméno subdodavatele
  - 1.2 Identifikační údaje subdodavatele (tj. adresa, sídlo nebo místo podnikání) a jeho IČ
  - 1.3 Přehled věcného rozsahu plnění, kterým se bude subdodavatel podílet na celkovém plnění
  - 1.4 Informaci o tom, zda prostřednictvím subdodavatele uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu
2. V případě, že uchazeč ve své nabídce seznam subdodavatelů neuvede, bude mít zadavatel za to, že plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat bez pomoci subdodavatelů.
3. Za subdodavatele je považována každá jiná osoba, **která není v pracovněprávním vztahu s uchazečem a bude se podílet na plnění veřejné zakázky, nebo která má poskytnout uchazeči k plnění veřejné zakázky určité věci či práva** podle ust. § 17 písm. i) zákona.

### Článek 10

#### Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky

1. Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky je uvedena v kupní smlouvě.
2. Zadavatel po dodavateli požaduje, aby ve svých nabídkách jako přílohu svého návrhu kupní smlouvy předložili harmonogram dodávky přístroje v kalendářních dnech, v němž budou uvedeny samostatně tři termíny, a to samostatně termín pro (1) přípravné a dokončovací stavební práce, resp. instalační úpravy místa plnění, (2) vlastní dodávku přístroje a (3) provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy dle požadavků zadavatele.

## Článek 11

### Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen stanovit svou nabídkovou cenu za splnění předmětu veřejné zakázky v kupní smlouvě v českých korunách bez DPH jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celková nabídková cena bez DPH musí obsahovat všechny činnosti a dodávky vymezené v čl. 8 těchto zadávacích podmínek. Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací a vlastní dodávky přístroje, a to pouze v rozsahu převzatých zadávacích podmínek a dokumentech obsahujících vymezení předmětu plnění veřejné zakázky.

## Článek 12

### Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a podmínek pro překročení nabídkové ceny

1. Podmínky financování, platební podmínky a podmínky, při jejichž splnění je možné nabídkovou cenu změnit, jsou uvedeny v kupní smlouvě, která tvoří Přílohu č. 5 těchto zadávacích podmínek.
2. Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě, že nabídka uchazeče bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, má se za to, že nabídka nebyla podaná řádně a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena (ust. § 71 odst. 10 zákona).
3. Do návrhu kupní smlouvy budou dodavatelem zapracovány veškeré požadavky uvedené v zadávacích podmínkách nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele závazné, a dodavatel není oprávněn je měnit, pokud v zadávacích podmínkách není stanoveno jinak. Uchazeč je povinen do kupní smlouvy doplnit údaje nezbytné pro vznik smlouvy, a to zejména:
  - 3.1 Své identifikační údaje
  - 3.2 Kontaktní osobu uchazeče (zmocněné osoby)
  - 3.3 Číslo účtu pro úhradu daňových dokladů
  - 3.4 Kupní cenu
  - 3.5 Veškeré požadované přílohy smlouvy
4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k návrhu smlouvy též smlouvu obsahující mj. i závazek smluvních stran, že všichni dodavatelé uvedení v takové smlouvě jsou vůči zadavateli a všem třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či porušením smluvních povinností zavázáni společně a nerozdílně. Smlouva musí dále vymezovat, kdo je oprávněn za ostatní dodavatele (účastníky) jednat a jaký je konkrétní podíl jednotlivých jeho účastníků na celkovém plnění (věcné vymezení plnění). Z kupní smlouvy musí být navíc zřejmé, že je taková smlouva předkládána více uchazeči společně.

## Článek 13

### Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést své identifikační údaje v rozsahu dle ust. § 17 písm. d) zákona a další listiny a prohlášení podle ust. § 68 zákona. Vzor identifikačních údajů tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích podmínek a vzor prohlášení podle ust. § 68 zákona tvoří přílohu č. 7 těchto zadávacích podmínek.
2. Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem bude podle ust. § 147a zákona zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené kupní ceny za splnění předmětu smlouvy a seznamu subdodavatelů uchazeče veřejné zakázky.
3. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel předloží svou nabídku v listinné podobě a v jedné řádně uzavřené obálce, která bude obsahovat dvě vyhotovení nabídky dodavatele a ty budou zřetelně označeny jako **originál nabídky** a **kopie nabídky**. Na obálce musí být uveden název veřejné zakázky (viz čl. 1 odst. 3 zadávacích podmínek) s připojením textu VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT a musí být na ni rovněž uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 5 a 6 zákona. Nabídka musí být doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek.
4. Nabídka i veškeré další doklady a listiny musí být předloženy v písemné podobě v českém jazyce, a pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen též jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se však nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.

5. Součástí nabídky musí být všechny listiny a doklady požadované zadavatelem (včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace) v těchto zadávacích podmínkách a rovněž všechny listiny a doklady požadované zákonem nebo zadavatelem (např. požadavek na poskytnutí jistoty).
6. V rámci transparentnosti zadávacího řízení a oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel, aby:
  - 6.1 nabídka uchazeče neobsahovala přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl,
  - 6.2 nabídka uchazeče byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy,
  - 6.3 byly jednotlivé listy nabídky opatřeny číselnou řadou,
  - 6.4 listiny, které nejsou zadavatelem nebo zákonem vyžadovány, byly řazeny v závěru nabídky uchazeče,
  - 6.5 uchazeč předložil společně s originálem nabídky rovněž i kopii své nabídky.
7. Varianty nabídky nejsou přípustné.

## Článek 14

### Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
2. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise v souladu s ust. § 77 odst. 1 výši nabídkové ceny jednotlivých uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tzn., zda není nabídková cena cenou mimořádně nízkou. Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Při posuzování nabídkové ceny (mimořádně nízké ceny) jednotlivých uchazečů vezme komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako podpůrný pomocný ukazatel reálnosti cen v úvahu rovněž průměrnou hodnotu všech nabídkových cen ostatních uchazečů a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována rovněž taková nabídková cena, která bude vzbuzovat oprávněné obavy zadavatele, zda bude uchazeč schopen za nabídnutou cenu dodat předmět veřejné zakázky řádně, včas a v kvalitě vymezené technickou specifikací vymezenou v čl. 8 těchto zadávacích podmínek.

## Článek 15

### Lhůta pro doručení nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami

1. Nabídky uchazečů musí být doručeny zadavateli nejpozději do lhůty uvedené v Oznámení o zakázce, a to **na adresu zadavatele (podatelna)** v pracovních dnech od 8:30 hodin do 11:00 hodin. V den stanovený pro doručení nabídek musí být nabídka doručena do stanovené hodiny. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost výhradně dodavatel.
2. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele ve lhůtě uvedené v Oznámení o zakázce. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, kteří splní podmínky zákona, z důvodů kapacitních možností však maximálně jeden zástupce za uchazeče. Otevírání obálek mají právo se účastnit i osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
3. Komise pro otevírání obálek jmenovaná zadavatelem bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude kontrolovat úplnost nabídky, a to zda (1) je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyce a (2) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Po provedení kontroly každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně bez DPH.

## Článek 16

### Požadavek na poskytnutí jistoty

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to jednou z forem uvedených v ust. § 67 odst. 1 zákona.
2. Číslo účtu pro složení peněžní částky (jistoty) na účet zadavatele:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Číslo účtu zadavatele: | 37035231   |
| Kód a název banky:     | 0100       |
| Variabilní symbol:     | 1280101402 |
| Specifický symbol:     | 0308       |

V případě, že dodavatel poskytne jistotu složením peněžní částky na shora uvedený účet zadavatele, **musí být peněžní část připsána na shora uvedený účet nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 15 odst. 1 těchto zadávacích podmínek.** V případě, že dodavatel poskytne jistotu složením peněžní částky na shora uvedený účet zadavatele, uvede ve své nabídce formou čestného prohlášení číslo účtu, na který mu má být po skončení zadávacího řízení peněžní jistota uvolněna (vrácena). Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou uchazeče. Vzor tohoto prohlášení tvoří Přílohu č. 8 těchto zadávacích podmínek.

Číslo účtu uchazeče a kód banky: .....

Název a adresa banky: .....

Variabilní symbol pro platbu: .....

3. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Dodavatel ve své nabídce doloží kromě originálu jmenovaných listin rovněž jejich prosté kopie.
4. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ust. § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění.
5. Jistota bude uchazečům uvolněna ve lhůtách stanovených v ust. 67 odst. 2 zákona.
6. Výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí ust. § 67 odst. 7 zákona.

### Článek 17

#### Další informace k předmětnému zadávacímu řízení, práva vyhrazená zadavatelem a prohlídka místa plnění

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit z důvodů vyjmenovaných v ust. § 84 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v souladu se zákonem a se zásadami definovanými v ust. § 6 zákona.
2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadání veřejné zakázky, a to i v případech, kdy zadavatel veřejnou zakázku zruší z důvodů stanovených zákonem s výjimkou ukázek nebo vzorků (pokud jsou vyžadovány), při jejichž vrácení bude zadavatel postupovat v souladu se zákonem.
3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to ve lhůtách stanovených zákonem. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti jejímu tazateli způsobem, jakým byla žádost o dodatečnou informaci zadavateli (pověřené osobě) doručena, a dále zveřejněním ve shodném znění na certifikovaném profilu zadavatele.
4. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 120 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
5. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce uchazeče do doby uzavření kupní smlouvy, je uchazeč povinen zadavateli poskytnout řádnou a veškerou potřebnou součinnost.
6. Zadavatel po uchazečích požaduje, aby uchazeč kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (např. v rámci posuzování a hodnocení nabídek nebo v rámci poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy) byl schopen fyzicky (vizuálně) prokázat, že nabízený typ přístroje vyhovuje bez pochybností všem požadavkům uvedeným v čl. 8 zadávacích podmínek, a to konkrétním předvedením SPECT / CT přístroje v běžném klinickém provozu kdekoli ve světě. S ohledem na tuto skutečnost si zadavatel vyhrazuje právo ověřit si informace deklarované (obsažené) v nabídce uchazeče (nebo poskytnuté dodatečně na základě písemné výzvy zadavatele) u třetích osob a uchazeč je povinen v takovém případě zadavateli poskytnout řádnou součinnost, a to ve lhůtě maximálně pěti pracovních dní, pokud nebude zadavatelem stanovena delší lhůta. Zadavatel si vyhrazuje právo (možnost) použití informací, dokladů a dalších listin předložených uchazečem v jeho nabídce za účelem ověření jejich pravdivosti.
7. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace, doklady či listiny poskytnuté uchazečem v rámci předmětného zadávacího řízení, je-li to nezbytné pro postup podle zákona o veřejných zakázkách, nebo pokud to vyplývá z jeho účelu.

8. Nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení či neúplnost nabídky uchazeče je důvodem k vyřazení nabídky z posouzení nebo hodnocení a následné vyloučení uchazeče z další účasti v tomto zadávacím řízení.
9. Zadavatel stanovuje prohlídku místa plnění ve lhůtě a v čase uvedeném v Oznámení o zakázce se srazem před hlavním vstupem do nemocnice.

## Článek 18

### Rekapitulace požadavků zadavatele uvedených zadávacích podmínkách

#### Požadavky vyplývající z Kvalifikační dokumentace

1. Listiny a doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů.
2. Oprávnění k podnikání (živnostenský list).
3. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán.
4. Čestné prohlášení uchazeče o tom, že je uchazeč ekonomicky a finančně způsobilý veřejnou zakázku splnit.
5. Dodávka obdobného charakteru a osvědčení o uskutečněné dodávce.
6. *Čestné prohlášení subdodavatele, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouva uzavřená se subdodavatelem.*

#### Požadavky vyplývající ze Zadávací dokumentace

1. Předložení kupní smlouvy podle přílohy č. 5 zadávacích podmínek (včetně všech příloh).
2. Identifikační údaje uchazeče podle přílohy č. 6 zadávacích podmínek.
3. Čestné prohlášení podle přílohy č. 7 zadávacích podmínek.
4. Doklad o složené jistotě, případně čestné prohlášení podle přílohy č. 8 zadávacích podmínek.
5. Ostatní doklady výše nevyjmenované a překládané podle skutečnosti (např. smlouva o sdružení, plná moc).

## Článek 19

### Seznam příloh těchto zadávacích podmínek

- Příloha č. 1: Čestné prohlášení (vzor), kterým uchazeči prokazují splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 2: Čestné prohlášení (vzor), kterým uchazeči prokazují splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3: Subdodavatelské schéma (vzor), které předkládají uchazeči jako přílohu svého návrhu smlouvy.
- Příloha č. 4: Čestné prohlášení (vzor), kterým uchazeči prokazují splnění technických kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 5: Kupní smlouva (závazný vzor), který předkládá uchazeč spolu s jejími přílohami, a to v rámci své nabídky do předmětného zadávacího řízení.
- Příloha č. 6: Identifikační údaje uchazeče (vzor), který předkládá uchazeč v rámci své nabídky do předmětného zadávacího řízení.
- Příloha č. 7: Čestné prohlášení (vzor) podle ust. § 68 zákona, který předkládá uchazeč v rámci své nabídky do předmětného zadávacího řízení.
- Příloha č. 8: Čestné prohlášení (vzor), který předkládá uchazeč v rámci své nabídky do předmětného zadávacího řízení o tom, na který účet má zadavatel vrátit peněžní jistotu poskytnutou uchazečem do předmětného zadávacího řízení v hotovosti po jeho ukončení.

---

Za správnost: Jana Šenková