

Technická specifikace zadavatele s uvedením minimálních požadavků zadavatele

Uvedené požadavky v technické specifikaci jsou minimální, zájemce může nabídnout parametry lepší, nesmí však nabídnout parametry horší kvality. Nesmí se jednat o repasované zboží.

A) Specifikace sanitního vozidla
Vozidlo kategorie M1, nejpozději při vydání technického průkazu bude tento požadavek splněn
Použitý typ platformy/ podvozku (účastník do sloupce "Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka uvede požadované informace)
Palivo – Diesel
Min. výkon 80 kW/3500
min. 6-ti stupňová převodovka manuální
Emisní limit minimálně EURO 6
Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1)
Boční posuvné dveře vpravo prosklené s možností posuvného nebo výklopného otevírání okénka
Prosklený nákladový prostor
Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko, výklopné nahoru nebo křídlové
Dělicí přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy 1 ks
Radiopřijímač + repro /autorádio - originál z výrobního závodu (vestavěné)/
Mlhovky (přední, zadní)
Karoserie barva bílá
Pohon přední náprava
Centrální zamykání
El. přední okna
El. zrcátka
Tempomat – standardní (ne adaptivní)
Airbag spolujezdce a řidiče
B) Specifikace zástavby
Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro radiostanici 1ks
Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standartní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť
Osvětlení bočních dveří LED světlem

Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W nad zadními dveřmi
Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4 pozice, kryt 1ks
Pomocné stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním 1ks
Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks
Rozvod 12V 1ks
Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks
Termostat pro topení na 12V 1ks
Zásuvka 12V 2 ks
Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul. prostoru 1ks
Maják halogenový rotační modrý 2 ks
Signalizace otevřených dveří v patientském prostoru na palubní desce 1ks
Třítonová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks
Zateplení
Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou hmotou 1ks
Zaplechování
Obložení stěn a stropu dezinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks
Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks
Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu v zástavbě 1ks
2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a třibodovými pásy vše po směru jízdy
Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka
Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks
Hasicí přístroj 2 kg 1ks
Madlo bočních dveří levé 1ks – barva oranžová
Madlo bočních dveří pravé 1ks – barva oranžová
Stropní madlo nad lehátkem – barva oranžová
Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná pevná 1ks
Sedačka pevná s třibodovým bezpečnostním pásem
Schod výklopný boční 1ks
Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks

Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v ambulantního prostoru 1ks
C) Specifikace transportní technika
infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla alespoň 250 kg, schválené dle ČSN EN 1789 1ks
Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru jízdy 1ks
komplet nosítek s podvozkem – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem, schválené dle ČSN EN 1789 1ks
D) Další specifikace
Matování skel, celý nákladní prostor
Lakování přepážky na bílo 1ks
Polep vozidla v souladu s platnými zákonnými požadavky a normami (viz. přiložené fotografie)
Sada povinné výbavy dle příslušných právních předpisů (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks

ZÁRUKA

Účastník poskytuje plnou záruku (bez jakékoliv finanční spoluúčasti kupujícího) na veškeré věcné (materiálové, montážní či výrobní) a právní vady v délce 24 měsíců na vozidlo, kompletní sanitní vestavbu a transportní techniku, 24 měsíců na vady lakování a 72 měsíců proti prerezavění karoserie. Tato záruční lhůta se počítá ode dne protokolárního předání předmětného vozidla.