

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice
Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva
IČ: 26068877

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II. – HYPERBARICKÁ KOMORA“

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v pořízení nové a nerepasované vícemístné Hyperbarické komory s příslušenstvím pro Nemocnici České Budějovice a.s.. Nová vícemístná Hyperbarická komora s příslušenstvím je potřebná k zabezpečení provozu zdravotnického zařízení a poskytování zdravotní péče pacientům Traumatologického centra. Vzhledem k dobrým výsledkům s hyperbaroxyterapií bychom pořízením nové HB komory poskytli mnoha desítkám dalších našich pacientů zařízení, které bude splňovat zejména všechny up-to-date podmínky bezpečného provozu - vysokotlaké hašení, výdech plynů mimo komoru, monitorace O₂ v komoře, budou splněny normy ČSN, CE, ISO normu EN 14931:2006 a další. Poskytne se pacientům i širší dostupnost této léčby, kterou do jisté míry řeší i zvětšení počtu pozic v komoře, šestimístná komora či variantu 3 sedící a 1 ležící pacient nebo 2 ležící na vozíku - možnost variabilního uspořádání. Pořízením příslušenství certifikovaného pro provoz v hyperbarické komoře bude možno ošetřovat všechny indikované pacienty z ARO a ostatních JIP u nich bude nutno provádět během hyperbaroxie umělou plicní ventilaci a intenzivní monitoraci životních funkcí, kterou nejsme schopni pro kriticky nemocné v současné komoře zajistit. Pro tato plánovaná zlepšení péče o pacienty z ARO a JIP traumacentra je nutné zvýšit i výšku pořizované komory ideálně na 190 - 200 cm.
popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové nerepasované vícemístné Hyperbarické

	komory s příslušenstvím pro Traumatologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném touto Zadávací dokumentací.
vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Nerealizací veřejné zakázky by nebylo možno dosáhnout stanoveného cíle, a to zajištění, rozšíření a zvýšení kvality a komfortu poskytovaných zdravotních služeb.
předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	Zadavatel uzavře s vybraným uchazečem smlouvu v termínech upravených Zákonem a vybraný uchazeč bude povinen plnit své závazky ve lhůtách stanovených smlouvou, kterou předloží uchazeč jako součást svojí nabídky. Předpokládaná doba zahájení plnění Veřejné zakázky je do 150 dnů od podpisu smlouvy na plnění Veřejné zakázky, přičemž smluvní závazky dle smlouvy zanikají jejich řádným a včasným splněním. Předpokládaný termín splnění VŘ je pevně stanoven do 30.10 2015 .
popis rizik	Nepořízení požadovaného přístroje v požadované specifikaci, kvalitě a termínech povede k stagnaci kvality poskytované péče a v krátkodobém horizontu může vést i k ohrožení stávající kvality a dostupnosti hyperbarické léčby. Nadále nebude možné poskytnout hyperbarickopu léčbu ventilovaným pacientům z ARO a JIP, nebude možné poskytovat léčbu více osobám současně při hromadných otravách (úniky plynu, požáry) apod. Rizika s vynaložením dalších finančních prostředků jsou reálná vzhledem k možné intervenci ČNB na kurs k Euru a kursové hladině Kč k EUR a USD v době pořízení přístroje
varianty splnění	Zadavatel varianty v předmětu plnění nepřipouští.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků zadavatele na technické kvalifikační předpoklady

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu významných dodávek	Zadavatel požaduje po dodavateli v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (tj. letech 2012, 2013 a 2014) s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
--	---

		2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 výše od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel bude považovat tento technický kvalifikační předpoklad za splněný, pokud dodavatel prokáže, že v posledních 3 letech provedl dodávku viz. níže. Zadavatel stanovil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů s ohledem na rozsah předmětu plnění každé části veřejné zakázky v souladu se Zákonem.
Část VZ	Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu	Poznámka
1	Zadavatel požaduje prokázání dodávky alespoň 2 ks obdobných zařízení (nebo zařízení s lepšími parametry) dodavatelem nebo výrobcem, které budou předmětem nabídky, v posledních 3 letech.	Zařízení uvedené v seznamu významných dodávek musí být svými parametry obdobné (nebo s lepšími parametry) s přístroji, jehož dodávku požaduje Zadavatel v rámci této Veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků a technických útvarů		zadavatel nepožaduje
Odůvodnění požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu		zadavatel nepožaduje
Provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu		zadavatel nepožaduje
Vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání		Zadavatel požaduje po dodavateli v souladu s § 56 odst. 1 písm. e) Zákona možnost předvedení přístroje určeného k dodání. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu též tím, že Zadavateli označí referenční pracoviště, na kterém je předmětný přístroj používán v klinickém provozu a zajistí pro Zadavatele předvedení technických parametrů a prokázání splnění požadovaných funkcionalit tohoto přístroje na tomto referenčním

	pracovišti. Dodavatel je povinen včas zaslat prokazatelně Zadavateli své kontaktní údaje za účelem zaslání písemné výzvy Zadavatele dle tohoto odstavce tak, aby bylo možné prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu se součinností Zadavatele. Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předvedením na referenčním pracovišti, veškerého dodávaného zařízení, které tvoří předmět Veřejné zakázky za předpokladu, že zařízení bude mít vlastnosti požadované Zadavatelem v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje splnění tohoto technického předpokladu, protože se chce přesvědčit, že přístroj, který chce dodavatel zadavateli dodat, splňuje a má všechny požadované vlastnosti deklarované zadávacími podmínkami.
Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem	Zadavatel požaduje po dodavatelích v souladu s § 56 odst. 1 písm. f) Zákona předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku (dodávaného zařízení) vydaného příslušným orgánem (zejména podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a případně též v souladu s nařízením vlády č. 336/2004 Sb., v platném znění). Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením kopie platného CE certifikátu, případně jiného platného dokladu prokazujícího shodu ve smyslu § 56 odst. 1 písm. f) Zákona, a to u všech dodávaných zařízení, které tvoří předmět Veřejné zakázky. Postačí předložení prosté kopie uvedeného dokladu. Tím však není dotčena povinnost předložit úředně ověřený překlad cizojazyčného dokladu do českého jazyka. Dále je nutné doložit prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty dodávaného příslušenství (ventilátor pro UPV , monitor vit.funkcí, infusní pumpy, defibrilátor, oxymetr, kapnometr apod).

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek

obchodní podmínka	Odůvodnění obchodní podmínky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur.	Úhrada smluvní ceny bude provedena po podpisu předávacího protokolu ve smyslu odst. 4.2. smlouvy, a to v české měně převodním příkazem se lhůtou splatnosti 30 dnů od doručení faktury ve dvojím vyhotovení vystavené zhotovitelem.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za	Zadavatel nepožaduje

škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky.	Zadavatel nepožaduje
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu	Zhotovitel prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy (Zařízení) je bez vad, a to bez vad faktických i právních, a poskytuje na předmět smlouvy (Zařízení) záruku 24 měsíců, od uvedení předmětu smlouvy, (Zařízení), do provozu po podepsání předávacího protokolu vyplývajícího z této smlouvy oprávněným zástupcem. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele při plnění závazku dodat zboží řádně a včas.	Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo včetně DPH za každý den prodlení se splněním kteréhokoli závazného termínu.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou	Zadavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo včetně DPH za každý den prodlení se splněním kteréhokoli závazného termínu.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek.	-----

Odůvodnění vymezení technických podmínek

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Vymezení technických požadavků a parametrů uvedl zadavatel v Technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.	Zadavatel stanovil technické podmínky objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění vymezením charakteristik a požadavků ve vztahu k požadované dodávce, s ohledem na požadavky Zadavatele stran zajištění hyperbaroxie v Traumatologickém centru

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií

Pro zadavatele jsou z hlediska posouzení ekonomické výhodnosti nabídky důležité i celkové náklady za dobu předpokládané životnosti přístroje. Z toho důvodu budou posuzovány nejen náklady na vlastní pořízení přístroje v rámci projektu IOP, ale i budoucí náklady na pozáruční „full „ servis včetně zajištění BTK, tlakových zkušek, elektrovizí a dalších prohlídek stanovených výrobcem a právními předpisy apod., které bude muset Zadavatel v budoucnu po dobu životnosti přístroje vynaložit.

Tyto sledované náklady jsou významnou ekonomickou položkou s dopadem na hospodaření Zadavatele a mají vypovídající hodnotu pro posouzení výhodnosti nabídky Uchazečů a nákladové rentability provozování pořízovaného přístroje.

Nabídková cena za dodávku vícemístné HB komory s příslušenstvím (váha v %)	Cena komplexního pozáručního servisu na 8 roků (váha v %)
80 %	20 %

Zadavatel vymezil hodnotící kritéria v souladu se zákonem a v toleranci stanovené vyhláškou č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění předpokládané hodnoty

Předmět VZ		počet	Max Cena bez DPH	Max Cena s DPH
Hyperbarická komora s příslušenstvím	ks	1,00	15 532 700,00 Kč	18 794 567,00 Kč

Předmět VZ	počet	Předpokládaná cena bez DPH	Předpokládaná cena v Kč s DPH
Pozáruční full servis na 8 roků	1	3 415 300,00	4 132 513,00

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě průzkumu trhu.