

Zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Prachatice, a.s.

Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou**

Dodavatel:	
Sídlo:	
IČ	
Oprávněná osoba:	
Nabídku vypracoval:	
Telefon, email:	
ID datové schránky:	
Značka vozidla	
Typ a motorizace sanitní zástavby	
Termín plnění v měsících	

Dodavatel v tabulce níže uvede, zda jím nabízený automobil splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, doplní ANO nebo NE. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru v jednotkách, v jakých je stanoven požadavek, nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku.

SPECIFIKACE – SANITNÍ VOZIDLO

Tovární značka a typ automobilu		
Výrobce automobilu		
Požadavek	Splňuje ANO/NE	DODAVATEL NABÍZÍ
Motor o zdvihovém objemu minimálně 1968 cm ³ , diesel		
Motor o výkonu minimálně 110 kW		
Dlouhý rozvor		
Nízká střecha		
6-ti stupňová manuální převodovka		
Posilovač řízení		
Tempomat s omezovačem rychlosti		
Plnohodnotné rezervní kolo		
Elektronický stabilizační systém, ABS, EDS, ASR		
Přihřívač motoru		
Přední mlhová světla s přisvětlováním do zatáčky		
Počet sedadel v kabině řidiče = 3, včetně řidiče		

Maximální kapacita přepravovaných osob 2 + 5 (2 osoby kabina řidiče, 5 osob v prostoru pro pacienty, z toho jeden ležící)		
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou		
Sedadlo řidiče s bederní opěrkou		
Zásuvka 12V - 2 ks, v kabině řidiče (před spolujezdcem) se stálým proudem (bez ohledu na zapnuté zapalování)		
Airbag řidiče a spolujezdce		
Klimatizace v kabině řidiče nezávislá na prostoru pro pacienty		
Vnitřní zpětné zrcátko		
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka		
Elektrické stahování bočních předních oken		
Vyhřívání čelního skla (podmínkou)		
Otáčkoměr		
Multifunkční ukazatel (palubní počítač)		
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva klíče)		
Imobilizér		
Rádio s bluetooth handsfree pro připojení mobilního telefonu, USB vstup pro média		
Zadní parkovací senzory		
Potahy sedaček na všechna 3 sedadla v kabině řidiče		
Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a přepravním prostorem pro pacienty s posuvným oknem v přepážce s roletkou (originál od výrobce vozidla, pokud přepážku vyrábí)		
Klimatizace v prostoru pro pacienty nezávislá na kabině řidiče		
Pravé posuvné dveře s otevíracím oknem a osvětlením nástupního prostoru a schodů		
Prosklení celého prostoru pro pacienty, na okna aplikována tmavá folie (úprava musí být vyznačena v technickém průkazu s přiloženým atestem firmy)		
Zadní výklopné prosklené dveře (podmínkou), elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostřikovač		
Pevná uzamykatelná skříňka pro uložení vyhlášku předepsaného materiálu v prostoru pro pacienty.		
Základní barva karosérie bílá		
Záruka 4 roky nebo 200.000 Km		

SPECIFIKACE – NÁSTAVBA

Výrobce		
Požadavek	Splňuje ANO/NE	DODAVATEL NABÍZÍ
Výstražné světelné a zvukové zařízení: světelná rampa v LED provedení s minimální délkou 1250 mm nízko profilová do 100 mm výšky s integrovaným reproduktorem (siréna) o minimálním výkonu 60 W v přední části vozidla + modrý maják v zadní části vozidla. Modrá světla do přední masky.		
2 ks stropní LED osvětlení přepravního prostoru (včetně prostoru nad vstupem bočních dveří) s ovládáním u řidiče a schodišťovými vypínači u bočních a zadních dveří.		
2 ks pomocné osvětlení ambulantního prostoru s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a		

zadních dveří.		
2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ambulantního prostoru (1x u hlavy a 1x u nohou).		
Naftové nezávislé topení s výdechem do ambulantního prostoru i prostoru řidiče		
Střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru.		
Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta, 1x nad infarktovým křeslem a 1x nad přední sedačkou)		
Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.		
Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 2x sklopitelný		
2 přídatná LED světla pro osvětlení exteriéru zadní části vozu s manuálním zapínáním		
Neprůhledná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče.		
Výztuhy karosérie pro uchycení sanitní zástavby.		
Vyrovnání podlahy a její obležení protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem (odstín dohodnout s kontaktní osobou).		
Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem nebo práškově lakovanými hliníkovými panely se ztmelením všech spojů.		
Ztmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru.		
Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.		
2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy - provedení musí splňovat platnou normu ČSN EN 1789 +A2		
1x sklopné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a polohovatelným opěradlem, loketními opěrkami, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy (všechny kovové části musí být ošetřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu).		
Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu).		
Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného infarktového křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních výklopných dveří (obvyklý podlahový držák).		
Nájezdová rampa (NE NÁJEZDOVÉ LYŽINY) z nerezového materiálu pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří včetně aretace proti chvění (šíře asi 48 - 50 cm).		
Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo - vše barva oranžová (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu).		
Úchyt pro 10 l láhev O ₂ LIV (všechny kovové části musí být vyrobeny z nerezového materiálu) v zadní části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahve k horní části lehátka a k jednomu sedadlu). Redukční ventil včetně průtokoměru a manometru.		
Ruční dýhací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicínálního kyslíku. Příslušenství k inhalačnímu podávání kyslíku vč. polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu.		

Úchyt pro 2 l láhev O ₂ LIV (všechny kovové části musí být vyrobeny z nerezového materiálu) v přední části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahve k horní části lehátka a k jednomu sedadlu). Redukční ventil včetně průtokoměru a manometru.		
Držák na infuzní láhve včetně držáku vaku (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu) .		
Odpadní nádoba v ambulantním prostoru.		
Hasicí přístroj 2 kg.		
Autolékárnička.		
2x výstražný trojúhelník.		
1x reflexní vesta.		
Tažné lano.		
Plachta transportní.		
Bodové světlo – reflektor.		
Vnější úprava vozidla fóliemi dle zvyklostí Nemocnice Prachatice, a.s., včetně nápisů provozovatele, ambulance a symbolů modrých hvězd (fólii nalepit do tvaru hokejky – dle zvyklostí zadavatele).		

SPECIFIKACE – TRANSPOTNÍ TECHNIKA

Výrobce		
Požadavek	Splňuje ANO/NE	DODAVATEL NABÍZÍ
Úchytný systém nosítek s montáží, schválený dle ČSN na stůl nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu)		
Úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu)		
Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnými nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem a zádržným systémem pro děti a dospělé		
Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg		