

Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen "zákon"

Název veřejné zakázky

**„MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II -
RTG TECHNIKA “**

Kupní smlouva

Zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice České Budějovice, a.s.,

B. Němcové 585/54,

České Budějovice 370 01

Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení
Traumatologického centra Nemocnice České Budějovice II “je
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

1. Nemocnice České Budějovice, a.s.

se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

IČ: 260 68 877

DIČ: CZ260 68 877

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1349

zastoupená MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva, a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 37035-231/0100

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

2. Siemens, s.r.o.

se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13

IČ: 00268577,

DIČ: CZ00268577,

společnost zapsaná v obchodním vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 625

zastoupená Ing. Vratislavem Švorčíkem – ředitelem Healthcare

Ing. Karlem Kopejtkem – finančním ředitelem Healthcare

oběma společně v plné moci

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu: 1013384001/2700

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

uzavřely dnešního dne podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

kupní smlouvu



1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**zákon o VZ**“). Kupující je podle zákona o VZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.
- 1.2. Kupující dále prohlašuje, že dne 17.12.2014 oznámil v informačním systému podle § 157 zákona o VZ a v souladu se zákonem o VZ pod evid. č. **404 391** Otevřené řízení ve smyslu § 27 zákona o VZ za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s. II“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku otevřeného řízení byla Veřejná zakázka přidělena Prodávajícímu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky.
- 1.3. Předmět plnění Veřejné zakázky je spolufinancován v rámci poskytnuté dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci dotačního programu - Integrovaný operační program IOP.

2. Smluvní strany

- 2.1. Kupující prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 1349, která se zabývá poskytováním komplexních zdravotnických služeb. Kupující dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.2. Prodávající prohlašuje, že je *právníckou* osobou řádně podnikající podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon), která se zabývá prodejem, dodávkou, instalací a montáží zdravotnických přístrojů, jakož i dalšího plnění sjednaného v této smlouvě a která je zapsaná v *obchodním* rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 625. Prodávající dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

3. Předmět a účel smlouvy

- 3.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:
 - 3.1.1. dodat Kupujícímu přístroje a zařízení dle této smlouvy se všemi sjednanými, jinak obvyklými součástmi a příslušenstvím (dále společně jen „**Zařízení**“),
 - 3.1.2. provést montáž a instalaci nově dodávaného Zařízení v místě plnění, zaškolit obsluhu a uvést Zařízení do provozu,
 - 3.1.3. poskytovat Kupujícímu servis, uživatelskou podporu a provádět údržbu Zařízení, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem plnění této kupní smlouvy je i budoucí závazek poskytování pozáručního servisu, který bude hrazen z prostředků Zadavatele po uplynutí záruční doby . .

V příloze č.3 této smlouvy deklaruje Prodávající provádění pozáručního servisu včetně jeho ceny po uzavření smlouvy na provádění pozáručního servisu.

- 3.1.4. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k Zařízení.
- 3.2. Závazky Prodávajícího tak, jak jsou stanoveny v odst. 3.1. této smlouvy, budou v této smlouvě dále společně označovány též jen jako „**Předmět smlouvy**“.
- 3.3. Kupující se touto smlouvou zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě a poskytnout Prodávajícímu stanovenou součinnost.
- 3.4. Předmět smlouvy a jeho vlastnosti a parametry jsou blíže popsány a specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.5. Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž Prodávající provede dodávku Předmětu smlouvy pro Kupujícího tak, aby Kupující mohl Předmět smlouvy řádně a nerušeně užívat v zájmu zajištění běžného provozu Traumatologického centra Kupujícího, a dále upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s plněním této smlouvy.
- 3.6. V případě, že tato smlouva některou otázku neupravuje, zavazují se smluvní strany postupovat podle Zadávací dokumentace, ve které Kupující stanovil závazné zadávací podmínky pro plnění Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“). Prodávající prohlašuje, že se seznámil se Zadávací dokumentací a že je mu její obsah včetně závazných podmínek pro plnění Veřejné zakázky dobře znám.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění je sídlo Kupujícího (dále též jen „**místo plnění**“) a v jeho rámci zejména pracoviště sloužící k provozu Traumatologického centra Kupujícího.
- 4.2. Kupující má právo Prodávajícímu po podpisu této smlouvy písemně upřesnit pracoviště, které tvoří místo plnění podle této smlouvy, přičemž plnění bude Prodávajícím poskytováno vždy v rámci města České Budějovice.

5. Doba plnění

- 5.1. Nejpozději do pěti dnů (5) dnů od podpisu této smlouvy se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu **Instalační podklady**. V případě nutnosti stavebních úprav vyšetřovny pro skiografii předá i projektovou dokumentaci umožňující získat veškeré veřejnoprávní souhlasy včetně stavebního povolení.
- 5.2. Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy, provést montáž a instalaci Zařízení v místě plnění, zaškolit obsluhu a uvést Zařízení do provozu, to vše nejpozději do šedesáti (60) dnů od podpisu této smlouvy.

6. Kupní cena

- 6.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v tomto článku smlouvy.

- 6.2. Kupní cena činí celkem 8 774 600 Kč (slovy osm milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc šest set korun českých) bez daně z přidané hodnoty, tj. 10 617 266 Kč (slovy deset milionů šest set sedmnáct tisíc dvě stě šedesát šest korun českých) včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek a součástí Zařízení v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 6.3. Kupující zaplatí kupní cenu sjednanou v odst. 6.2. této smlouvy takto:
- 6.3.1. 100% kupní ceny bude Kupujícím zaplacen po převzetí a předání Zařízení na základě potvrzeného předávacího protokolu, tzn. po dodání Zařízení včetně všech součástí a příslušenství bez jakýchkoliv vad a nedodělků, provedení montáže a instalace Zařízení v místě plnění, zaškolení obsluhy a uvedení Zařízení do provozu, to vše v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy.
- Faktura bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Prodávající je povinen zaslat fakturu Kupujícím způsobem uvedeným v odst. 6.6. této smlouvy nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Prodávající nemá právo požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy. Náklady na zaškolení obsluhy budou na faktuře vyčísleny samostatně.
- 6.4. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené v souladu s odst. 6.3. této smlouvy a ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 6.4. této smlouvy. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.5. Prodávající se zavazuje uvést na vystavené faktuře číslo této smlouvy a vystavit fakturu v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě fakturu zaslat Kupujícím na uvedenou e-mailovou adresu či jiným způsobem předem oznámeným Kupujícím, a to ve lhůtě dle odst. 6.4. této smlouvy. Takto vystavená faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů a musí být zaslána na e-mailovou adresu fakturace@nemcb.cz.
- 6.6. Faktura musí být vystavena a zaslána ve formě stanovené v předchozím odstavci této smlouvy a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a rovněž údaje stanovené v odst. 6.8. této smlouvy.
- 6.7. Faktura Prodávajícího musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a adresy jejich sídla, IČ a DIČ smluvních stran, číslo faktury, den vystavení a den splatnosti faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit v souladu s touto smlouvou, název projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s. II “ a registrační číslo **CZ.1.06/3.2.01/18.09297** fakturovanou částku, razítko, podpis oprávněné osoby a případné další náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
- 6.8. Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě osmi (8) dnů od jejího obdržení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 6.9. Kupní cena uvedená v odst. 6.2. této smlouvy představuje cenu konečnou, která v sobě zahrnuje veškeré případné daně (zejména daň z přidané hodnoty), poplatky, cla a jiné podobné platby včetně nákladů na balení, dopravu Předmětu smlouvy do místa plnění, montáž, instalaci a pojištění a dalších souvisejících nákladů, jak vyplývá z této smlouvy. Veškeré náklady spojené s dodávkou,

montáží, instalací a uvedením Předmětu smlouvy do běžného provozu nese výlučně Prodávající, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

- 6.10. Kupní cena (nebo její část) se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 6.11. Kupující není v prodlení se splněním svého peněžitého závazku po dobu, po kterou je Prodávající v prodlení se splněním některé ze svých povinností dle tohoto článku smlouvy.
- 6.12. Kupující je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce Prodávajícího podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odepřít plnění z této smlouvy v případě, že závazek Prodávajícího z této a/nebo jiné smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas.

7. Povinnosti Prodávajícího

- 7.1. Prodávající zajistí v případě nutnosti projekt k provedení potřebných stavebních úprav skiagrafické vyšetřovny a přípravných prací za účelem dodávky, montáže a instalace Předmětu smlouvy, dále provede analýzu stávajícího prostředí Kupujícího za účelem zajištění včasné a řádné dodávky, montáže a instalace Zařízení. Pro tyto účely zajistí veškeré potřebné podklady pro získání veřejnoprávních souhlasů a povolení.
- 7.2. Prodávající se zavazuje provést analýzu nezbytné technické připravenosti místa plnění za účelem řádného splnění této smlouvy, a to v rozsahu podle odst. 8.2. této smlouvy, tuto technickou připravenost zajišťuje Kupující. Za tímto účelem Prodávající včas učiní všechna potřebná opatření tak, aby mohl Kupující splnit svoje závazky podle této smlouvy
- 7.3. Pro účely plnění povinnosti Kupujícího dle odst. 8.2. této smlouvy je povinen Prodávající předat Kupujícímu v termínu sjednaném v odst. 5.1. této smlouvy **nezbytnou dokumentaci - „Instalační podklady“**).
- 7.4. Prodávající se zavazuje na své náklady zajistit „PD“ dle 7.1. v závislosti na jeho znalosti místa plnění a na provozních požadavcích prostředí a Zařízení. Nezbytná technická dokumentace vyšetřovny pro účely zpracování PD bude Uchazečům předána při prohlídce místa plnění.
- 7.5. Prodávající se při plnění Předmětu smlouvy a jeho uvádění do provozu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy či jiné normy, jakož i podmínky ostrahy Kupujícího a jeho provozního areálu.
- 7.6. Prodávající je povinen počínat si při plnění smlouvy tak, aby provoz Kupujícího (zejména provoz v místě plnění) byl dotčen a omezen v nejmenší možné míře. Zejména se nepřipouští úplná odstávka provozu jakéhokoliv oddělení nebo pracoviště Kupujícího. Prodávající je povinen Kupujícímu navrhnout a po odsouhlasení Kupujícím na své náklady zajistit vždy takové náhradní řešení, aby provoz dotčeného oddělení či pracoviště Kupujícího mohl být řádně zabezpečen. Prodávající je dále povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby rozsah případně způsobených škod byl co nejmenší.

- 7.7. Prodávající je povinen do data předání a převzetí Předmětu smlouvy dle čl. 9. této smlouvy uskutečnit bezplatnou instruktáž obsluhy ve smyslu zákona č. č. 268/2014 Sb., včetně vystavení protokolu o této instruktáži pověřeným pracovníkům Kupujícího v místě plnění a v potřebném rozsahu (nejméně však v rozsahu 8 hodin, není-li v konkrétním případě odůvodněn rozsah vyšší s ohledem na Předmět smlouvy) a předvést ukázkou funkcí Předmětu smlouvy tak, aby tito mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat. Školení musí být provedeno v českém jazyce. Po ukončení školení vystaví Prodávající každé osobě, která školení absolvovala, písemný protokol o zaškolení této osoby, který bude dokladem o její způsobilosti řádně, rutinně a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat Předmět smlouvy. Prodávající je povinen alespoň jednou ročně během záruční doby proškolit pověřené pracovníky Kupujícího v místě plnění a v potřebném rozsahu (nejméně však v rozsahu 3 hodin, není-li v konkrétním případě odůvodněn rozsah vyšší s ohledem na Předmět smlouvy) a předvést ukázkou funkcí Předmětu smlouvy tak, aby tito mohli Předmět smlouvy řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy ovládat a užívat. Na toto školení se použijí též ostatní podmínky uvedené v tomto odstavci smlouvy. Prodávající je dále povinen předat Kupujícímu veškerou dokumentaci, zejména návody, manuály, potřebné kódy a přístupové klíče k dodanému Předmětu smlouvy, včetně návodů na obsluhu Předmětu smlouvy a jeho údržbu, výkresové a textové technické dokumentace, a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.
- 7.8. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami (normy ČSN) a bude plně způsobilý plnit svoji funkci v rozsahu a za účelem vyplývajícím z této smlouvy a Zadávací dokumentace, jinak v rozsahu obvyklém pro Předmět smlouvy daného druhu a způsobu využití. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude neomezeně použitelný k účelu, pro který si Kupující tento Předmět smlouvy objednal.
- 7.9. Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy řádně, poctivě a s odbornou péčí a předcházet hrozícím škodám. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zařízení nové, nepoužité. Prodávající je povinen zajistit a odpovídá Kupujícímu za to, že jím dodávaný Předmět smlouvy (resp. jeho jednotlivé části, na které se tento požadavek dle legislativy vztahuje) bude v potřebném rozsahu splňovat požadavky vyplývající z příslušných norem Evropské unie a České republiky.
- 7.10. Prodávající je povinen opatřit veškeré věci potřebné ke splnění této smlouvy, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
- 7.11. Prodávající je povinen včas doložit všechna povolení, souhlasy, schválení zkoušky, atesty a ostatní náležitosti potřebné a/nebo obvyklé pro uvedení Předmětu smlouvy do řádného provozu a pro jeho následné používání Kupujícím tak, aby používání Předmětu smlouvy při provozu nebylo ničím a nijak omezeno.
- 7.12. Prodávající musí být pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní činností a pro případ škody způsobené vadou dodaného Předmětu smlouvy, přičemž limit pojistného plnění musí být po celou dobu trvání této smlouvy minimálně ve výši 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Kopii pojistného dokladu předloží prodávající nejpozději v den podpisu smlouvy a tento se stává přílohou č. 5 této smlouvy.
- 7.13. Prodávající odpovídá za plnění svých subdodavatelů v plném rozsahu, jakoby se jednalo o jeho vlastní plnění.

- 7.14. Prodávající je povinen po uplynutí záruční doby zajistit provádění pozáručního servisu Předmětu smlouvy, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Prodávající je povinen předložit Kupujícímu do jednoho (1) měsíce od doručení žádosti nabídku (návrh na uzavření smlouvy) na zajištění takového pozáručního servisu vypracovanou podle věcných požadavků Kupujícího uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy, přičemž však Kupující není povinen tuto nabídku v případě nevýhodnosti akceptovat.
- 7.15. Prodávající se tímto zavazuje zajistit, že nejméně po dobu šesti (6) let po uplynutí záruční doby budou pro Kupujícího dostupné veškeré náhradní díly pro řádnou opravu nebo jiné odstranění závady nebo poškození Předmětu smlouvy. Za tuto dostupnost náhradních dílů (dostupný náhradní díl) se zejména nepovažuje:
- (i) pokud náhradní díl bude možné pořídit pouze výrobou konkrétního jednotlivého náhradního dílu provedenou na zakázku,
 - (ii) pokud bude možné dodat náhradní díl pouze za cenu, která bude převyšovat obvyklou hodnotu tohoto náhradního dílu, příp. obvyklou hodnotu náhradního dílu daného druhu, stanovenou znaleckým posudkem o více jak 10 %, a/nebo
 - (iii) pokud od vyslovení požadavku Kupujícího bude možné dodat Kupujícím tento náhradní díl pouze ve lhůtě převyšující 30 dní.
- 7.16. V souvislosti se závazkem Prodávajícího dle odst. 7.15. této smlouvy se Prodávající zavazuje kdykoliv ve lhůtě jednoho (1) týdne na požádání Kupujícího po dobu šesti (6) let po uplynutí záruční doby podat informaci o skutečné možnosti obstarání dostupných náhradních dílů.
- 7.17. Prodávající se zavazuje dodat Předmět smlouvy v takovém provedení a s takovými vlastnostmi faktickými i právními, které umožní řádné provádění pozáručního servisu, včetně všech servisních, revizních a jiných výrobcem a/nebo obecně závaznými nebo jinými předpisy předepsaných prohlídek a kontrol, kteroukoliv osobou mající obecně odbornou způsobilost pro provádění servisu technických zařízení daného druhu.
- 7.18. Prodávající se zavazuje pro účely případné kontroly ze strany příslušných orgánů oprávněných k výkonu dozoru nad dodržením pravidel pro poskytnutí dotace, z níž je hrazena cena podle této smlouvy, uchovávat veškeré dokumenty a listiny týkající se předmětu této smlouvy a jeho dodávky Kupujícím. Prodávající je povinen umožnit příslušným orgánům ve smyslu předchozí věty do těchto dokumentů a listin nahlédnout a poskytovat veškerou potřebnou součinnost za účelem řádného výkonu kontroly. V případě porušení těchto povinností odpovídá Prodávající za způsobenou škodu.

8. Práva a povinnosti Kupujícího

- 8.1. Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu dodávku, montáž, instalaci a uvedení Předmětu smlouvy do provozu a případně i stavební úpravy, budou li nutné.
- 8.2. Kupující se zavazuje na svůj náklad provést technickou připravenost na umístění, montáž a instalaci Předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu (dodaného prodávajícím) a to pouze v rozsahu stanoveném v tomto odst. 8.2. smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Tento závazek spočívá v:

- (i) zajištění přívodu elektrické energie
- (ii) zajištění přívodu studené vody
- (iii) úpravy klimatizace
- (iv) zajištění stavebních úprav skiografické vyšetřovny

to vše na určená místa přívodu a odvodu podle podkladů které dodá Prodávající

Tento závazek zahrnuje pouze zajištění přívodů a odvodu na určená místa, nikoliv napojení Předmětu smlouvy na tyto přívody a odvod, které svým nákladem zajišťuje Prodávající. Prodávající zároveň prohlašuje, že specifikace přívodů a odvodu dle tohoto odst. 8.2. smlouvy je postačující pro řádnou montáž, instalaci a uvedení Předmětu smlouvy do provozu.

- 8.3. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu další součinnost v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Další požadavky Prodávajícího na součinnost Kupujícího jsou stanoveny v Příloze č. 4 této smlouvy, s tím, že tyto požadavky mohou být pouze provozního charakteru a po Objednateli rozumně požadovatelné, přičemž v žádném případě nesmějí vyvolat žádné dodatečné náklady na straně Kupujícího.
- 8.4. Kupující má právo uplatnit své odůvodněné námitky proti opatřením Prodávajícího v místě plnění dle odst. 7.2. této smlouvy a Prodávající je povinen takové námitky zohlednit. Kupující je dále oprávněn z důvodů hodných zřetele odmítnout způsob provádění technických úprav místa plnění, zejména pokud technické úpravy a/nebo odborné práce nebyly dle instalačních podkladů z projektu prováděny na obvyklé kvalitativní úrovni nebo pokud nebudou obvyklé z hlediska způsobu jejich provádění, a Prodávající je v takovém případě povinen způsob provádění technických úprav místa plnění vhodně pozměnit.
- 8.5. Kupující je povinen převzít řádně dodaný Předmět smlouvy v místě určeném touto smlouvou (místo plnění) a v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 8.6. Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu a jeho pracovníkům a dalším osobám oprávněně se podílejícím na plnění této smlouvy nerušený a dostatečný přístup do místa plnění. Prodávající je však při tom povinen respektovat podmínky provozu a zajištění bezpečnosti v místě plnění.
- 8.7. Kupující je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této smlouvy a kontrolovaly, zda Prodávající řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy je oprávněna být přítomna v místě plnění během plnění této smlouvy Prodávajícím.
- 8.8. V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je Kupující oprávněn udělovat Prodávajícímu pokyny týkající se plnění této smlouvy a postupu při jejím plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v souladu s účelem smlouvy. Prodávající je povinen takové pokyny respektovat.

- 8.9. Kupující není povinen od Prodávajícího odebírat jakýkoliv spotřební materiál určený pro užívání Předmětu smlouvy, zejména pokud jde o spotřební materiál určený k provozu Předmětu smlouvy.

9. Převzetí Předmětu smlouvy

- 9.1. Kupující je povinen Předmět smlouvy převzít, jakmile jej k tomu Prodávající vyzve za předpokladu, že Předmět smlouvy bude řádně dodán a instalován, bude provedena jeho montáž v místě plnění a budou provedeny potřebné validace, bude provedeno zaškolení obsluhy a Předmět smlouvy bude uveden do provozu v souladu s touto smlouvou. Prodávající je povinen Kupujícímu prokázat, že Předmět smlouvy je způsobilý pro provoz a je bez vad a nedodělků.
- 9.2. Předpokladem předání a převzetí Předmětu smlouvy je prokázání, že Předmět plnění je způsobilý plnit své funkce a vlastnosti vyplývající z technické specifikace (viz Příloha č. 1 této smlouvy). Během předávání a převzetí Předmětu smlouvy Prodávající předvede v místě plnění Kupujícímu, že Předmět smlouvy má vlastnosti a plní funkce stanovené touto smlouvou. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu pracovní den, kdy má dojít k předání a převzetí Předmětu smlouvy v místě plnění s dostatečným předstihem, nejméně však tři (3) pracovní dny předem.
- 9.3. Smluvní strany sepíší o předání a převzetí Předmětu smlouvy předávací protokol.
- 9.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu smlouvy od Prodávajícího zejména v případě, že Předmět smlouvy bude vykazovat jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící provozu.
- 9.5. Bude-li k uvedení Předmětu smlouvy do provozu zapotřebí obstarat souhlas orgánů veřejné moci či splnění jiné obdobné podmínky, zavazuje se Prodávající dodat včas podkaldy pro takový souhlas, aby mohly být řádně splněny termíny uvedené v článku 5. této smlouvy.

10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

- 10.1. Vlastnictví k Zařízení a všem jeho součástem a příslušenství přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 10.2. Nebezpečí škody na Zařízení přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.

11. Záruka a práva z vadného plnění

- 11.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí dle článku 9. této smlouvy i po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilý pro užívání ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruční doba, podmínky záruky a záručního servisu jsou blíže upraveny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 11.2. Záruční doba stanovená v Příloze č. 2 této smlouvy začíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí Předmětu smlouvy v souladu s článkem 9. této smlouvy.
- 11.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude dodán v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh.
- 11.4. Kupující má v případě vzniku jeho práv z vadného plnění dle své volby (i) právo na odstranění vady bez zbytečného odkladu dodáním náhradních částí Předmětu smlouvy za části vadné, dodáním chybějících částí Předmětu smlouvy, odstraněním vad opravou Předmětu smlouvy, (ii) právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 11.5. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 11.4. této smlouvy náleží vždy Kupujícímu, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2106 a § 2112 občanského zákoníku).
- 11.6. Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Kupujícím, pokud je Kupující oznámí Prodávajícímu do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného plnění se považuje za řádně učiněné také v případě, jestliže je Kupující zašle Prodávajícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Prodávajícím.
- 11.7. Nedohodnou-li se smluvní strany bez zbytečného odkladu na slevě z kupní ceny ve smyslu odst. 11.4. této smlouvy, má Kupující právo odstoupit od smlouvy.
- 11.8. V případě sporu smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Kupujícího.

12. Práva k duševnímu vlastnictví

- 12.1. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Zařízení, které je předmětem této kupní smlouvy, včetně řídicího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy Zařízení (dále též jen „**řídicí programové vybavení**“) zůstávají majetkem Prodávajícího. Prodávající tímto uděluje neexkluzivní, časově neomezenou a bezúplatnou licenci Kupujícímu k použití řídicího programového vybavení výhradně k provozu Zařízení pro jeho vlastní účely.
- 12.2. Kupující nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídicím programovým vybavením kromě jeho užívání, zpracování a změn souvisejících s běžným užíváním a provozem daného Zařízení. Licence stejného rozsahu přechází na případného nového vlastníka Zařízení. Kupující či jeho nástupce je oprávněn poskytnout svá práva vyplývající z udělené licence podle této smlouvy další osobě, která bude pro Kupujícího provádět údržbu a opravy Zařízení a zajišťovat běžný provoz tohoto Zařízení.

13. Sankce

- 13.1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy za každý kalendářní den prodlení se splněním závazného termínu stanoveného v odst. 5.2 této smlouvy.

- 13.2. Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.15. této smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu, která se stanoví následovně. Smluvní pokuta činí částku ve výši plné kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy, od které se za každý celý jeden (1) ukončený rok od uplynutí záruční doby do okamžiku, kdy uplyne jeden (1) rok ze závazku Prodávajícího poskytovat Kupujícímu pozáruční servis, odečte jedna čtvrtina (1/4) kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy. Za porušení této povinnosti se považuje zejména, pokud Prodávající řádně a včas a za podmínek sjednaných v této smlouvě neposkytuje Kupujícímu pozáruční servis dle odst. 7.15. této smlouvy, přestože o to byl Kupujícím požádán.
- 13.3. Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.16. této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2. této smlouvy.
- 13.4. Prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž splnění je zajištěno smluvní pokutou, i po zaplacení smluvní pokuty.
- 13.5. Přesáhne-li výše škody, způsobené Kupujícímu porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, smluvní pokutu, zavazuje se Prodávající nahradit Kupujícímu způsobenou škodu přesahující smluvní pokutu.
- 13.6. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Prodávající poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Bez ohledu na ujednání předchozí věty je smluvní pokuta vždy splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Kupující požádá Prodávajícího o zaplacení smluvní pokuty.
- 13.7. Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.
- 13.8. Za porušení právní povinnosti ve smyslu této smlouvy se rovněž považuje, jestliže se některé prohlášení Prodávajícího, učiněné v této smlouvě nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, ukáže být nepravdivým, nepřesným či zavádějícím (dále též jen „**Porušení prohlášení**“). Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu škodu, která mu vznikne v příčinné souvislosti s Porušením prohlášení, neboť Porušení prohlášení se považuje za porušení povinnosti Prodávajícího jednat poctivě, čestně, svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dále za porušení povinnosti Prodávajícího předcházet hrozícím škodám.

14. Ochrana informací

- 14.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, pokud není stanoveno jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení této smlouvy. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat výrobní a obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé smluvní strany.
- 14.2. Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku smlouvy od druhé smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečností.

- 14.3. Omezení stanovená v odst. 14.1. této smlouvy se nevztahují na poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům obou smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako smluvní strany.
- 14.4. Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou k tomu povinny dle příslušných obecně závazných právních předpisů.
- 14.5. Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z této smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak.
- 14.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy po celou dobu trvání smlouvy i po úplném splnění závazků podle této smlouvy.
- 14.7. Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této smlouvy. Prodávající se zavazuje po ukončení této smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových médiích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat.
- 14.8. Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Prodávající dostane do styku při plnění této smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů Kupujícího.

15. Právní nástupnictví

- 15.1. Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této smlouvy postoupit a/nebo převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to v celku nebo jednotlivě a po částech. K tomu dává Prodávající Kupujícímu svůj výslovný souhlas. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to ve formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy.
- 15.2. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

16. Komunikace smluvních stran a pověřené osoby

- 16.1. Jakékoliv písemnosti doručované dle této smlouvy si vzájemně smluvní strany doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou smluvní strana prokazatelně předem označí druhé straně jako kontaktní adresu pro doručování. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude adresát zastižen (listina bude vrácena poštou s označením, že druhá smluvní strana nebyla

- zastižena), stává se doručení této listiny účinným ke dni, kdy byl doporučený dopis s doručenkou poštou vrácen druhé smluvní straně.
- 16.2. Jakékoliv písemnosti běžného charakteru (nikoliv zejména písemnosti, jejichž předmětem je návrh či akceptace změny smlouvy, výtka porušení smluvní povinnosti, uplatnění sankce, odstoupení od smlouvy), jakož i nároky Kupujícího dle čl. 11 této smlouvy mohou být doručovány též na e-mailové adresy označené druhou smluvní stranou, popř. jiným způsobem smluvními stranami v průběhu trvání spolupráce dle této smlouvy dohodnutým.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly na vytvoření pracovního týmu, který bude vzájemně úzce spolupracovat při plnění technických, provozních či organizačních úkolů dle této smlouvy a účastnit se případných koordinačních schůzek. Ze strany Kupujícího tvoří pracovní tým zejména pracovníci Traumatologického centra, přičemž osobou pověřenou v rámci tohoto centra ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Prodávajícím je pan **Vladimír Kubec**, , tel. č. 387872220. Ze strany Prodávajícího tvoří pracovní tým *pracovníci Siemens, s.r.o. [doplní uchazeč]*, přičemž osobou pověřenou v rámci tohoto týmu ke koordinaci jednotlivých úkolů a komunikaci s Kupujícím je pan **Radim Tomeš [doplní uchazeč]**, tel.č. 724 057 095 [doplní uchazeč]. Každá smluvní strana je oprávněna označit další osoby pověřené plněním jejich jednotlivých technických, provozních či organizačních úkolů. Jakoukoliv změnu ve složení těchto osob je každá smluvní strana povinna předem písemně oznámit druhé smluvní straně, aniž by se to považovalo za změnu této smlouvy.
- 16.4. Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze po jejich odsouhlasení příslušnými orgány obou smluvních stran a pouze formou dodatků podepsaných ze strany Kupujícího i Prodávajícího jejich statutárními orgány, popř. jinými orgány či osobami prokazatelně oprávněnými činit jménem nebo za příslušnou smluvní stranu takové právní úkony.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 17.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění.
- 17.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu této smlouvy.
- 17.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až č. 5. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu.(č.1 - Technická specifikace, č.2 - Záruční podmínky, č.3 - Pozáruční servis, č.4- Požadavky na součinnost kupujícího, č.5 – Kopie pojistného dokladu Uchazeče).
- 17.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.

- 17.6. Neplatnost jednotlivého ustanovení této smlouvy, nezpůsobuje neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a této smlouvy. Toto ustanovení smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějících částí smlouvy.
- 17.7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem v souladu s účelem této smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit případný spor smírnou cestou, bude spor mezi smluvními stranami projednán a rozhodnut před věcně příslušným soudem určeným dle místa sídla Kupujícího.
- 17.8. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení smlouvy má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních smlouvy.

Kupující:

V Českých Budějovicích dne 28.5. 2015

.....
MUDr. Břetislav Šhon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
MUDr. Jaroslav Noyák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ 260 68 877
04

Prodávající:

V Praze dne 25.5. 2015

.....
Ing. Vratislav Švorčík
ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

.....
Ing. Karel Kopejtko
finanční ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

Siemens, s.r.o. (2)
Siemensova 1
155 00 Praha 13


Příloha č. 1

Technická specifikace

dle odstavce 3.4. kupní smlouvy ze dne 28.5. 2015

1) Ysio – přístroj RTG skiagrafický digitální

Specifikace 1-HACZP4



Popis
Položka
č.

Ysio – přístroj RTG skiagrafický digitální

- | | |
|---|--|
| 1 | Ysio pro 2 detektory, plně synchronizované
14417046 |
| 2 | Vyšetřovací stůl Ysio pro bezdrátový detektor
14409459 |
| 3 | Stropní kolejnice
14436409 |
| 4 | Programové vybavení verze VC10
14428678 |
| 5 | Bezdrátový wi-D detektor
14411083 |

Položka č.	Popis
6	Nožní spínač 14411086
7	Generátor R65 14409328
8	CAREmax plus 14407006
9	Barevný displej s plochou obrazovkou 14409330
10	Vertigraf 14418471
11	Integrovaný detektor 14417038
12	Transparentní mřížka 14428861
13	Modul aplikací Ortho 14428649
14	Stojan Ortho 14436505
15	Transparentní mřížka F300 14428844
16	DICOM Worklist / MPPS 04434028
17	DICOM Query Retrieve 04453838
18	Standardní klávesnice 14428827
19	Boční držák detektoru 14411195
20	Držák pro děti na vertigrafu 14411246
21	Klínové filtry pro snímkování hlavy 14417446

Popis
Položka
č.

- 22 Klínové filtry pro snímkování ramene a páteře
08861416
- 23 Systémový stůl do ovladovny
- 24 Intercom
- 25 Ochranné pomůcky
- 26 Uživatelská dokumentace v českém jazyce
- 27 Elektrický rozvaděč pro RTG pracoviště

Cena celkem za přístroj RTG skiagrafický digitální 4 338 200 Kč bez DPH

Všeobecné požadavky:

Stacionární skiagrafické RTG zařízení s přímou digitalizací a dvěma detektory, pro provádění snímků skeletu, plic (tvrdou technikou) a břicha, včetně snímků vstoje horizontálním paprskem na detektor u vertigrafu, s možností snímkování vleže na stole horizontálním paprskem na detektor. Jeden detektor vyjímatelný-bezdrátový.

Minimální technické požadavky

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Specifikace			
přímo digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou digitalizací a se dvěma detektory	Ano	Siemens, Ysio	Podmínka
Stropní závěs			
motorizované pohyby + možnost ruční manipulace	Ano	Ano	Podmínka
Automatický stitching na stole i vertigrafu	Ano	Ano	Podmínka
Možnost posunu stropního závěsu mimo snímkovací stůl nad lůžko s pacientem	Ano	Ano	Podmínka
rozsah vertikálního pohybu zářiče minimálně 160 cm	Ano Uvedte: rozsah (minimálně 160 cm)	Ano, 180 cm	Podmínka

**PROJEKT IOP - MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO
CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. II**

automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (fce autotracking)	Ano	Ano	Podmínka
dotyková obrazovka (nebo displej s ovládacími prvky v okolí) pro ovládání zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a možnost nastavení expozice na obrazovce stropního závěsu	Ano Uved'te: parametry a způsob obsluhy	Ano Všechny uvedené parametry ovládané velkoplošnou barevnou dotykovou obrazovkou	Podmínka
automatické nastavení detektoru dle RTG zářiče (move to position)	Ano	Ano	Podmínka
ovládání základních funkcí od vyšetřovacího stolu i z ovladovny	Ano	Ano	Podmínka
RTG generátor a RTG lampa			
vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem minimálně 65 kW	Ano Uved'te: výkon (minimálně 65kW)	Ano, 65 kW	Podmínka
rozsah napětí - minimálně 40 - 150 kVp	Ano Uved'te: rozsah napětí (minimálně 40-150)	Ano, 40 - 150 kVp	Podmínka
nastavení rozsahu napětí - po 1 kVp a jemnější	Ano Uved'te: krok nastavení (maximálně 1kVp)	Ano, 1 kV	Podmínka
rozsah proudu - minimálně 10 - 700 mA	Ano Uved'te: rozsah proudu (minimálně 10-700 mA)	Ano, 10-800 mA	Podmínka
rentgenka s minimálně 2 ohnisky o velikosti maximálně 0,6/1,2 mm odpovídajícího výkonu	Ano Uved'te: - počet ohnisek (minimálně 2 ohniska) - výkon ohnisek - velikost ohnisek (maximálně 0,6/1,2 mm)	Ano, 2 ohniska 0,6 mm / 52kW 1,0 mm/103kW	Podmínka
Rychlost otáček anody min.8000/min.	Ano uved'te	Ano, 10.800 ot/min	Podmínka
tepelná kapacita anody rentgenky min. 300 kWh	Uved'te: tepelnou kapacitu anody rentgenky	Ano, 783 kWh	Informativní položka
Možnost snímkování tvrdou technikou	Ano	Ano	Podmínka
Krátké expoziční časy pro snímkování malých dětí < 0,4 ms	Ano	Ano	Podmínka
Automatické i ruční řízení expozice, orgánová automatika	Ano	Ano	Podmínka
měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona, DAP metr	Ano	Ano	Podmínka
zabezpečení co nejnižšího dávkového příkonu na pacienta	Ano	Ano	Podmínka
RTG zářič s automatickým kolimátorem se světelným ev laserovým zaměřovačem	Ano	Ano	Podmínka

optimalizovaná ochrana pacientů i personálu ve vyšetřovně	Ano	Ano	Podmínka
Detektor			
2 digitální detektory pro přímou digitalizaci, jeden detektor ve stole, jeden detektor ve vertigrafu, jeden z nich vyjímatelný bezdrátový s nabíjením během zasunutí do bucky jednotky či s výměnnými bateriemi	Ano	Ano	Podmínka
plochý digitální detektor	Ano	Ano	Podmínka
Technologie detektoru (např. trixell detektory)	Ano Uveďte: technologii detektoru Amorfní křemík (a-Si)Csl scintilátor	Ano a-Si /CSi	Podmínka
Maximální velikost pixelu, maximálně 145 μm - mikronů	Ano Uveďte: velikost pixelu (maximálně 145 μm)	Ano Pevný 139um Přenosný 144um	Podmínka
Velikost snímací matice detektoru minimálně pevný detektor 2800x2800 přenosný detektor 2300x2800	Ano Uveďte: velikost snímací matice	Ano Pevný 3040x3040 Přenosný 2364x3000	Podmínka
Velikost aktivní plochy pevného detektoru minimálně 40x40 cm, přenosného min. 34x40 cm	Ano Uveďte velikost	Ano Pevný 42,2x42,2 cm Přenosný 34,1x43,2cm	Podmínka
DQE minimálně 60% (dle IEC62220-1-1) pro 0,0 Lp/mm, 1Gy a jakosti spektra RQA 5	Ano Uveďte: DQE (minimálně 60% pro 0 lp/mm)	Ano, DQE Pevný 60% Přenosný 66%	Podmínka
Možnost snímání mimo osu detektoru na CR kazety	Ano	Ano	Podmínka
Mřížka pohyblivá	s výhodou	Stacionární mřížka	Informativní položka
Vertigrafi			
Pevný nebo vyjímatelný bezdrátový detektor	Ano	Pevný detektor	Podmínka
elektromagnetické brzdy	Ano	Ano	Podmínka
držáky pro úchop pacienta	Ano	Ano	Podmínka
ruční ovládání pohybu na těle vertigrafu, pro snadné nastavení pozice z vyšetřovny	Ano	Ano	Podmínka
Přídavné zařízení pro fixaci kojenců a batolat	Ano	Ano	Podmínka
expoziční automatika AEC	Ano	Ano	Podmínka

**PROJEKT IOP - MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO
CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. II**

naklápění detektoru minimálně v rozmezí od – 15° do 90° (motorické s výhodou) - možnost sklopení do vodorovné polohy	Ano Uvedte: naklápění detektoru (minimálně v rozmezí od – 15° do 90°)	Ano -20°/90°	Podmínka
nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy maximálně 35 cm	Ano Uvedte: nejkratší vzdálenost (maximálně 35 cm)	Ano 27 cm	Podmínka
největší vzdálenost středu detektoru od podlahy minimálně 170 cm	Ano Uvedte: největší vzdálenost (minimálně 170 cm)	Ano 172 cm	Podmínka
automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (fce autotracking)	Ano	Ano	Podmínka
automatický stitching (skládání snímků)	Ano	Ano	Podmínka
Vyšetřovací stůl			
pevný elevační s plovoucí deskou umožňující celotělové vyšetření (s motorizovaným pohybem)	Ano	Ano	Podmínka
rozsah vertikálního pohybu minimálně 55 - 90 cm	Ano Uvedte: rozsah vertikálního pohybu (minimálně 55-90 cm)	Ano 52 – 95cm	Podmínka
podélný pohyb stolu minimálně +/- 40 cm	Ano Uvedte: rozsah podélného pohybu (minimálně +/- 40 cm)	Ano +/- 48 cm	Podmínka
příčný pohyb stolu minimálně +/-10 cm	Ano Uvedte: rozsah příčného pohybu (minimálně +/- 10 cm)	Ano +/- 14 cm	Podmínka
podélný pohyb kazety detektoru – minimálně +/- 20 cm s automatickým sledováním zářičem	Ano Uvedte rozsah pohybu kazety (min.+/- 20 cm)	Ano 100 cm	Podmínka
nosnost stolu minimálně 250 kg	Uvedte: nosnost stolu (minimálně 250 kg)	Ano, 300kg	Podmínka
plovoucí deska ve 4 směrech	Ano	Ano	Podmínka
automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (fce autotracking)	Ano	Ano	Podmínka
Automatický stitching (skládání snímků)	Ano	Ano	Podmínka
Možnost umístění ovládacích prvků pohybů stolu po obou stranách ručním či nožním spínačem	Ano	Ano	Podmínka
Možnost umístit vyjímatelný detektor do držáku detektoru na stole, pro zhotovení snímků horizontálním paprskem	Ano	Ano	Podmínka
Akviziční konzole			

1 x LCD monitor minimálně 19", rozlišení minimálně 1280 x 1024	Ano Uved'te: - velikost monitoru (minimálně 19") - rozlišení (minimálně 1280x1024)	Ano 1 x LCD monitor 19", rozlišení 1280 x 1024	Podmínka
volba typu vyšetření z ovládací konzole systému	Ano	Ano	Podmínka
operační paměť RAM minimálně 2 GB	Ano Uved'te: operační paměť (minimálně 2 GB)	Ano Min. 2GB	Podmínka
postprocessing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, zobrazení dávky na kůži v mGy, plošná dávka v mGy/cm ²	Ano	Ano	Podmínka
pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran)	Ano	Ano	Podmínka
systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční techniku (kVp, mA, mAs a čas), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta	Ano	Ano	Podmínka
zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report).	Ano	Ano	Podmínka
Exposer index - zobrazení automatické kontroly správné expozice	Ano	Ano	Podmínka
nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC	Ano	Ano	Podmínka
uživatelé nastavitelné tabulky expozičních parametrů	Ano	Ano	Podmínka
možnost provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického krokového posunu rentgenky a detektoru a automatické spojení jednotlivých snímků do výsledných obrazů	Ano	Ano	Podmínka

**PROJEKT IOP - MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO
CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. II**

dostupnost náhledu snímku na monitoru maximálně do 5 s	Ano Uveďte: dobu náhledu (maximálně 5 s)	Ano, 5s	Podmínka
dostupnost plně zpracovaného snímku maximálně do 12 s	Ano Uveďte: dobu plného zpracování snímku (maximálně 12 s)	Ano, 9s	Podmínka
Síťové propojení k archivaci dat (DICOM) - připojení na PACS protokolem DICOM dle specifikace	Ano	Ano	Podmínka
Požadavky na specifikaci připojení do PACS			
rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 1Gbps	Ano	Ano	Podmínka
MultiMode optické rozhraní nebo konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (viz. níže)	Ano	Ano	Podmínka
komunikace přes protokol TCP/IP verze 4	Ano	Ano	Podmínka
komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším	Ano	Ano	Podmínka
přístroj musí podporovat alespoň následující DICOM vlastnosti: - DICOM Verification service - Storage of DICOM objects on a remote DICOM system - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system - Basic Worklist Management	Ano	Ano	Podmínka
k přístroji musí být doložen "DICOM Conformance Statement" tento musí být na CD – součást nabídky	Ano	Ano	Podmínka
Další příslušenství			
klínové filtry pro snímkování hlavy, ramene a páteře	Ano	Ano	Podmínka
dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM	Ano	Ano	Podmínka
Systémový stůl do ovladovny pro umístění monitorů a ovládacích modulů	Ano	Ano	Podmínka
technologický rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu	Ano	Ano	Podmínka
kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, pokud nejsou součástí stavební připravenosti	Ano	Ano	Podmínka

Návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení souladu s provedenou stavební připraveností (dispozice, kabelové trasy, odvod tepla, napojovací body atd.) – součástí nabídky. Případná předinstalační příprava a stavební úpravy pro montáž přístroje součástí nabídky. Potřebné další podklady dodá zadavatel na vyžádání.	Ano	Ano	Podmínka
Technologický projekt	Ano	Ano	Podmínka
ochranné pomůcky (1xzástěra, 1xlímec, 3x bederní zástěrka různých velikostí, Pb krytí gonád mužů i žen)	Ano	Ano	Podmínka
případně zařízení pro fixaci kojenců a batolat, pokud není součástí vybavení vertigrafu	Ano	Ano	Podmínka

2) Mobilett Mira – Pojízdný bateriový RTG přístroj s přímou digitalizací

Specifikace: 1-HAD0ED



Položka
Č.

Mobilett Mira

- | | |
|---|---|
| 1 | Mobilett Mira
14418452 |
| 2 | Klávesnice pro Mobilett Mira
14428889 |
| 3 | Integrované zařízení pro měření povrchové dávky záření
14418454 |
| 4 | Dálkový ovladač systému Mobilett
14418456 |
| 5 | Uživatelská dokumentace v českém jazyce
14418362 |

Cena celkem za Pojízdný bateriový RTG přístroj s přímou digitalizací

1 741 300 Kč bez DPH


Minimální technické požadavky

Mobilett Mira

RTG lampa s rotační anodou	ano
motorizovaný bateriový pojezd	ano
rentgenka umístěná na otočném stativu (sloupu)	ano
možnost natáčení zářiče ve vertikální ose	ano
výkon generátoru min. 30 kW, běžné jednofázové síťové napětí	Ano, 35 kW
kV rozsah 40 – 125 kV	Ano, 40 – 133 kV
mAs až 300	Ano, 360 mAs
doba expozice od 4 ms	Ano, od 1 ms
otočná primární clona s měřítkem OF	Ano
bezdrátový detektor	Ano
aktivní plocha detektoru min. 35x41 cm	Ano, 35,3 x 42,4 cm
hodnota DQE v procentech při 0,0 Lp/mm: min. 60%	Ano, DQE = 66 %
kapacita baterie detektoru min. 80 snímků na jedno nabití	Ano, 180 snímků
hmotnost detektoru max. 5 kg	Ano, 4,8 kg
pracovní stanice integrovaná v těle přístroje	Ano
náhled a úprava snímku před exportem do PACS přímo na přístroji	Ano
možnost ručního zadávání patientských dat	Ano
DICOM 3 – Storage, Worklist, MPPS, Dicom Conformance Statement, export expozičních parametrů do PACS	Ano
integrovaný DAP metr	Ano
dálkový ovladač pro spuštění expozice výhodou	Ano

3) Cios Alpha – RTG C-rameno

Specifikace: 1-HAE14R



Položka Popis
Č.

- | | |
|---|--|
| | <u>Cios Alpha</u> |
| 1 | Cios Alpha
14436340 |
| 2 | Plochý digitální detektor 20 x 20
14436345 |
| 3 | Generátor o výkonu 12 kW
14436346 |
| 4 | CAREMAX Cios Alpha
Komora pro měření dávky
Laserový zaměřovač v detektoru
14443389 |
| 5 | Standardní základní skříň systému
14436406 |
| 6 | Mobilní pracovní stanice se sloupkem typu Flex
14436352 |

- 7 2 x černobílý 19" monitor typu TFT s vysokým jasnem
14436354
- 8 Multifunkční pedálový spínač
14436357
- 9 DICOM Send/Storage Commitment (StC)
14436377
- 10 DICOM Print (Tisk)
14436378
- 11 DICOM Worklist / MPPS
14436376
- 12 Uzemňovací kabel;
14402243
- 13 Sada sterilního krytí
14436405
- 14 Uživatelská dokumentace v českém jazyce

Cena celkem za RTG C-rameno

2 695 100 Kč bez DPH

Minimální technické požadavky:

Cios Alpha

✓ RTG C - rameno se snadnou a jednoduchou manipulací s minim. hmotností	Ano
✓ Plochý zobrazovací detektor	Ano
✓ Velikost pole min. 20x20 cm	Ano, 20 x 20 cm
✓ Matrice min 1000 x 1000 pixelů	Ano, 1024 x 1024 pixelů
✓ Laserový zaměřovací kříž integrovaný v detektoru	Ano
✓ Vzdálenost ohnisko – detektor min. 95 cm	Ano, 110 cm
✓ Vysokovýkonný HF generátor s minimálním výkonem 2 kW	Ano, 12 kW
✓ Možnost kontinuální i pulzní skiaskopie minimálně 23 obr/sec	Ano, 0,5 – 30 obr/sec.
✓ Funkce Low dose	Ano
✓ Vnitřní paměť na minimálně 20.000 obrázků	Ano, 100.000 obr

✓ Cine smyčka	Ano
✓ Monitorový vozík se dvěma plochými monitory	Ano
✓ Multifunkční nožní spínač	Ano
✓ DICOM 3 – Storage, Worklist, MPPS, Dicom Conformance Statement, export kompletních expozičních parametrů do PACS	Ano
✓ Postprocessing obrazu	Ano
✓ DAP metr – měření dopadové dávky	Ano
✓ Hmotnost: nabídněte co nejlehčí variantu C-ramene a monitorovacího vozíku s výše uvedenými minimálními parametry	Ano

Kupující:

Prodávající:

V Českých Budějovicích dne 28.5. 2015

V Praze dne 25.5. 2015

.....
MUDr. Břetislav Šon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Vratislav Švorčík
ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Karel Kopejtko
finanční ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ 260 68 877
04

Siemens, s.r.o. 
Siemensova 1
155 00 Praha 13

Záruka a záruční podmínky

dle odstavce 11.1. kupní smlouvy ze dne 28.6. 2015

1. Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **dvacetčtyři (24) měsíců**, Během Záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí a včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami, provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy. Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Provádění povinných BTK, elektrovizí, zkoušek dlouhodobé stability a dalších kontrol, které jsou stanoveny právními předpisy, pro konkrétní typy dodávaných přístrojů Prodávajícím.
2. Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách od nahlášení:
 - do 24 hodin od nástupu na opravu, případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není zhotovitel v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 72 hodin počítaných od nástupu zhotovitele na opravu.
3. Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění do 12 pracovních hodin od nahlášení v pracovní den mezi 7,30-16,30 hod. nebo do 12,00 hod. následujícího pracovního dne pokud nahlášení bude po 17,00 hod. nebo v mimopracovních dnech Prodávající musí závadu odstranit a uvést Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 2. této Přílohy č. 2. Prodávající splní svůj závazek k odstranění závady či jiné poruchy Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.
4. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např.

vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.

5. Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.
6. Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit zhotoviteli prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. 800 888 910 nebo faxem na +420 233 032 009, či e-mailem na adresu medicinskysevis@cz@siemens.com.

Pracovní doba prodávajícího je (uvedte) od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Za okamžik nahlášení považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy nebo faxové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo. V případě použití e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka byla dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže.

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Kupující:

Prodávající:

V Českých Budějovicích dne 28.5. 2015

V Praze dne 25.5. 2015

.....
MUDr. Břetislav Šon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Vratislav Švorčík
ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Karel Kopejtko
finanční ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ 260 68 877

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13



Příloha č. 3

Pozáruční servis

dle odstavce 7.14. kupní smlouvy ze dne 28.5. 2015

1. Prodávající se zavazuje provádět pro Kupujícího pozáruční servis Zařízení uvedeného v Příloze č. 1 kupní smlouvy.
2. Pozáruční servis poskytovaný Prodávajícím zahrnuje:
 - a) provádění oprav Zařízení při jeho poruchách a poškození bez ohledu na příčiny vzniku těchto poruch a poškození (dále jen „**Opravy**“), přičemž za Opravu se považuje i odstranění jakýchkoliv nefunkčností či jiných vad Zařízení;
 - b) za nefunkčnost Zařízení se ve smyslu tohoto odstavce považuje zejména Zařízení s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části, nebo která natolik znesnadňuje užívání Zařízení, že Kupující nemůže Zařízení užívat obvyklým způsobem,
 - c) poskytování uživatelské podpory dodávání náhradních dílů v souvislosti s prováděním oprav, , které hradí Kupující., ,
 - d) provádění povinných BTK, elektrorevizí, zkoušek dlouhodobé stability a dalších kontrol, které jsou stanoveny právními předpisy pro typy dodávaných přístrojů Prodávajícím.
3. Prodávající se zavazuje provádět po dobu minimálně šesti (6) roků od skončení Záruční doby komplexní servisní činnost, v rámci které je povinen provádět za podmínek uvedených v této Příloze č. 3 Opravy Zařízení, a není-li dále stanoveno jinak včetně dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek, to vše v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami a provozními potřebami Kupujícího. Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu v rámci servisní činnosti potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Zařízení objeví, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Prodávající je povinen v rámci pozáručního servisu zajistit údržbu Zařízení včetně kontroly jednotlivých součástek a prvků a kontroly funkčnosti Zařízení, provádění technických úprav Zařízení zajišťujících jeho spolehlivou funkci, provádění opatření k předcházení vzniku závad a/nebo škod, odstraňování závad Zařízení, dodávky a montáž náhradních dílů a součástek, inovaci hardware a software v rozsahu potřebném k zajištění funkce Zařízení v souladu s aktuálními poznatky léčebné praxe a provádění ostatních prací a činností za účelem řádného a bezporuchového provozu Zařízení (včetně bezpečnostních technických kontrol a veškerých ostatních kontrol, měření a prohlídek) tak, aby mohlo plnit svoji funkci. Bližší podmínky poskytování pozáručního servisu bude v souladu s touto Přílohou č. 3 upravovat smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující se zavazuje za poskytování pozáručního servisu zaplatit po uzavření smlouvy dohodnutou cenu uvedenou v bodě 11.

4. Prodávající je povinen v rámci svého závazku k servisní činnosti provést Opravu Zařízení, včetně dodání potřebných náhradních dílů, a výsledek své činnosti předat Kupujícímu v termínech dále uvedených.

Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění do 12 pracovních hodin od nahlášení v pracovní den mezi 7,30-16,30 hod nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud nahlášení bude po 17,00 hod. nebo v mimopracovních dnech.

Prodávající je povinen odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách:

- do 24 hodin od nástupu na opravu, případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není zhotovitel v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 72 hodin počítaných od nástupu zhotovitele na opravu.
- Pracovní doba prodávajícího je od 00:00 hod do 24:00 hod.
- Oprava je provedena řádným předáním výsledku činnosti Prodávajícího. Kupující bude nahlášovat Prodávajícímu potřebu k provedení Opravy způsobem stanoveným v odst. 5. této Přílohy č. 3. Prodávající je povinen při nahlášení potřeby Opravy umožnit Kupujícímu odstranění příslušného poškození, vady nebo nefunkčnosti Zařízení ze strany Kupujícího za využití telefonické konzultace poskytované v rámci uživatelské podpory. Tato možnost nemá vliv na běh lhůt dle tohoto odst. 4. Přílohy č. 3.

5. V rámci svého závazku poskytovat Kupujícímu uživatelskou podporu Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího, včetně hlášení potřeby provedení Oprav: Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit zhotoviteli prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. 800 888 910 nebo faxem na +420 233 032 009, či e-mailem na adrese medicinsky servis@cz@siemens.com. Pracovní doba prodávajícího je (uvedte) od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13 [doplní uchazeč]

V případě nedostupnosti telefonní linky je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu hlášení, oznámení a požadavek prostřednictvím e-mailové zprávy. V tomto případě se za okamžik nahlášení považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy a na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo. V případě použití e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka byla dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže.

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu Zařízení též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

6. V případě, že si to Kupující ze závažných důvodů vyžádá, je Prodávající povinen poskytnout uživatelskou podporu v místě plnění, a to ve formě osobní přítomnosti pracovníka Prodávajícího, který poskytne Kupujícímu požadovaná vysvětlení nebo vykoná potřebné úkony nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy.

7. Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění a závadu odstranit a uvést Zařízení zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 4. této Přílohy č. 3. Prodávající splní svůj závazek k odstranění závady či jiné poruchy Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 4. této Přílohy č. 3. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.
8. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu provést za použití Zařízení.
9. Za nefunkční Zařízení ve smyslu této Přílohy č. 3 se považuje Zařízení s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Zařízení, že Kupující nemůže Zařízení užívat obvyklým způsobem.
10. Kupující je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování pozáručního servisu s výpovědní lhůtou v délce tří (3) měsíců ze závažného důvodu, kterým se zejména rozumí prodlení Prodávajícího se splněním termínu podle smlouvy o poskytování pozáručního servisu po dobu čtrnácti (14) dnů a delší nebo porucha Zařízení, která znemožní jeho řádný provoz na dobu nejméně dvaceti jednoho (21) dne. Prodávající je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování pozáručního servisu s výpovědní lhůtou v délce tří (3) měsíců ze závažného důvodu, kterým se zejména rozumí prodlení Kupujícího se splněním jeho peněžitého závazku podle smlouvy o poskytování pozáručního servisu po dobu čtrnácti (14) dnů a delší.
11. Cena za poskytování pozáručního servisu se stanoví ve výši:
- 5 545 870,- Kč (slovy pět milionů pět set čtyřicet pět tisíc osm set sedmdesát korun českých) bez DPH za 6 roků poskytování pozáručního servisu, tj.
- 6 710 503,- Kč (slovy šest milionů sedm set deset tisíc pět set tři korun českých) včetně DPH za 6 roků poskytování pozáručního servisu.
- Cena za poskytování pozáručního servisu se stanoví jako fixní na dobu šesti (6) roků od podpisu smlouvy o poskytování pozáručního servisu. V následujícím období může být cena za poskytování pozáručního servisu navyšována pro

příslušný rok v souladu s nárůstem inflace zjištěným Českým statistickým úřadem
nebo jeho případným právním nástupcem za předchozí rok

Kupující:

V Českých Budějovicích dne 28.5. 2015

.....
MUDr. Břetislav Šhon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ 260 68 877
04

Prodávající:

V Praze dne 25.5. 2015

.....
Ing. Vratislav Švorčík
ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

.....
Ing. Karel Kopejtko
finanční ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

Siemens, s.r.o. [®]
Siemensova 1
155 00 Praha 13

Příloha č. 4

Požadavky na součinnost Kupujícího

dle odstavce 8.3. kupní smlouvy ze dne 28.5. 2015

Prodávající požaduje součinnost kupujícího při montáži, zaškolení a převzetí do provozu:

- Poskytnutí místností pro montáž a nastavení přístrojů
- Provedení stavební připravenosti pro instalaci skiagrafického přístroje
- Instalaci následujících položek v místnosti provozu přístrojů:
 - montáž elektrického rozvaděče
 - síťová zásuvka CZE 230 V, 50 Hz, jištění 16 A
 - jištění proudovým chráničem
 - zásuvka pro připojení na nemocniční síť PACS
- Účastí na zaškolení obsluhy do provozu a protokolárnímu převzetí přístrojů do užívání

Kupující:

Prodávající:

V Českých Budějovicích dne 28.5. 2015

V Praze dne 25.5. 2015

.....
MUDr. Břetislav Šon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Vratislav Švorčík
ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
Ing. Karel Kopejtko
finanční ředitel Healthcare
Siemens, s.r.o.
v plné moci

Nemocnice České Budějovice, a.s.

IČ 260 68 877

04

Siemens, s.r.o. ©
Siemensova 1
155 00 Praha 13

Příloha č. 5

Doklad o pojištění dle bodu 7.13 Kupní smlouvy



Certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěný:

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00
IČ 002 68 577

Pojistná smlouva:

2.003.559

Limit pojištění plnění:

2 mil. EUR /CZK 54.967.840,--

Spoluúčast:

EUR 20 000,-- /Kč 549.678,-- - pro každou
škodní událost

Rozsah krytí:

- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
z provozní činnosti;
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
vadou výrobku;

Územní rozsah pojištění:

celý svět s výjimkou území USA a Kanady

Doba pojištění:

1.10.2014 – 30.9.2015

Zvláštní podmínky a ujednání

Společnost je zařazena do mezinárodního
pojištění programu vedeného pojišťovnou
HDI – Gerling Industrie Versicherung AG,
Hannover, jehož součástí je lokální pojišťna
smlouva č. 2.003.559.

V Praze dne 26.9.2014

Otokar Cudlman
vedoucí organizační složky

Toto potvrzení je vydáno pouze za účelem poskytnutí informace a na držitele nepřenesá žádná práva.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

VZOR předávacího protokolu dle metodiky OEF MZČR

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54, Č. Budějovice 370 01 IČ: 260 68 877 DIČ: CZ260 68 877 tel: 387872011 email: sekretariát@nemcb.cz
Smlouva/objednávka č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: RTG vyšetřovna, pavilon chir oborů, oper sály chir oborů

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno
v souladu s Kupní smlouvou č. _____

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu
.....měsíců, firmou.....

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona
č. 268/2014 Sb. v hodnotě/ bylo bezplatné / bylo v hodnotě ...

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum :

podpis: