



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Dodávka anesteziologických přístrojů
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu anesteziologického přístroje nižší kategorie a rovněž dodávka 1 kusu anesteziologického přístroje vyšší kategorie. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované.

3 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva nebyla sjednána, jelikož zadávací řízení bylo zrušeno .

4 Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	CHEIRÓN a.s.	Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6	27094987	1 958 544,87



2	Mediset-Chironax s.r.o.	Lidická tř. 566/82, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice	48200417	1 779 700,00
3	medisap,s.r.o.	Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000	48029360	1 940 000,00

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
medisap,s.r.o.	Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000	48029360

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v rámci technické specifikace a závazných požadavků parametr: **elektronické nastavení PEEP v rozmezí alespoň 0-50 cm H2O**

Účastník v rámci své nabídky vyplnil .xls tabulku, kde uvedl informaci u daného parametru „ANO“. Při kontrole přiložených technických listů bylo zjištěno, že údaj v .xls tabulce neodpovídá údaji v technickém listě. Technický list, který je součástí nabídky uvádí rozmezí 1 – 30 cm H2O. Účastník byl vyzván k vysvětlení nejasností. Na základě výzvy dle § 46 zákona doručil účastník požadované vysvětlení:

Hodnota PEEP není výkonový parametr, ale bezpečnostní parametr pro pacienta, kde hodnoty PEEP nad 30 cm H2O jsou klinicky nebezpečné a možnost jejich mylného elektronického nastavení může vést k fatálnímu poškození pacienta. Uchazeč nabízí bezpečný anesteziologický přístroj renomovaného výrobce GE Healthcare s hodnotu PEEP do 30 cm H2O splňující veškeré požadavky, normy pro bezpečné zdravotnické prostředky.

Účastník v rámci svého vysvětlení tak potvrdil, že nesplňuje technický parametr stanovený zadavatelem v rámci zadávací dokumentace tj. **elektronické nastavení PEEP v rozmezí alespoň 0-50 cm H2O**.

Komise doporučila zadavateli vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
CHEIRÓN a.s.	Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6	27094987

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v rámci zadávacích podmínek, konkrétně v části technické podmínky požadavky, které účastník v rámci své nabídky nesplnil. Jedná se o níže uvedené podmínky:

- Požadavek zadavatele:** LCD barevný dotykový displej o velikosti 10,4" s min. zobrazením 6 křivek současně s uchycením na rameni anesteziologického přístroje, ovládaný i přístupovými tlačítky
Nabídka účastníka: 10,1" se zobrazením až 8 křivek



Komise doporučila zadavateli vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
Mediset-Chironax s.r.o.	Lidická tř. 566/82, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice	48200417

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v rámci zadávacích podmínek, konkrétně v části technické podmínky požadavky, které účastník v rámci své nabídky nesplnil. Jedná se o níže uvedené podmínky:

- Požadavek zadavatele:** brzděný podvozek s centrální brzdou a kolečky o velikosti minimálně 12,5 cm opatřenými zábranou proti přejetí kabelů.
Nabídka účastníka: 4 samostatně brzděná kolečka o velikosti 12,4 cm bez zábrany proti přejetí kabelů.
- Požadavek zadavatele:** dotyková ovládací obrazovka minimálně 18,5" s rozlišením 1920x1080, otočný 360°, náklon alespoň 60°.
Nabídka účastníka: rozlišení 1366x768.

Komise doporučila zadavateli vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.

7 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Smlouva nebyla uzavřena, jelikož zadávací řízení bylo zrušeno.

8 Odůvodnění výběru dodavatele

Zadávací řízení bylo zrušeno.

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů

Zadávací řízení bylo zrušeno

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

11 Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

§ 127 odst. 1 zákona, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávací řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

Zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení celkem tři nabídky. Při posouzení jednotlivých nabídek došlo k jejich vyloučení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel tedy vyloučit všechny účastníky a nemá žádnou nabídku v zadávacím řízení.

12 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Jedná se o dodávku přístrojů stejného charakteru je v rozdílné kategorii. Rozdělení na části by nemělo ekonomickou ani jinou další výhodu či efekt. Jedná se o zboží běžně dodávané na trhu.