



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Defibrilátor pro JIP Nemocnice Písek
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu defibrilátoru pro JIP Nemocnice Písek. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

3 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva byla uzavřena na sjednanou částku bez DPH ve výši **143 000,- Kč**

4 Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení



Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	S & T Plus s.r.o.	Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4	25701576	149 000,00
2	CHEIRÓN a.s.	Kukulova 24, 169 00 Praha 6, Břevnov	27094987	143 000,00
3	ALWIL Medical s.r.o.	V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem	43227791	82 500,00

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
ALWIL Medical s.r.o.	V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem	43227791

Zadavatel v rámci technických podmínek stanovil požadavek na indikátor kvality kontaktu elektro (pádel) s pokožkou pacienta na pádla. Dále požadovat zadavatel vysvětlení poznámky v návodu (11.2) „Tečka nepoužívat externí pádla k monitorování EKG.“ Zadavatel požaduje možnost snímání EKG pomocí externích defibrilačních elektrod (pádel).

Účastník na základě opakované výzvy dle § 46 zákona zaslal vysvětlení:

U nabízeného defibrilátoru Comen S5 lze ověřit kvalitu kontaktu pádel s pokožkou jen na displeji defibrilátoru. Samotná "páidla" pro opakované použití tuto funkci neumožňují.

Ohledně vysvětlení poznámky v návodu (11.2) „Tečka nepoužívat externí pádla k monitorování EKG.“, tím je myšleno, že externí defibrilační elektrody pro opakované použití - "páidla" nelze používat pro měření EKG. EKG lze samozřejmě měřit z jednorázových defibrilačních elektrod v režimu AED, nebo pomocí 3/5 svodového EKG kabelu. Slovo "tečka" je jen chyba v překladu, nepatří tam.

Na základě doručené vysvětlení konstatovala komise nesplnění technických podmínek stanovených zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

7 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
CHEIRÓN a.s.	Kukulova 24, 169 00 Praha 6, Břevnov	27094987

8 Odůvodnění výběru dodavatele

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k vyloučení účastníka, který byl vyhodnocen jako ekonomicky nevýhodnější rozhodl zadavatel o přidělení zakázky účastníkovi **CHEIRÓN a.s.**, který se umístil jako druhý v pořadí. Nabídka účastníka splnila veškeré podmínky definované zadavatelem a zákonem v rámci zadávací dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů

Vybraný účastník nebude využívat poddodavatele.

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

11 Odůvodnění nerozdělení zakázky na části

Jedná se o dodávku jednoho druhu přístroje, zakázku nelze rozdělit na části.