

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Identifikační údaje zadavatele:

ZADAVATEL: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Sídlem: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D, předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Adresa profilu: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

Název veřejné zakázky: **Dodávka SZM – Elektrofyziologie**

Část 11 Hemostatický zavaděč katétrů s delší pracovní délkou – stabilizační bidirekčně říditelný + kompatibilní transseptální jehla

II. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na Hemostatický zavaděč katétrů s delší pracovní délkou – stabilizační bidirekčně říditelný + kompatibilní transseptální jehla

III. Cena sjednaná ve smlouvě

3 117 000,00 Kč bez DPH

IV. Použitý druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení

V. Účastníci zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma / jméno	Sídlo / adresa	IČO
1.	ASANTELA s.r.o.	Nad Jurečkem 254/25, 251 01 Říčany	24226041
2.	Johnson & Johnson, s.r.o.	Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 - Jinonice	41193075

VI. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Johnson & Johnson, s.r.o, IČO 4119375

Důvod:

Zadavatel při posouzení splnění technické specifikace účastníkem zjistil, že uvedené sheathy Visigo kat.č. D138501-3 mají dle produktového listu pracovní délku 71 cm, což nesplňuje požadavek zadavatele na minimální pracovní délku 74 cm. V této kategorii použití je velmi důležitý každý cm délky, protože jsou používány u vysokých pacientů a do levé síně pak nelze dosáhnout.

Z výše uvedených důvodů zadavatel vyloučil účastníka ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, a to za nesplnění zadávacích podmínek.

VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva a odůvodnění jeho výběru

ASANTELA s.r.o. se sídlem Nad Jurečkem 254/25, 251 01 Říčany, IČO 24226041

Zadavatel vybral k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka splňovala veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a nabídka byla pro zadavatele ekonomicky nejvýhodnější.

VIII. Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli známi

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé.

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Nebylo použito.

X. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Nebylo použito.

XI. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Nebylo použito.

XII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

XIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Zadavatel použil při podání nabídky pouze elektronických komunikačních prostředků.

XIV. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné z osob.

XV. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 11 částí.

XVI. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Českých Budějovicích dne 4. 1. 2023

Zdeňka Nigrinová
Oddělení veřejných zakázek