



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Neuromonitor pro chirurgické oddělení Nemocnice Písek
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu neuromonitoru pro chirurgické oddělení Nemocnice Písek. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

3 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva byla uzavřena na sjednanou částku bez DPH ve výši **390 000,- Kč**

4 Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení



5 Označení účastníků zadávacího řízení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
Hoyer Praha s.r.o.	Jílova 2685/10,130 00 Praha3	6049582	336 534,-
NEURIS s.r.o.	E.F.Scherera 4799/38,92101 Piešťany, Slovensko	45934304	390 000,-
Medtronik Czechia s.r.o.	Prosecká 852/66, Prosek, 190 00 Praha 9	64583562	447 370,-

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení účastníka

Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučil z účasti v zadávacím řízení následujícího účastníka:

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
Hoyer Praha s.r.o.	Jilmová 2685/10, 130 00 Praha `3	60491582

Zadavatel stanovil v rámci zadávacích podmínek, konkrétně v části technické podmínky požadavky, které účastník v rámci své nabídky nesplnil, konkrétně se jedná o požadavek „možnost změny proudu ve stimulační sondě ze sterilního pole (pomocí inkrementační sondy)“.

Stimulační sonda je pro funkčnost přístroje nezbytnou součástí, proto se uvedený požadavek „možnost změny proudu ve stimulační sondě ze sterilního pole (pomocí inkrementační sondy)“ vztahuje na sondu, která bude dodána společně s přístrojem.

Účastník ve vysvětlení ze dne 24. 8. 2022 pouze uvedl katalogové číslo sondy s kouskem obrázku, zřejmě této sondy. Ani z obrázku nebyla patrná možnost nějakého ovládání ze sondy, ani pod uvedeným číslem nebylo možné u výrobce SpesMedica dohledat, že by sonda umožňovala nastavování stimulačního proudu. Komise vyzvala účastníka dle § 46 zákona k vysvětlení nejasností, a to konkrétně o doložení, nejlépe katalogovým listem výrobce sondy, či vyjádřením výrobce sondy, že nabízená sonda umožňuje změnu proudu ve stimulační sondě ze sterilního pole.

Účastník na základě výzvy doručil včas požadované vysvětlení nejasností nabídky. Komise při posouzení nabídky nepřijala účastníkem doručené vysvětlení. Účastník v rámci svého vysvětlení uvádí, že přístroj tuto možnost nabízí, čímž nadevší pochybnost prokázal splnění technické specifikace zadavatele. Zadavatel nad rámec ZD požadoval doložení sondy, kdy účastník našel řešení od společnosti Specs Medical, od které doslat vyobrazení a katalogové číslo, které účastník zadavateli poskytl. Účastník uvádí, že tak učinil ze své dobré vůle, protože sonda není předmětem VZ a splnění VZ prokázal pouhým prohlášením výrobce. Nad rámec svých povinností dále účastník doložil i prohlášení výrobce o kompatibilitě neoriginálního příslušenství.



Výše uvedené vysvětlení nemohlo být ze strany komise přijato, neboť dle jejího názoru se jedná o nesplnění podmínek a neztotožňuje se s názorem účastníka, že sonda nebyla předmětem veřejné zakázky. Samotný přístroj bez sondy je nefunkční a neumožňuje tak možnost změny proudu ve stimulační sondě ze sterilního pole (pomocí inkrementační sondy). Požadavek na dodávku sondy a skutečnost, že má být součástí plnění plně vyplývá z požadavku na funkční přístroj při splnění všech požadavků definovaných zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

Komise doporučila zadavateli vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.

8 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Název účastníka
NEURIS,s.r.o.	E.F.Scherera 4799/38, 921 01 Piešťany, Slovensko	45934304	390 000,- Kč

8 Odůvodnění výběru dodavatele

Zadavatel vybral účastníka **NEURIS, s.r.o.**, který se umístil jako druhý v pořadí, neboť nabídka, která se umístila jako první v pořadí byla vyloučena z další účasti v zadávacím řízení.

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů

Vybraný účastník nebude využívat poddodavatele.

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

11 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Zadavatel veřejnou zakázku nerozdělil na části neboť se jedná o dodávku jednoho přístroje.