



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Dodávka anesteziologických přístrojů - opakované řízení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	260 95 190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu anesteziologického přístroje nižší kategorie a rovněž dodávka 1 kusu anesteziologického přístroje vyšší kategorie. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované.

3 cena sjednaná ve smlouvě

Smlouva byla uzavřena na sjednanou částku 2 003 394,24 Kč bez DPH.

4 zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

5 označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Mediset-Chironax s.r.o	Lidická tř. 566/82, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice	48200417	1.769.700,-Kč

2	CHEIRÓN a.s.	Kukulova 24, Břevnov, 169 00, Praha 6	27094987	2.003.394,24,-Kč
---	--------------	--	----------	------------------

6 označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením jejich vyloučení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
Mediset-Chironax s.r.o.	Lidická tř. 566/82, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice	48200417

Odůvodnění:

Zadavatel při posouzení Vaší nabídky zjistil nejasnost v části technických podmínek. Na základě zjištěné nejasnosti Vás zadavatel vyzval v souladu s § 46 zákona k vysvětlení nejasnosti. Konkrétně se jednalo o výzvu:

Zadavatel požaduje, aby GAS modul z dodávaného monitoru životních funkcí (BLT S12) bylo možné použít také ve vlastním anesteziologickém přístroji (Caelus). Z potvrzení výrobce (Medec) není zřejmé, že v anesteziologickém přístroji (Caelus) bude možné použít stejný modul jako v dodávaném monitoru (BLT S12). Prosíme o doložení uvedeného.

Na základě výzvy bylo z Vaší strany doručeno vysvětlení:

Uchazeč nemůže souhlasit s požadavkem zadavatele, jelikož zadavatel nyní uvádí dotaz - požadavek modifikovaným způsobem a není možné během probíhající soutěže změnit technický požadavek na daný přístroj. V požadavku zadavatele se výslovně uvádí: „možnost umístění GAS modulu jak do vlastního přístroje, tak do monitoru životních funkcí“. V nabídce počítáme s tím, jak zadavatel požadoval, že si uchazeč vybere, kam chce daný GAS modul umístit. Prioritně se GAS modul umísťuje do anesteziologického přístroje. Pokud by zadavatel na začátku uvedl požadavek tak, jak uvádí nyní v dotazu, nabídli bychom kombinaci jiné řady monitoru, aby se modul dal libovolně přepojovat z jedné části do druhé. Zadavatel však uvedl, že požaduje možnost umístění GAS modulu jak do vlastního přístroje, tak do monitoru životních funkcí, a to uchazeč splňuje.

V nabídce počítáme s tím, že si uchazeč vybere, kam chce daný GAS modul umístit.

Taktéž je možnost používat dva GAS moduly, jak na monitoru, tak na anesteziologickém přístroji zároveň. Z praxe vychází, že GAS modul, pokud je to možné, je nejčastěji umístěn přímo v anesteziologickém přístroji, tak aby všechny ventilační parametry byly na jednom místě a anesteziolog mohl co nejefektivněji a bezpečně vést anestezii pacienta.

Komise při posouzení daného vysvětlení se neztotožnila s Vámi uvedeným vysvětlením, neboť zadávací podmínky jsou jasně strukturované a parametr „možnost umístění GAS modulu jak do vlastního přístroje, tak do monitoru životních funkcí“ patří k monitoru životních funkcí. Tedy GAS modul z monitoru životních funkcí musí jít použít také ve vlastním přístroji. Zadavatel v rámci zadávacích podmínek nestanovil nikde možnost výběru, ale jednoznačně podmínku „možnost umístění GAS modulu jak do vlastního přístroje, tak do monitoru životních funkcí“.

Komise doporučila zadavateli vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.

7 označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
CHEIRÓN a.s.	Kukulova 24, Břevnov, 169 00, Praha 6	27094987

8 odůvodnění výběru dodavatele

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k vyloučení účastníka, který se umístil jako první v pořadí. Rozhodl zadavatel o přidělení zakázky účastníkovi, který se umístil jako druhý v pořadí a splnil veškeré podmínky.
CHEIRÓN a.s., Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 27094987

9 označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Nejsou známy.

10 soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

11 odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka tvoří jeden ucelený celek, který nelze dělit na jednotlivé dílčí části.