



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, IČO 260 95 181

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení

React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. – Intenzivní medicína

Hmotnostní spektrometr

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel

zadavatel:	Nemocnice Strakonice, a.s.
spisová značka:	B 1465 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
sídlo:	Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice
IČO:	260 95 181
zastoupený:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předsedou představenstva Ing. Jiří Švec, členem představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení
Telefon, email:	+420 383 314 120, matas@nemst.cz

Předmět

Předmětem veřejné zakázky byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks hmotnostního spektrometru v rozsahu dle technické specifikace, která tvořila Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy.

Cena sjednaná ve smlouvě

Nabídková cena bez DPH:	4 999 000,00 Kč
Celková výše pozáručního servisu 5 let bez DPH:	2 000 000,00 Kč

b) použitý druh zadávacího řízení

Předmětné zadávací řízení bylo zadáno v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

c) označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka účastníka zadávacího řízení (1)

BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Karásek 1767/1, Brno – Řečkovice, 621 00, IČO 63471507

Nabídka účastníka zadávacího řízení (2)

Společnost ITA - ZYB

I.T.A.-Intertact s.r.o., Pražská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 65408781

a

Zybio Inc., Patro 1 až 5, Budova 30, č. 6 TaikangRoad, Blok C JianqiaoIndustrialního Parku, DadukouDistrict, 400082 Chongqing, Čínská lidová republika

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Společnost ITA - ZYB

I.T.A.-Intertact s.r.o., Pražská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 65408781

a

Zybio Inc., Patro 1 až 5, Budova 30, č. 6 TaikangRoad, Blok C JianqiaoIndustrialního Parku, DadukouDistrict, 400082 Chongqing, Čínská lidová republika

Zadavatel rozhodl dne 23. 1. 2023 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona ve věci veřejné zakázky React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. Hmotnostní spektrometr **vyloučit** účastníka zadávacího řízení **Společnost ITA – ZYB zastoupenou společností I.T.A.-Intertact s.r.o.**, Pražská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 65408781 a **Zybio Inc.**, Patro 1 až 5, Budova 30, č. 6 TaikangRoad, Blok C JianqiaoIndustrialního Parku, DadukouDistrict, 400082 Chongqing, Čínská lidová republika z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.

Odůvodnění:

Zadavatel vyhlásil v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávku označenou React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. – hmotnostní spektrometr. V čl. 1 zadávací dokumentaci (Vymezení předmětu plnění) pak uvedl, že předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks hmotnostního spektrometru v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace a která bude tvořit následně přílohu č. 1 kupní smlouvy, přičemž hodnoty uvedené v technické specifikaci považuje zadavatel za závazné pro účely plnění veřejné zakázky.

V čl. 5 odst. 2 zadávací dokumentace (Kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání) požadoval po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. k) zákona ve své nabídce předložili vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání. Začátek citace požadavku zadavatele „Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace vymezeného v předchozím odstavci, pokud jako součást své nabídky předloží do konce lhůty pro doručení nabídek fotografii nabízeného plnění, včetně jeho technického listu / technických parametrů, z něhož bude bez dalšího zřejmé, že nabídka dodavatele odpovídá požadavkům zadavatele vymezených Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace“.

V souvislosti s tímto kritériem technické kvalifikace si zadavatel dále vyhradil, že v případě pochybností splnění technických parametrů nabízeného plnění právo vyzvat v souladu s § 46 zákona dodavatele, aby prokázal pravdivost svých tvrzení, že nabízený hmotnostní spektrometr splňuje zadavatelem vymezené technické vlastnosti, a to předvedením přístroje na pracovišti zadavatele ve lhůtě minimálně 2 pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni odeslání výzvy dle § 46 zákona. Dodavatel byl v takovém případě povinen zadavateli sdělit, jakým způsobem dojde k předvedení technických parametrů nabízeného plnění, když platilo, že lhůta pro předvedení technických parametrů nesmí být delší než 12 pracovních dní od data následujícího po dni odeslání výzvy dle ustanovení § 46 zákona.

Zadavatel, resp. pověřená osoba po hodnocení nabídek přistoupila k posouzení nabídky účastníka, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Pro řádné posouzení nabídky a prokázání skutečností, že nabízený přístroj MALDI-TOF firmy ZyBio EXS2600 skutečně splňuje vyhlášené podmínky zadávacího řízení využila hodnotící komise možnosti předvedení přístroje na pracovišti zadavatele. Na pokyn hodnotící komise zaslala pověřená osoba účastníkovi dne 18. 11. 2022 výzvu, aby potvrdil zadavatelem navrhovaný termín k provedení validace. Účastník s navrhovaným termínem souhlasil a zadavateli zaslal předpokládaný časový harmonogram validace včetně instalace přístroje na pracovišti zadavatele a požadoval upřesnění, jaké parametry budou předmětem validace. V rámci druhé výzvy odeslané účastníkovi dne 24. 11. 2022 zadavatel potvrdil časovou osu a uvedl rozsah parametrů, které bude v rámci validace požadovat předvést.

Dne 6. 12. 2022 se za přítomnosti všech zúčastněných stran uskutečnila validace nabízeného přístroje, když zástupci vyzvaného účastníka byla na místě ze strany zadavatele poskytnuta veškerá součinnost, a to i nad rámec běžného předvedení přístroje. Postupně bylo předvedeno a posouzeno celkem 10 technických parametrů. Ke každému parametru bylo okamžitě zaznamenáno do zápisu, zda daný parametr přístroj splňuje či nikoliv. K tomuto využil zadavatel slovní vyjádření ANO / NE. Tento stručný zápis byl po ukončení validace podepsán zúčastněnými osobami a kopie zápisu předána účastníkovi.

Již z tohoto jednání bylo zadavateli zřejmé, že nabízený přístroj nesplňuje vyhlášené podmínky zadavatele, protože ve dvou případech nebyly parametry splněny, v zápise byly označeny jako nesplněné „NE“, a to u **(1)** software pro detekci citlivosti mechanismů rezistence karbapenemáz a cephalosporináz v klinickém IVD režimu včetně komerčně dostupných souprav a **(2)** software modul pro analýzu citlivosti ke Colistinu včetně komerčně dostupných souprav. V podrobnostech odkazuje zadavatel na Zápis z validace uskutečněné dne 6. 12. 2022 (*příloha č. 1 tohoto oznámení*) a následně na podrobný protokol s jednotlivým ověřovanými parametry a odůvodněním vypracovaný prof. Ing. Jaroslavem Hrabákem, Ph.D. ze dne 8. 12. 2022 (*příloha č. 2 tohoto oznámení*), kde **v závěru konstatuje, že parametry nesplňuje** a hodnotící komise se s tímto názorem při validaci ztotožnila.

Vzhledem k výše uvedenému se již hodnotící komise dále nezabývala, z důvodu nadbytečnosti, předloženými významnými dodávkami, které v rámci nabídky dodavatel uvedl v prohlášení a které hodnotící komise považuje za nejasné a v tuto chvíli patrně i za nepravdivé. V případě kladné validace by hodnotící komise v souladu § 46 zákona bezesporu vyzvala tohoto účastníka, aby doplnil další informace spojené s konkrétní instalací přístroje, využíváním přístroje na pracovišti objednatele a prokazatelné provedení minimálně 30 tisíc identifikací, popř. by zadavatel využil možnosti ověření této dodávky přímo u objednatele (například osobní návštěvou). Toto zjištění se týká reference dodávky přístroje pro objednatele Analyticko-diagnostické laboratorium a ambulance, s.r.o., když zadavatel tohoto objednatele přímo kontaktoval, aby si tuto dodávku ověřil. Jelikož již nebyl zadavateli ani dodavateli dán důvod k vyjasnění těchto zjištění a nejasností, uvádí tuto skutečnost zadavatel jen jako jím nepodložené tvrzení.

Z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení, zejména technických parametrů požadovaných zadavatelem, které nebyly prokázány v rámci uskutečněné validace na pracovišti zadavatel navrhuje hodnotící komise zadavateli vyloučit dodavatele dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona, jak je uvedeno v tomto odůvodnění.

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru

BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Karásek 1767/1, Brno – Řečkovice, 621 00, IČO 63471507

Nabídka vybraného dodavatele splňuje všechny vyhlášené podmínky zadávacího řízení a byla podle výsledku hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

f) označení poddodavatelů

g) odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nebylo použito.

h) odůvodnění jednacímho řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebylo použito.

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo

Nebylo použito.

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Jiné komunikační prostředky nebyly použity. Nabídky měly být podány pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl –li střet zájmů zjištěn

Nebyl zjištěn střet zájmu.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Předmět veřejné zakázky neumožňoval rozdělení na části.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zveřejněno na profilu zadavatele dne 3. 10. 2023