



- RASTROVÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED  
MINERÁLNÍ URČENÝ PRO ZDRAVOTNICTVÍ  
ALFA 0,8,
- plný sdk  
PLNÝ 2xSDK 12,5 + MIN. VNÁSOVIM NA ROŠTU
- LED SVÍTIDLA

VE STROPĚ NEZI PRŮJEMEM A SUTERÉNEM BUDE V DUTINĚ PANELU PROVEDEN PROSTUP  
V ČEKÁRNĚ A V OKOLÍ BUDE ÚPRAVEM RPZVOD VZT

±0,00=610,00

revize 6.2023

Ing. Josef Mareš

zpracoval: Ing. Josef Mareš

IČO 41853954  
Krohova 2230, Praha 6  
mobil: +420-602-297661  
e-mail: jmares@iol.cz

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE  
K URGENTNÍMU PŘÍJMU NEMOCNICE PRACHATICE a.s.

PODHLÉDY

Objednatel : MEMOCNICE PRACHATICE

profese: arch.stavební  
měřítko: 1:100  
fáze: DPP  
datum: 6.2023

výkres

15.4

1/2023