



**NEMOCNICE TÁBOR, a.s.**

Kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

Zadavatel:

Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03

IČO: 26095203

Veřejná zakázka:

## **Monitorovací systémy pro neurologii, gastroenterologii a chirurgii**

### **Pokyny k vyplňování Technické specifikace**

Souhrn všech technických požadavků zadavatele pro všechna plnění je uveden v příloze číslo 1, „Technická specifikace“, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

- Ve sloupci „Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného zařízení“ jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele, které je uchazeč povinen splnit.
- Ve sloupci „Zadavatelem požadovaná min/max hodnota je uvedena hodnota číselně vyjádřitelného parametru.“
- Uchazeč ve sloupci „Splnění požadované min/max hodnoty“ uvede možnost ANO či NE, v návaznosti na to, zda zadavatelem vymezený parametr splňuje či nikoliv.
- Ve sloupci skutečná hodnota technického parametru uchazeč vyplní jím nabízenou číselnou hodnotu parametru plnění nebo popis řešení (způsob provedení).

Uchazeč je povinen vyplnit tabulku s názvem „Technická specifikace“ ve všech jejích částech k tomu určených. Části určené k vyplnění jsou označeny modrou barvou.

Technické požadavky stanovené zadavatelem v příloze č. 1 „Technická specifikace“ jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení a jsou tedy pro uchazeče limitní.

Nesplnění kteréhokoliv ze stanovených technických parametrů nabízeného zařízení, uvedených v této části specifikace předmětu veřejné zakázky či neuvedení odpovědi ANO/NE, znamená nesplnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky, v takovém případě bude zadavatel postupovat analogicky v souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., ustanovení § 46 tímto není dotčeno.