

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Název zakázky:**                    **Diagnostické soupravy pro automatické analyzátory COBAS**

**a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:**

Zadavatel:                    Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589

397 01 Písek

IČ: 260 95 190

zastoupený MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a  
Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva

**Předmět:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostik pro analyzátory COBAS 6000 a COBAS 8000 pro uskutečnění analýz (včetně kalibrací a kontrol) po dobu 3 let

**Cena sjednaná ve smlouvě:**

Jedná se o rámcovou smlouvu s předpokládaným plněním ve výši 54 049 368,48 Kč.

**b) použitý druh zadávacího řízení:**

Jednací řízení bez uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky.

**c) označení účastníků zadávacího řízení:**

ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, IČ: 496 17 052

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:**

-----

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:**

ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, IČ: 496 17 052

Odůvodnění: jediný účastník zadávacího řízení

**f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi:**

Bez poddodavatelů

**g) odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:**

Nebylo použito.

**h) odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:**

Analyzátoary COBAS jsou modulární analytické systémy, které používají 3 měřící principy: ISE pro měření elektrolytů, fotometrickou jednotku pro klasickou fotometrii a turbidimetrii a elektrochemiluminiscenční měření heterogenní imunoanalýzy. Splňují tak požadavky na konsolidaci laboratoře, tedy měření co největšího počtu biochemických parametrů z jedné zkumavky krve na jednom místě. Primární zkumavky označené čárovým kódem se vkládají do pětimístných stojánek v libovolném pořadí s možností přednostního vložení statimových vyšetření. Řídící software provádí obousměrný přenos dat, vyhodnocení a dokumentaci výsledků kontroly kvality a vzorků. Informace o činidlech, kalibracích a kontrolách jsou ukládány automaticky prostřednictvím dvourozměrných čárových kódů. Pro tento uzavřený analytický systém s identifikací reagensů přes čárové kódy musí být použity originální reagensie výrobce systému.

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:**

Nebylo použito.

**j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:**

Nebylo použito.

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:**

Nebylo použito.

**l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:**

Střet zájmů nebyl zjištěn.

**m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:**

Předmětem zakázky je dodávka reagensů pro automatické analyzátoři, jejichž členění do částí nemá žádné opodstatnění.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:**

Požadavek nebyl v zadávací dokumentaci uveden.

V Písku 23. 4. 2024

MUDr. Jiří Holan, MBA  
předseda představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.

Ing. Dana Čagánková  
člen představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.