

Monitory životních funkcí pro novorozence 7 ks

Technická specifikace

- Stacionární bed side monitory modulového typu jedno nebo vícemodulové
- Bez centrální monitorovací stanice
- Možnost propojení do KIS, NIS za účelem uložení dat do elektronické dokumentace pacienta
- Všechny monitory 1x NIBP a 1x IBP, akce srdeční, respirografie, EKG, měření saturace pulsní oxymetrií, systém Masimo nebo obdobné řešení
- **3 monitory dodat s modulem pro nízkovolumovou kapnometrii**
- Možnost připojení modulů pro monitorování TC plynů
- Zobrazení trendů, nastavení alarmů
- Možnost propojení s monitory oběhu (typu LiDCOPlus, PICCO příp. další)
- Provoz na vestavěnou baterii minimálně dvě hodiny
- Přístroj musí poskytovat otevřené a dokumentované API rozhraní pro komunikaci s nemocničním informačním systémem, umožňující zejména výstup čitelných dat z přístroje do nemocničního informačního systému. Dodavatel musí do nabídky zahrnout veškeré náklady pro zajištění exportu čitelných dat z přístroje. Zejména licence, pokud je API licencované a další HW a SW komponenty, které jsou nutné pro komunikaci s nemocničním informačním systémem, pokud přístroj neumožňuje připojení do LAN sítě, nebo vyžaduje certifikované prostředky pro připojení k přístroji. Dodavatel zároveň popíše vlastnosti API a možnosti komunikace s NIS.