

TRANSPORTNÍ LEHÁTKO (STRECHER) PRO TRANSPORT URGENTNÍCH PACIENTŮ

Požadovaný počet - 3x

Technické požadavky:

- Dvoudílná ložná plocha
- Sloupová konstrukce
- Rozměr D) 205 – 210 cm x Š) 75-80 cm
- Ochranné nárazové prvky po celém obvodu
- RTG transparentní ložná plocha vč. držáku RTG kazety s posunem pod celou ložnou plochou
- Kompatibilita s běžně užívanými RTG kazetami, včetně wifi typů a s C-ramenem
- Nastavitelný zádivový díl min. 70°
- Nastavitelná výška plošiny min. od 60 do min. 90 cm
- Jednodílné sklopné postranice, zasahující 35-40 cm nad ložnou plochu a nepřesahující ochranné nárazové prvky na obvodu lůžka
- Kolečka centrálně bržděná o průměru min 200 mm
- Centrální ovládání koleček pedály ze 4 míst
- 5 centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro lepší ovladatelnost
- Možnost Trendelenburgovy , Antitrendelenburgovy polohy + 12/ - 12 st. s oboustranným ovládáním
- Voděodolná, antialergická odnímatelná matrace
- Nosnost min . 230 kg
- Přístrojová polička
- Držák na tlakovou lahev
- Upínací pásy
- Integrovaný sklopný teleskopický infuzní stojan
- Standardní eurolišty pro uchycení přístrojů

Lůžko JIP - polohovatelné lůžko pro intenzivní péči s bočnicemi

Požadovaný počet lůžek – 8 ks

Technické požadavky:

- Bezpečnost lůžka shodou dle normy EN 60601-2-52 v platném znění, stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
- Délka lůžka max 225 cm, šířka lůžka max 100 cm,
- Vnější rozměry ložné plochy min. 200 x 90 cm
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 30 cm
- výškové nastavení lůžka 40 cm – 75 cm pomocí elektromotoru s vizuálním indikátorem bezpečné (tj.nejnižší) polohy
- Nosnost lůžka min. 250 kg
- Nastavení zádového dílu min. 60° s vizuálním indikátorem náklonu
- Nastavení stehenního dílu min 30°
- Nastavení lýtkového dílu min. 15°
- Elektrický pohon jednotlivých dílů
- Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování pro prevenci dekubitů a komfort pacienta
- Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru s vizuálním indikátorem náklonu
- Mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR)
- Odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
- Ochranná kolečka v rozích lůžka
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka
- Ochrana proti vniknutí tekutin a prachu
- Pouzdra na infuzní stojany a hrazdu v rozích lůžka
- Dělené sklopné postranice s integrovanými ovladači a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem
- Výška postranic dostatečná dle norem pro použití aktivního antidekubitního systému tj. min .40 cm nad ložnou plochu, bezpečné spouštění s tlumením mechanickou či plynovou pružinou
- Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, 30° náklon zádového dílu,...)

- Universální lišty a držáky na příslušenství v postranicích (moč, drenáže apod.)
- Ruční ovladač jednoduše odpojitelný konektorem na obou stranách lůžka
- Elektrická ochrana před mechanickým přetížením u všech elektromotorů, potenciálové propojení
- Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páte centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem
- Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti