

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
– veřejná zakázka malého rozsahu

**„LASER PRO GASTROENTEROLOGICKÉ VÝKONY -
POŘÍZENÍ“**

Zadavatel Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 260 95 181
DIČ: CZ26095181
statutární zástupce: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
a
Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva

Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas

(email: technicke@nemst.cz, tel. +420 728 784 906).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále i „zakázka“*) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
- 1.2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.
- 1.3. Zadavatel veřejnou zakázku realizuje prostřednictvím svého elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je současně jeho profilem zadavatele, na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html, když výzvu k podání nabídek adresuje kvalifikovaným dodavatelům na základě jejich registrace v elektronickém nástroji zadavatele.

2. Všeobecné podmínky

- 2.1. Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.
- 2.2. Klasifikace předmětu zakázky

Kód CPV	Popis
3316	3316 - Operační technika

Předpokládaná cena: 1 400 000,- Kč bez DPH.

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podání cenové nabídky na dodávku Laseru pro gastroenterologické výkony a zaškolení obsluhy.

Minimální technické parametry:

1ks Holmiový laser pro gastroenterologické výkony

- Systém vhodný pro litotrypsi, ablaci, koagulaci a další chirurgické aplikace.
 - Uživatelská volba provozních režimů s interním nastavením délky pulzu.
 - Možnost použití resterilizovatelných světlovodných vláken bez omezení počtu provedených výkonů, v závislosti pouze na opotřebení vlákna.
 - Snadný transport přístroje na kolečkách
 - Ovládání přístroje pomocí barevné dotykové obrazovky s přehledem o aktuálně nastavených parametrech min. pulzní energie, pulzní špičkový výkon a doba trvání pulsu.
 - Barevný displej musí umět zobrazovat oscilogram v reálném čase.
 - Akcelerační dvojitý pedál – každý pedál obsahuje jiné nastavení laseru
 - Zelený nebo červený pomocný paprsek (možnost volby)
 - Nulová zahřívací doba (okamžitý start přístroje s maximálním výkonem)
 - Uživatelské nastavení módů efektu, délky pulsu, výkonu atd.
 - Paměť pro min. 50 uživatelských nastavení.
 - Laser musí mít integrované aktivní chlazení, které dovoluje používání přístroje při dlouhodobých operacích i ve vysokých teplotách.
 - Chlazení bez nutnosti připojení zevního zdroje tekutiny.
 - Maximální hluk při provozu do 55 dB
 - Možnost použití nástrojů s integrovaným odsáváním kouře
 - Možnost použití tvarovatelných nástrojů s obnovením původního tvaru při teplotách >90 °C
-
- Typ laseru: Ho: YAG laser s pevným skupenstvím, pulsní
 - Podpora vláken o průměru jádra min. 200 – 940 μm
 - Vlnová délka: 2 100 nm
 - Nastavitelná pulsní energie: 500 – 3500 mJ
 - Nastavitelná pulsní frekvence: 1 – 20 pulsů za sekundu
 - Nastavitelná délka pulsu: 100-700 mikrosekund
 - Minimální výkon: 30 W
 - Maximální pulzní výkon min. 18 kW (power peak)
 - Pomocný paprsek: 635 nm nebo 532 nm (možnost volby), výkon min. 5 mW
 - Standardní ochranné brýle, 2ks
 - Resterilizovatelné vlákno 273 μm, 5 m, bez omezení životnosti, 1 ks
 - Diamantový kráječ a striper vláken (EtO sterilizovatelný), 1 ks
 - Striper pro vlákna 273 μm vláken, 1 ks

4. Doba a místo plnění

4.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do konce prosince 2018.

4.2. Předpokládaná realizace dodávky

- zahájení - prosinec 2018
- dokončení - 1Q 2019

4.3. Místem plnění je gastroenterologické centrum NS, a.s. Budova interny.

5. Lhůta pro podání nabídek

- 5.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne **18.12.2018 13:00 hod.**
- 5.2. Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.
- 5.3. Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html.
- 5.4. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněnou osobou.
- 5.5. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
- 5.6. Nabídka bude podána v českém jazyce.
- 5.7. Účastník může podat pouze jednu nabídku, v elektronické podobě.

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

- 6.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Technická specifikace

- 7.1. Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:
 - 01_příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky
 - 02_příloha č.2 - Krycí list
 - 03_příloha č.3 - Čestné prohlášení
- 7.2. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.
- 7.3. Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.
- 7.4. Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, **jedná se o vymezení předpokládaného standardu** a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických

parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

7.5. Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.

8. Způsob hodnocení nabídek

8.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, **přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**

8.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)

9. Další podmínky

9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.

9.2. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.

9.3. Variantní řešení se nepřipouští.

Ve Strakonících dne 29.11.2018.

.....
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva

Přílohy:

1. Technické specifikace předmětu zakázky
2. Krycí list
3. Čestné prohlášení