

## GYNEKOLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ KŘESLO 6 KS

### Technické požadavky:

- Minimální nosnost 150 kg
- Samostatné elektrické ovládání a nastavení tří segmentů polohovacího křesla ( min. třemi motory)
- Ovládání jednotlivých segmentů i při zatížení
- Výška křesla nastavitelná elektropohonem - spodní výška pracovní plochy max. 65 cm od podlahy, zdvih minimálně 30 cm
- Nastavení sklonu sedáku elektropohonem 0 +30 st
- Nastavení sklonu opěradla elektropohonem 0 +80 st.
- Ovládání elektropohonu nožním spínačem u všech tří poloh
- Vyměnitelné polyuretanové „šauty“ a patní opěry s kloubovými úchyty
- Nástupní schůdek s „protiskluzem“ nebo nástupní výška pod 550 mm
- Všechny segmenty, zvedací mechanismus i základna stolu z bezpečnostních a hygienických důvodů zakrytovány omyvatelnými kryty
- Možnost naprogramování min. 3 poloh, které se automaticky nastaví po sešlápnutí pedálu
- Ovládání jednotlivých motorů i paměť nožními pedály
- Bezešvé čalounění pracovní plochy
- Nerezová miska
- Držák papírové role
- Madla pro pacienta
- Podhlavník
- Přídavný nožní díl
- Brzděná kolečka o průměru min. 75 mm s brzdou
- LED lampička ohebná