

LŮŽKO PORODNÍ 4 KS

Technické požadavky:

- Porodní postel s elektrickou výbavou jednotlivých dílů
- Akumulátorová záloha
- Vertikální nastavení min. od 600 mm do min. 1050 mm
- Úhel nastavení zádového dílu $-10^{\circ}/+70^{\circ}$
- Úhel nastavení sedacího dílu $0^{\circ}/+18,5^{\circ}$
- Vertikální nastavení nožních podpěr $0^{\circ}/+135^{\circ}$
- Horizontální nastavení nožních podpěr $0^{\circ}/+60^{\circ}$
- Úhel nastavení podnožního dílu $0^{\circ}/-22^{\circ}$
- Podhlavník, boční madla s ovládacími prvky
- Posuvný podnožní díl včetně polstrování
- Elektr . poloha Trendelenburg ,
- poloha CPR
- Eurolišta pár
- Držáky nohou pár
- Nerezová miska s kolečky a miska výsuvná
- Kolečka prům. 150 mm , 1 x směrové kolečko
- Centrální brzda
- Čalouněná hrazda s fixačními klouby
- Teleskopický infuzní stojan (držák na stojan po obou stranách lůžka)
- Ruční ovladač všech elektricky nastavitelných poloh
- Lékařská židlička ergonomická
- Boční zábrany
- Povlečení pro jednotlivé díly
- Antibakteriální koženka
- Bezešvé provedení polstrování
- Minimální nosnost 220 kg