

BED-SIDE MONITORY ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ 8 KS + CENTRÁLA

Technické požadavky:

- Kompaktní přístroj s min 12" dotykovou konfigurovatelnou obrazovkou, 7 ks
- Rozlišení minimálně 800 x 600 obrazových bodů.
- Možnost zobrazení minimálně 13 křivek
- Standardní sledování 3/5 EKG, respirace, NIPB, SpO2 Nellcor Oximax, teploty, tepové frekvence
- Možnost rozšíření na 12 svodové EKG.
- Možnost rozšíření o měření srdečního výdeje termodiluční metodou.
- Možnost rozšíření o měření anesteziologických plynů Masimo.
- Paměť trendů všech parametrů minimálně 120 hodin.
- Paměť na minimálně 1200 měření NIBP.
- Paměť na zobrazení 48 hodin kompletních křivek.
- Možnost oboustranného propojení do centrály u všech monitorů .
- 5-ti svodové EKG
- SpO₂ prstový snímač
- NIPB manžeta a hadička
- Teplotní čidlo
- Interní baterie minimálně 2500 mAh na alespoň 3,5 hodin provozu při výpadku el. sítě .
- Komunikace pomocí HL 7.
- Bezvětrákový tichý provoz.
- Hmotnost < 4,5 kg

- **Modulární přístroj s min. 12" dotykovou obrazovkou. 1 ks**
- Rozlišení minimálně 800 x 600 obrazových bodů.
- Možnost zobrazení minimálně 13 křivek
- Kompatibilita s emergency monitorem (níže)
- Emergency monitor s min. 5" dotykovou obrazovkou doplněnou minimálně 3 tlačítky **1 ks**
- Rozlišení minimálně 800 x 480 obrazových bodů.
- Standardní sledování 3/5 EKG, respirace, NIPB, SpO₂ Nellcor Oximax, teploty, tepové frekvence, 2xIBP
- Monitorování minimálně 30 druhů arytmií.

- Možnost rozšíření na 12 svodové EKG.
 - Možnost oboustranného propojení do centrály.
 - Interní baterie minimálně 2400 mAh na alespoň 3,5 hodin provozu
 - Vestavěná wifi.
 - 5-ti svodové EKG
 - SpO₂ prstový snímač
 - NIPB manžeta a hadička
 - Teplotní čidlo
 - Komunikace pomocí HL7.
-
- Centrála monitorovací s tiskárnou **1 ks**

Přístroje musí poskytovat otevřené a dokumentované API rozhraní pro komunikaci s nemocničním informačním systémem, umožňující zejména výstup čitelných dat z přístroje do nemocničního informačního systému. Dodavatel musí do nabídky zahrnout veškeré náklady pro zajištění exportu čitelných dat z přístroje. Zejména licence, pokud je API licencované a další HW a SW komponenty, které jsou nutné pro komunikaci s nemocničním informačním systémem, pokud přístroj neumožňuje připojení do LAN sítě, nebo vyžaduje certifikované prostředky pro připojení k přístroji. Dodavatel zároveň popíše vlastnosti API a možnosti komunikace s NIS.