

### Technická specifikace předmětu zakázky

Nabízené materiály pro jednotlivé položky musí splňovat základní technické specifikace a požadavky uvedené níže:

#### 1.1 Stříkačky injekční dvoudílné - 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml

- bez PVC, sterilní
- nesmyvatelná, dobře čitelná stupnice
- dokonalá těsnost tuhého, neohybného, nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu
- minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu
- stříkačky se všemi napojujícími se systémy (koncovkami pro aplikaci bez jehly)

#### 1.2 Stříkačky 1ml s integrovanou injekční jehlou pro inzulin I.U.100/1ml

- bez PVC, sterilní, jednotlivě balené
- sterilní balení á 1ks
- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

#### 1.3 Stříkačky 0,5ml s integrovanou injekční jehlou pro inzulin I.U.100/1ml

- bez PVC, sterilní, jednotlivě balené
- sterilní balení á 1ks
- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

#### 1.4 Stříkačky injekční trojdílné - 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml a 50 ml

- bez PVC, sterilní
- zakončení Luer Lock
- bezlatexový gumový píst
- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice
- pro použití v lineárních dávkovačích B.Braun Perfusor space, B.Braun Perfusor compact, Fresenius injektomat Agilia, Fresenius Pilot A2 a Alaris ASENSA GH/ GS

#### 1.5 Stříkačky lavážní nesterilní (typ Janett) – 50 ml a 140/160 ml

- bez PVC, nesterilní
- odstupňování po 10 ml
- kónus pro katétr
- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

#### 1.6 Stříkačky lavážní sterilní (katérový typ) – 50 ml, 100ml a 150 ml

- bez PVC, sterilní, trojdílná
- bezlatexový píst, lehký chod pístu, pístová brzda
- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice, táhlo pístu s kroužkem

### 2. Injekční jehly

- tenkostěnná jehla z chromniklové oceli
- hladký povrch, broušený úkos jehly, ostré provedení dobře pronikající kůží
- sterilní
- barevné odlišení dle příslušné normy

**Všechny uvedené parametry jsou závazné.**