

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění Redonovy lahve

REDONOVY LÁHVE	SPLNĚNO
	ANO/NE
Redonovy lahve musí mít objem 200, 400 nebo 600ml.	
Redonovy lahve musí být vysokovakuové drenážní láhve - vakuum 700mm Hg.	
Redonovy lahve musí mít indikátor přítomnosti vakua včetně kalibrace.	
Redonovy lahve musí mít zavěšovací systém.	
Redonovy lahve musí být kalibrované po 10ml.	
Redonovy lahve musí být průhledné.	
Redonovy lahve musí být vyrobeny z nerozbitného materiálu.	
Redonovy lahve musí být sterilní, určeny k jednorázovému použití.	
Redonovy lahve operační:	
- musí být dodávány včetně spojovací hadice s bezpečnostním Luer Lock spojením s láhví a univerzálním drénovým konektorem pro velikosti drénů CH 6 -18	
- spojovací hadice u Redonovy lahve operační se nesmí zalamovat, samovolně rozpojovat a musí být dlouhá 110cm. (tolerance +/-10%)	
- na koncovce k připojení drénu musí být značení velikosti drénu a musí být umožněno bezpečné napojení na drény	
- musí mít dvě uzavírací posuvné svorky (klemy), jednu na hadici, druhou na lahvi.	
Redonovy lahve výměnné	
- jsou bez spojovací hadice	
- musí mít jednu uzavírací posuvnou svorku (klemu) na lahvi.	
S Redonovými lahvemi musí být snadná manipulace.	
Redonovy lahve musí dostatečně odvádět tekutinu z rány.	
Obal Redonových lahví musí mít peel open systém.	
Redonovy lahve musí být baleny ve dvojitém obalu.	