

## ELEKTROMECHANICKÝ OPERAČNÍ STŮL – SYSTÉM S PEVNOU OPERAČNÍ DESKOU 2 ks

### Požadovaný počet 2 ks

- operační stůl musí být mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým ev. elektrohydraulickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – anti Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty, podélný posun desky), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu 600 až 1050 mm
- základna včetně podvozku z ocelové slitiny, 4 dvojité kola integrovaná v základně, chráněna proti znečištění
- motorizovaná základna( podvozek) umožňující snazší manipulaci – ovládání pojezdu prostřednictvím rukojeti připojitelné na eurolištu.
- vysoká stabilita stolu - zajištění dosednutím základny na podlahu
- podvozek ergonomicky tvarovaný tak aby umožňoval pohodlné postavení operátora těsně u operačního stolu ,podvozek v místě napojení základny max. o 5 cm širší jako základna
- operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o maximální šířce 590 mm ( včetně euro lišt)
- operační deska stolu musí být RTG transparentní
- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. (s výjimkou podložek hlavy) není přípustné
- jednotlačítková předvolba pozice polosed („plážové lehátko“) a „můstek“ .
- možnost uložení min. 10 předvolených nastavení operačního stolu do paměti
- funkce na dálkové ovládání (IR bezkabelový ovladač, kabelem připojený ovladač, ovládací nástěnný panel)
- ovladač s displayem a komunikací v českém jazyce , výškové polohování, trendelenburg, antitrendelenburg, naklápění do stran, podélný posun, polohování zádové sekce a podložek nohou, display ovladače se zobrazením aktuální polohy ( náklonu) stolu a stavu nabití baterie.
- operační stůl musí mít záložní (nouzové) ovládání na boku základny (ne od hlavové či nožní části) stolu a indikaci aktuálního stavu baterií
- operační stůl musí mít akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu
- operační stůl musí umožnit komfortní přístup operátora k pacientovi
- operační stůl musí umožnit oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně)
- operační stůl musí mít polohování do Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35°
- kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20°
- operační stůl musí umožnit laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°
- zádová sekce operačního stolu musí mít polohování v minimálním rozsahu +70° / -40°
- hlavový segment operačního stolu musí mít 2-kloubovou stavitelnost
- operační stůl musí mít elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80° / - 90° nechat
- podélný posun desky elektromotorický min. 310 mm
- minimální nosnost operačního stolu min. 250kg

- polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu
- komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé
- operační stůl musí umožnit nastavení do sedací polohy
- podložky dolních končetin 2 dílné, roztažitelné

#### **Požadované příslušenství :**

- Nastavný díl s půlkruhovým výřezem pro gynekologické výkony 2 ks + nerezová miska 2ks
- Gelové podložky pod nohy pro zmírnění tlaku 4 ks
- Opěrka ruky infuzní 2 ks
- Infuzní stojan pro připevnění k euro liště operačního stolu 2 ks
- Poutací pás pro opěrku ruky 4 ks
- Gelová podložka pod ruku pro zmírnění tlaku 4 ks
- Poutací pás (kurt) na fixaci těla 2 ks
- Poutací pás pro gynekologickou opěrku nohou – pár 4 ks
- Gelová operační podložka pod pacienta pro zmírnění tlaku se sakrálním výstřihem 2 ks
- Oddělovací rám pro anestezii 2 ks
- Gelová opěrka hlavy – polštář 2 ks
- Vozík pro příslušenství 2 ks
- Ramenní záložky 2 páry
-