

POZNÁMKA

KÓTY JSOU OD ŮSTĚ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIHEHLINKU
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN JŽ NENÍ V PLATNOSTI
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1
EL. ZÁSUVKY PRO OKLAD NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
TYP A POPIS EL. ZÁSUVKY JE UVEDEN V PŘÍLOZE – ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LÍNKAM
⚠ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ UZEMNĚNÁ PODLAHA – VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5x10⁷ – 10¹⁰ OHM
VŠECHNY VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ UKONČOVACÍCH PRVKŮ ŘEŠÍ PROJEKT MP
ČERVENÉ OZNAČENÉ ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA LÉKÁŘSKÉ TECHNOLOGIE
MODŘE OZNAČENÉ JSOU VÝVODY PRO LÉKÁŘSKOU TECHNOLOGII


LEGENDA ZNAČEK

- KÝSLIK – PANEL NA STĚNĚ
- LR – LŮŽKOVÁ RAMP – HORNÍ HRANA 1700mm VÝSOKO
- 1KÝSLIK, 1vAKUUM, EL.ZÁSUVKY 4MF–0,5KW, 2x2–0,2kVA, 2MF–0,2kW, 2xPA, DOROZUOVÁNÍ SESTRA-PACIENT
- 1xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45, SVĚTLO PŘÍME A NEPŘÍME, MEDIUŠTY
- MAC – MACERATOR m.č. 2.391
- EL.ZÁSUVKA 230V/16A – 1,1kW, SAMOSTATNĚ JIŠTNÁ
- d1 VÝVOD STUJENÉ VODY 1/2", 800mm VÝSOKO, UKONČIT VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
- n1 ODPAD 2" PŘES SIFON, 600mm VÝSOKO
- TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 230V – 2,2m VÝSOKO

DETAILY

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
21-223 MÝČKA PODLOŽNÍCH MIS

2.NP nástavba nad MR



PAVEL BEDNÁŘ		Profesionl část:		PS 02 Lékařská technologie	
Ing. Pavel Bednář, Ing. Jaroslav Bednář, Ing. Jaroslav Bednář		Výpracoval		Odpovědný projektant	
Pavel Bednář		Pavel Bednář		Autorizoval	
Ing. Bednář		Ing. Bednář		Ing. Bednář	
AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 310 076 E-mail: agpnova@gagpova.cz www.agpnova.cz		České Budějovice	
Výpracoval		Odpovědný projektant		Autorizoval	
Ing. Bednář		Ing. Bednář		Ing. Bednář	
Název akce:		Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH,		České Budějovice	
Místo stavby:		Nemocnice České Budějovice, a.s. - Etapa č.1		Ing. Bednář	
Investor:		Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54		23 / 2017	
Část:		PS 02 Lékařská technologie		Objekt	
Příloha:		2.NP		Číslo výkresu:	
				LT - 3	