MPC
M
MP
OSD
SKOSO
SKOSA
SKOSM
21–200
21–223
MAC
VS
UV
TV
LR
2xAF – 400mm
5.001 Výtah lůžkový evakuační - VŠ
5.002 Instalační jádro VZT
5.003 Chodba, váhová přehoz CHGC-B
5.004 Chodba, váhová přehoz CHGC-B
5.005 Výtah lůžkový - VŠ
5.006 Instalační jádro VZT
5.007 Čistá schodiště OS, CHGC-B
5.008 Instal.jádro pod ACT
5.009 ELP - RACK
5.010 Instalační jádro
5.011
5.012 Umývárna
5.013 Sprcha
5.014 Podzemní filtr
5.015 3 lůžkový pokoj
5.016 Instalační jádro
5.017 WC
5.018 Umývárna
5.019 Sprcha
5.020 3 lůžkový pokoj
5.021 3 lůžkový pokoj
5.022 WC
5.023 Umývárna
5.024 Sprcha
5.025 WC
5.026 WC
5.027 Umývárna
5.028 Sprcha
5.029 3 lůžkový pokoj
5.030 Chodba pro 1 lůžkový pokoje
5.031 1 lůžkový pokoj bezbariérový
5.032 WC, sprcha
5.033 WC, sprcha
5.034 1 lůžkový pokoj
5.035 1 lůžkový pokoj bezbariérový
5.036 WC, sprcha
5.037 1 lůžkový pokoj bezbariérový
5.038 2 lůžkový pokoj
5.039 WC, sprcha bezbariérová
5.040 WC
5.041 Umývárna
5.042 Sprcha
5.043 Chodba
5.044 Vyšetřovna
5.045 Sociterna, inspekce
5.046 Instalační jádro VZT
5.047 Sprchová kabina
5.048 Umývárna bezbariérová
5.049 WC bezbariérové
5.050 Sklad
5.051 1 lůžkový pokoj bezbariérový
5.052 Sklad
5.053 WC
5.054 Umývárna
5.055 Sprcha
5.056 WC
5.057 3 lůžkový pokoj
5.058 WC
5.059 Umývárna
5.060 Sprcha
5.061 3 lůžkový pokoj
5.062 WC
5.063 Umývárna
5.064 Sprcha
5.065 3 lůžkový pokoj
5.066 3 lůžkový pokoj
5.067 Výstupní hala / Lůžková stanice
5.068 Kuchyňka personál
5.069 Odpad, špinavé prádlo
5.070 Chodba
5.071 Chodba
5.072 Denní místnost
5.073 Chodba personál
5.074 Sklad
5.075 Chodba personál
5.076 Chodba personál
5.076a Instalační jádro VZT pro Sterilizaci
5.076b
5.077 WC imo
5.078 WC muži
5.079 Předsíň WC personál
5.080 Sprcha personál
5.081 Lůžková umyvárna, WC a sprcha bezbariérová
5.082 Sklad
5.083 Pracovna lékařů
5.084 Sklad mužů
5.085 Instalační jádro VZT
5.086 Chodba personál
5.087 Šatna
5.088 Chodba personál
5.089 Chodba
5.090 Chodba personál
5.091 Chodba personál
5.092
5.093 Pracovna
5.094 Denní místnost
5.095 Chodba personál
5.096 Umyvárna pro pacienty
5.097 Sklad
5.098 Zdravotnický sklad čistý
5.099 Zdravotnický sklad nečistý
5.100 Chodba personál
5.101 Předsíň dezinfekčního sálu
5.102 Předsíň, příprava a dezinfekce operačních sálů
5.103 Předsíň dezinfekčního sálu
5.104 Odpad, špin.prádlo
5.105 Chodba, nemocniční prostor
5.106 Ambul. – ordinace
5.107 WC bezbariérové
5.108 Čekárna pro pacienty, poš. filtr
5.109 Box přivolávací bezbariérový
5.110 Box přivolávací bezbariérový
5.111 Box přivolávací bezbariérový
5.112 Box přivolávací bezbariérový
5.113 Chodba, poš. filtr
5.114 Šatny mužů
5.115 Sprcha
5.116 WC
5.117 Šatna nečistá, poš. filtr
5.118 Umývárna mužů
5.119 Chodba personál
5.120 Šatna čistá (ženy)
5.121 Umývárna ženy
5.122 Šatna nečistá ženy, poš. filtr
5.123 Sprcha
5.124 WC
5.125 Myčka
5.126 Myčka
5.126a UPS
5.127 Hala, váhová přehoz CHGC-C
5.128 Hala, váhová přehoz CHGC-C
5.129 Výtah nečistý evakuační - VT
5.130 Výtah čistý - NS
5.131 Instalační jádro VZT
5.132 Chodba CHGC-C
5.133 Výtah lůžkový evakuační - VŠ
5.134 Výtah lůžkový evakuační - NS
5.135 Chodba, dekontaminovatelné ORL
5.136 Váhová přehoz CHGC-B
5.137 Instalační jádro VZT
5.138 Výtah lůžkový evakuační - VŠ
5.139 Výtah lůžkový evakuační - VŠ
5.140 Instalační jádro VZT
5.141 Personální schodiště, CHGC-C
5.142a Instalační jádro
5.142 EL TS
5.143 Chodba
5.144 Ambulance ORL 1
5.145 Ambulance ORL 2
5.146 Instalační jádro
5.147 Ošetřovna pro pacienty
5.148 Vestibul pro čekající
5.193 Chodba, čistírna ORL
5.194 Čistírna ORL
5.195 Předsíň WC veřejnost
5.196 WC imo
5.197 WC imo
5.198 Předsíň WC veřejnost
5.199 Předsíň WC veřejnost
5.200 Předsíň WC veřejnost
5.201 WC imo
5.202 WC imo
5.203 Předsíň WC veřejnost
5.204 Předsíň WC veřejnost
5.205 WC bezbariérové
5.206 SLP a Elektro
5.198a Recepce
DETAILY
ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
OSD OPERAČNÍ SVÍTIDLO
HYBRIDNÍ ŘEŠENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ
21–220 NEREZOVÁ VÝLEVKA S DESINFEKTOREM
21–223 MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS
MP MULTIFUNKČNÍ PANEL
POZNÁMKA
KOTY JSOU OD ČISTÉ (OBKLÍZENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIHELNÍKU
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÍ ČSN JE NENÍ V PLATNOSTI
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KRUŽNICI
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY S1 TABULKY S1.1
EL. ZÁSUVKY PRO OKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
TYP A POPIS EL. ZÁSUVEK JE UVEDEN V PŘÍLOZE – ZNAČÍCÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ
PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM UMÝVÁM
EKVIPOTENCIÁLNÍ SVODIČ – DODÁVKA LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
ELEKTROSTATICKY VODIVÁ UZEMNĚNÁ PODLAHA – VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU $5x10^4$ – 10^6OHM
VŠECHNY VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ UKONČOVACÍCH PRVKŮ ŘEŠÍ PROJEKT MP
MODŘE OZNAČENÉ JSOU VÝVODY PRO LÉKAŘSKOU TECHNOLOGII
LEGENDA ZNAČEK
O – KYSLÍK – PANEL NA STĚNĚ
SKOSO – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV OPERAČNÍ, JEDNORAMENNÝ DVOUKLOUBOVÝ
1xKYSLÍK, 1xCO2, 1xSTL, VZDUCH 0,4, 1xSTL, VZDUCH 0,8, 1xVAKUUM, 1xDÝCHÁNÍ PRO KOAGULACI
EL.ZÁSUVKY 4xUv-1kW, 2xZ–0,5kVA, 1SúF–2kW, 2xMF–0,5kW, 1xMFR, 3xPA, 2xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45 POUZE, MEDILÝSY
SKOSA – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV AMESTEZIOLOGICKÝ, JEDNORAMENNÝ JEDNOKLOUBOVÝ
2xKYSLÍK, 2xSTL, VZDUCH 0,4, 1xVAKUUM, 1xRAJSKÝ PLYN, ODTAH NARK. PLYNŮ
EL.ZÁSUVKY 3xUv-1kW, 2xZ–0,5kVA, 5xSÚF–1kW, 2xMF–0,5kW, 4xPA, 1xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45 POUZE, TV2, MEDILÝSY
SKOSM – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV PRO MONITORY, DVOURAMENNÝ JEDNOKLOUBOVÝ
EL.ZÁSUVKY 6xSÚF–1kW, 2xDATOVÉ DVOUZÁSUVKA RJ45
OSD – OPERAČNÍ SVÍTIDLO DVOURAMENNÉ, HLAVNÍ SVĚTLO + SATELIT
EL. PROUD 230V, NAPÁJENÉ PŘES UPS, PŘÍPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU – DETAILNÍ PLAN
M – MONITOR ZAPUŠTĚNÝ
EL.ZÁSUVKA 1xV, DATOVÁ DVOUZÁSUVKA
MPC – MONITOR PC ZAPUŠTĚNÝ
EL.ZÁSUVKA 1xV, DATOVÁ DVOUZÁSUVKA
VS – VÝVODY NA STĚNĚ PROBUZENÍ A USPÁNÍ PACIENTŮ
1xKYSLÍK, 1xSTL, VZDUCH 0,4, 1xVAKUUM–PANEL S RYCHLOSPOJKOU 1500mm VYSOKO
EL.ZÁSUVKY 2xZ–1kVA, 2xV–0,5kW, 4xMF–0,5kW, 2xPA, 2xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA–1150mm VYSOKO
LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – HORNÍ HRANA 1700mm VYSOKO
1xKYSLÍK, 1xVAKUUM, EL.ZÁSUVKY 4xMF–0,5kW, 2xZ–0,2kVA, 2xSÚF–0,2kW, 2xPA, DORDZOVÁNÍ SESTRA–PACIENT
1xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45, SVĚTLO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ, MEDILÝSY
UV – UNIT VYŠŠÍROVACÍ m.č.5.044, 5.066
PEVNÝ PŘÍVOD EL.PROUD 230V – 2,5kW, PŘES HLAVNÍ VYPÍNAČ
d2 VÝVOD STUDENÉ VODY 1/2", 100mm VYSOKO, UKONČOT VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
h2 ODPAD 3/4" PŘES SIFON, 200mm VYSOKO
MAC – MAZACÍ KOTEL m.č.5.013
EL.ZÁSUVKA 230V/16A – 1,1kW, SAMOSTATNÉ JIŠTĚNÍ
d1 VÝVOD STUDENÉ VODY 1/2", 800mm VYSOKO, UKONČIT VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
h1 ODPAD 3" PŘES SIFON, 600mm VYSOKO
S – VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY LINKY
VÝVOD EL. PROUD 230V – 1475mm VYSOKO, VOLNÝ KONEC 1m
TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 220V – 2,2m VYSOKO
5.NP nástavba nad přijezdem sanitek
Projekční část PS 02 Lékařská technologie
Vypracoval Pavel Bednarík
Odpovědný projektant Pavel Bednarík
Autorizoval Pavel Bednarík
AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 311 913 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz
Vypracoval Ivan Kocin, Strojírova
Odpovědný projektant Ivan Kocin, Strojírova
Archivář
Autorizoval Ing.Vlach
Místo stavby: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. - Etapa C.1
Investor: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a přípojí sanitek)
Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice
Část PS 02 Lékařská technologie
Příloha 5.NP
Hlavní inž. projektu Ing. Vlach
Číslo zakázky 23 / 2017
Stupeň DPS
Objekt PS
Číslo výkresu LT - 8
Datum BŘEZEN 2019
Formát A0/A1
Měřítko 1:50